


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25.04.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE BIOQUIMICA E INMUNOQUIMICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE REACTIVO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO LOCAL PARA EL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PERIODO DE (12) DOCE MESES						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	DESARROLLAR UNA GESTION CON EXCELENCIA OPERATIVA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	1609						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 3498-GRPS-ESSALUD-2022		Fecha de recepción	25.08.2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	17.10.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	18.11.2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N°	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	5	-	-	06.10.2022	5	correo electronico	11.10.2022

CONSULTAS REMITIDAS VIKMAR S.A.C

1. Respecto a los valores de Hemoglobina Glicosilada, solicita la mejora tecnologica de los factores de evaluacion de manera que no sea 100 puntos solo al precio.

CONSULTA REMITIDA DIAGNOSTICA PERUANA



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. Respecto a los valores de Hemoglobina Glicosilada, solicita que se agregue a las Especificaciones Tecnicas del analizador automatizado para el dosaje de hemoglobina.

CONSULTA REMITIDA GALENICA

1. Respecto al requerimiento, solicita ampliar el requerimiento para que se acredite la experiencia del postor con bienes similares.
2.- Certificados de Buenas practicas, solicitan que se precise si lo contemplado estaria dentro de la normativa. 3.-
Respecto a la experiencia del postor, solicitan ampliar el requerimiento para bienes similares al objeto de contratacion.

2	6	-	-	03.11.2022	6	correo electronico	10.11.2022
---	---	---	---	------------	---	--------------------	------------

CONSULTA REMITIDA QUINTIA S.A.

1. Respecto al requerimiento, solicita se amplie el requerimiento de un modular automatizado pequeño para cromatografía líquida con un performance de 10 o mas pruebas por corrido.
2. Respecto al programa de control de calidad externo mensual, solicitan promover la pluralidad de postores y libre competencia considere un grupo par mínimo menor o igual a 12 participantes en el grupo par
3. Respecto al modular automatizado pequeño, solicita que el manual de instrucciones entre otros documentos emitidos acrediten exclusivamente todo lo referido por el fabricante produzca.
4. Respecto al manual de instrucciones de uso o inserto, consulta si esta hace referencia a la folletería
5. Respecto al equipo de Hemoglobina Glicosilada, solicita indique costo o cotización de la conexión del equipo en mención.
6. Respecto a la mejora tecnologica, solicita que se retire esta mejora tecnologica ya que solo beneficia aquellas plataformas que participan en el programa del CAP.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	-	-	10.11.2022	-	correo electronico	18.11.2022

RESPUESTA REMITIDA VIKMAR S.A.C.

1. No se acepta la consulta, ya que no se considera una ventaja exclusiva.

RESPUESTA REMITIDA DIAGNOSTICA PERUANA

1. Se acepta la consulta, se agrega las Especificaciones Tecnicas del analizador automatizado para el dosaje de hemoglobina glicosilada.


RESPUESTAS REMITIDAS GALENICA S.A


1. No Se acepta la consulta y se recomienda que los participantes considerados como grupo par, sean mínimo 20 a pesar de lo recomendado a considerar son 40 participantes.
2. Se aclara que el postor debiera presentar el certificado BPD, en cumplimiento al alcance del Manual de Buenas Practicas de Distribucion y Transportes Farmaceuticos.
3. No se acepta la consulta para el sustento de la experiencia del postor, se debe considerar todo lo referido al objeto de la convocatoria.

2	6	-	-	10.11.2022	-	correo electronico	18.11.2022
---	---	---	---	------------	---	--------------------	------------

RESPUESTAS REMITIDAS QUINTIA S.A.

1. No se acepta la consulta, se debe cumplir con todo lo indicado en las Especificaciones Tecnicas del equipo solicitado en las Bases.
2. No se acepta la consulta, el tes de hemoglobina glicosilada es una prueba de laboratorio que se usa como diagnóstico de Diabetes.
3. Se acepta la observacion, se retirara el procesamiento de datos.
4. Se aclara que la folletería y otros documentos se debiera acreditar la Especificaciones Tecnicas de 01 analizador de bioquímico extrapequeño o 01 modular para cromatografía
5. No se acepta la consulta, todos los proveedores que tienen equipos en el area de bioquímica se conectan al proveedor que gane el proceso anual.
6. No se acepta la consulta, todos los proveedores deben asegurar que su metodología cumple con los estándares internacionales de manera constante y no solo en una prueba que fue realizada para certificar su metodo.



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO			
	Nº	Ajustes realizados al requerimiento		
	1	Se agrega las Especificaciones Tecnicas del analizador automatizado para el dosaje de hemoglobina glicosilada		
	2	Se retira el procesamiento de datos.		
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21.09.2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07.12.2022
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>Precisar que, el numeral 32.3 del artículo 32° del RLCE, indica que "La indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como, de la posibilidad de distribuir la buena pro. En cada caso solo existe una maca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores"</i>			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
	<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>			
4	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

