

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código : 20562629034

Nombre o Razón social : PLUSYSTEM E.I.R.L.

Fecha de envío : 10/09/2024

Hora de envío : 16:53:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.9 Plazo de Entrega

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 50 (CINCUENTA) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requieren los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS, así se podrá permitir la pluralidad de postores potenciales y la entrega del equipo en óptimo plazo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la pluralidad de postores potenciales y la entrega del equipo dentro del plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

El plazo de ejecución no debe ser mayor a noventa y cinco (95) días calendario, la cual se distribuirá de la siguiente forma:

-Plazo de entrega del bien; dentro de los noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

-Plazo de instalación y puesta en funcionamiento; dentro de los cinco (05) días calendario a partir del día siguiente de entregado los bienes.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANIQUE DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 01: MANIQUE DE AUSCULTACIÓN (TORÁX)

Dimensiones: 85x17x35

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar que las dimensiones del equipo pueden variar sin afectar su funcionalidad. Por lo tanto, se propone aceptar dimensiones de acuerdo a fábrica para acomodar una mayor variedad de modelos disponibles en el mercado.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Dimensiones: de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
ÍTEM 02: MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL (E50) (05 UND)
Esta partida hace referencia a la adquisición de MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL INTRAMUSCULAR; para las Instalaciones...

Solicitamos mantener el nombre de la maqueta igual tanto en el título como en la primera línea del párrafo, ya que la palabra *intramuscular* está sobrando, toda vez que la punción arterial se hace en la zona de la muñeca y no es intramuscular.

Por lo tanto, solicitamos que la integración de las bases el texto quede de la siguiente manera:
Esta partida hace referencia a la adquisición de MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL; para las Instalaciones...

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE la consulta con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Esta partida hace referencia a la adquisición de MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL; para las Instalaciones de Laboratorio de Simulación de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias Médicas de Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las condiciones de la garantía, se indica que el contratista será responsable de reemplazar el bien defectuoso en un plazo máximo de 10 días calendarios de comunicado el defecto, sin tomarse en cuenta que estos productos en su mayoría son importados a pedido y que actualmente el plazo de entrega solicitado es de 50 días calendario.

Por lo arriba expuesto, solicitamos se extienda el plazo de reemplazo del bien defectuoso a por lo menos 40 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de establecer un plazo razonable para la reposición de equipos defectuosos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

En el período de garantía por defectos de fábrica, el Contratista realizará los reemplazos a que hubiera lugar, el área usuaria deberá cursar por correo electrónico el comunicado al proveedor, debiendo éste contestar en el plazo de 48 horas, debiendo atender el cambio en un plazo máximo de cuarenta (40) días calendarios de recibida la comunicación.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

6.2 MANUAL TÉCNICO Y DE OPERACIÓN DEL EQUIPO EN ESPAÑOL: SI

En el requerimiento se incluyen 05 MAQUETAS DE PUNCIÓN ARTERIAL, que son equipos de habilidades básicas que no tienen componentes electrónicos y por lo tanto no cuentan con *manuales técnicos y de operación*.

Por tal motivo, creemos conveniente modificar el requerimiento y solicitar:

6.2 MANUAL DEL EQUIPO O MANUAL TÉCNICO Y DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL: SI

Ya que un equipo sin componentes electrónicos no cuenta con un manual técnico sino con un manual de uso del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE la consulta con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

7.2 MANUAL DEL EQUIPO O MANUAL TÉCNICO Y DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL: SI

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(...)

La visita se realizará a los 06 meses de otorgada la conformidad del bien.

Consideramos que, al tratarse de equipos nuevos sin uso, realizar la visita de mantenimiento preventivo a los 6 meses de otorgada la conformidad no beneficia a la universidad. Sugerimos programarla en el mes 11 después de la entrega, para que los equipos aún estén en garantía, pero que tengan más tiempo de uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de tener un plazo considerable de uso para el mantenimiento preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Luego de la puesta en marcha, el proveedor deberá realizar una visita técnica al año para determinar a través de su representante acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo que sea necesario de realizar en los equipos suministrados, esta actividad debe darse dentro del periodo de garantía (Mín. 01 año).

La visita se realizará a los 11 meses de otorgaba la conformidad del bien.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Capacitaciones: deberá ser dictada por un especialista, técnico o personal capacitado en los bienes a adquirir que deberá acreditar debidamente con documento emitido por el fabricante.

En el artículo 29.3. del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se indica que: Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

En este caso, solicitar un documento emitido por el fabricante para las maquetas de punción arterial, que son equipos básicos de venta general; y para el maniquí de auscultación (tórax) que es un maniquí de habilidades intermedias, sería una exigencia desproporcionada y estaría limitando e impidiendo la concurrencia de los potenciales postores; y estaría, en efecto, orientando la contratación hacia aquel postor que cuente con dicha carta.

Hay que tener en cuenta que, como se menciona anteriormente, estos simuladores no son especializados ni de alta fidelidad y que, por lo tanto, la experiencia del capacitador podría ser acreditada con dos años de experiencia en capacitación de simuladores de las ciencias de la salud, por ejemplo.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29.3. del reglamento de la ley de contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Capacitaciones: deberá ser dictada por un especialista, técnico o personal capacitado en los bienes a adquirir que deberá acreditar una experiencia de al menos tres (03) capacitaciones realizadas de simuladores de ciencias de la salud en general. Esta experiencia deberá ser acreditada al momento de realizar la capacitación.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Número de personas a capacitar: mínimo ocho (08).

Consideramos que al no depender del postor la cantidad de personas que se presenten a la capacitación, no debe ser un requisito para éste el capacitar a mínimo ocho (08) personas y que el requerimiento debería modificarse de la siguiente manera:

Número de personas a capacitar: El postor contará con material para capacitar a un mínimo ocho (08) personas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, Se aclara la consulta, para realizar la capacitación como se establece en el requerimiento y en las bases: 'Esta capacitación estará dirigida a los profesionales de la escuela profesional de medicina humana y/u otro personal que la entidad requiera, en los ambientes del laboratorio especializados, previa coordinación con el área usuaria.'

El ganador, antes de realizar la capacitación, coordinará previamente con la escuela de medicina el día y la fecha de la capacitación, por lo cual no habría ningún inconveniente con las personas que se presenten en la capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Número de capacitaciones: mínimo una (01), la capacitación será por cada equipo, la duración mínima por cada capacitación será de dos (02) horas académicas la cual incluirá manuales, catálogos y otros...

Hemos realizado varias capacitaciones en el uso y manejo de equipos simuladores y en nuestra experiencia la capacitación de una maqueta de punción arterial toma entre media hora y 45 minutos. En cambio, la capacitación en el uso y manejo del maniquí de auscultación (tórax) sí toma alrededor de 03 horas, por lo que sugerimos a la entidad modificar su requerimiento para sacarle mejor provecho a sus equipos y solicitar:
Número de capacitaciones: mínimo una (01) capacitación por cada ítem. La duración mínima para el ítem 01 maniquí de auscultación (tórax) será de mínimo tres (03) horas académicas y para el ítem 02 maqueta de punción arterial será de 1 hora académica, ambas incluirán manuales, catálogos y otros según sea necesario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, Se aclara la consulta, para realizar la capacitación como se establece en el requerimiento y en las bases: 'Esta capacitación estará dirigida a los profesionales de la escuela profesional de medicina humana y/u otro personal que la entidad requiera, en los ambientes del laboratorio especializados, previa coordinación con el área usuaria.'

El ganador, antes de realizar la capacitación, coordinará previamente con la escuela de medicina el día y la fecha de la capacitación, por lo cual no habría ningún inconveniente con las personas que se presenten en la capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Supuestos de aplicación de penalidad
Cuando el proveedor no culmine la Capacitación y/o entrenamiento dentro de los (02 días calendarios) contabilizados a partir del día siguiente de acondicionamiento, montaje o instalación del bien.

Solicitamos incluir los supuestos que exoneren al proveedor de la penalidad, como que por ejemplo los asistentes a la capacitación no acudan a la misma o que, habiendo ido a instalar el proveedor, no se le hayan dado las facilidades o asignado el lugar de instalación.

Por lo tanto, solicitamos modificar el supuesto e incluir lo siguiente:
Supuestos de aplicación de penalidad
Cuando, habiendo la Entidad proporcionado todas las condiciones para la capacitación e instalación, el proveedor no culmine la Capacitación y/o entrenamiento dentro de los (02 días calendarios) contabilizados a partir del día siguiente de acondicionamiento, montaje o instalación del bien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, Se aclara la consulta, las penalidad es por no realizarse la capacitación dentro del plazo establecido de los 02 dias calendario. Por lo cual, para garantizar que el proveedor brinde dicha capacitación en el plazo establecido. Además como se establece en el requerimiento y en las bases, la capacitación es previamente coordinada y planificada con la escuela de medicina.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección revisando las EETT solicitadas para el ¿maniquí de auscultación (Tórax)¿, claramente se evidencia que se trata del simulador SAM 3G- cardionics, simulador que actualmente ya se encuentra descontinuado por el fabricante. Adjunto Link de SAM 3G donde se evidencia que las características solicitadas son las del equipo en mención. Simulación-y-Educación-Clínica-Catálogo-2021-.pdf (delec.com.ar) revisar pag. 175 del link. Asimismo adjunto link de la pagina del fabricante donde se evidencia claramente que el equipo solicitado ya no se vende. Simulación de auscultación | Cardiónica (cardionics.com)

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y basándonos en la ley de contrataciones del estado en su Artículo 2.Principios que rigen las contrataciones, apartado g se menciona: Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. En consecuencia, solicitar un equipo obsoleto se estaría vulnerando la ley de contrataciones.

Por lo que solicitamos colocar las siguientes características como adicionales y modificarlas como opcionales ya que no vienen incluidas en el modelo actual.

- ¿ Biblioteca de casos clínicos(opcional)
- ¿ Todos los ruidos y videos se han obtenido grabando a pacientes reales o biblioteca de ruidos y videos reales.
- ¿ Videos de casos clínicos se recogen interacciones clínicas e interacciones del paciente (opcional)
- ¿ Los usuarios también pueden crear y guardar videos con sus propios casos.
- ¿ Se conecta a un ordenador portátil a través de software pre instalado o en Tablet o en celular con descarga desde app store o play store.
- ¿ Lecciones programables y protegidas por contraseña (opcional)
- ¿ Guía de lecciones (opcional)
- ¿ Tiene mayor biblioteca de ruidos 24 ruidos y de videos 36 videos o amplia biblioteca de ruidos y videos.
- ¿ Se puede utilizar online(opcional)
- ¿ Dimensiones 85*17*35 cm o de acuerdo al fabricante.
- ¿ Focos de auscultación con iluminación(agregar)
- ¿ Base giratoria 360° para facilitar la auscultación anterior y posterior(agregar)
- ¿ Conexión inalámbrica con Tablet o Smartphone(agregar)
- ¿ Posibilidad de conectar por bluetooth a parlante externo(agregar)
- ¿ Programa de entrenamiento y control o capacitación y manual de usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado, Art.2 G

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

El maniquí de auscultación para formación puede utilizarse para:

- ¿ Aprendizaje individual con un estetoscopio
 - ¿ Lecciones en grupo
 - ¿ Visualización de fonocardiografías
- Contenido y características:

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA		
Nomenclatura :	AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE		

	Específico	3	1	21
--	------------	---	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado, Art.2 G

Análisis respecto de la consulta u observación:

- ¿ Un torso masculino para auscultación portátil
- ¿ Un ordenador portátil o Tablet con iOS nueva con el software de formación en auscultación instalado (incluido)
- ¿ Biblioteca de ruidos reales: 24 o más ruidos de pacientes reales
- ¿ Vídeos de ecocardiografías: 12 vídeos relacionados con varias cardiopatías Se muestra una forma de onda de ECG con varios ruidos cardíacos que ayudan a identificar el R1
- ¿ Una camiseta y un manual del usuario
- ¿ Es ligero y portátil
- ¿ Cuenta con un programa de software novedoso y fácil de utilizar
- ¿ Ofrece fonocardiografías
- ¿ Tiene la mayor biblioteca de ruidos (24 o más ruidos) y de vídeos (12 vídeos de ecocardiogramas)
- ¿ Se puede utilizar con cualquier estetoscopio
- ¿ Tiene un pulso carotídeo palpable, así como formas de ondas y vídeos de ECG para los ruidos cardíacos
- ¿ Está disponible en dos versiones, con tonos claros y oscuros de piel

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20562629034	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	PLUSYSTEM E.I.R.L.	Hora de envío :	16:53:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las bases se solicita:

Programa de entrenamiento y control

Ambos simuladores que solicitan para el presente proceso son simuladores de habilidades, por lo que no queda claro a que se refieren con lo solicitado.

Sugerimos modificarlo de la siguiente manera:

Capacitación y manual de usuario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACLARA LA CONSULTA se solicitará un Programa de capacitación del uso y manejo del simulador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Capacitaciones: deberá ser dictada por un especialista, técnico o personal capacitado en los bienes a adquirir que deberá acreditar debidamente con documento emitido por el fabricante.

Indicar si el documento emitido por el fabricante debe ser entregado por el capacitador al momento de la capacitación o si éste debe incluirse en los documentos del presente proceso; ya que no se especifica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Capacitaciones: deberá ser dictada por un especialista, técnico o personal capacitado en los bienes a adquirir que deberá acreditar una experiencia de al menos tres (03) capacitaciones realizadas de simuladores de ciencias de la salud en general. Esta experiencia deberá ser acreditada al momento de realizar la capacitación.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Capacitaciones: deberá ser dictada por un especialista, técnico o personal capacitado en los bienes a adquirir que deberá acreditar debidamente con documento emitido por el fabricante.

Consideramos que la experiencia del capacitador debería ser demostrada, como se solicita en otros procesos, con actas de capacitación en maquetas y/o modelos para entrenamiento médico en general por el número de años que la entidad crea conveniente y no por un documento emitido por el fabricante, ya que eso incluye a terceros en el requerimiento y el único responsable de la propuesta debería ser el postor; y por lo tanto solicitamos al órgano encargado de las contrataciones reconsiderar este requisito.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Capacitaciones: deberá ser dictada por un especialista, técnico o personal capacitado en los bienes a adquirir que deberá acreditar una experiencia de al menos tres (03) capacitaciones realizadas de simuladores de ciencias de la salud en general. Esta experiencia deberá ser acreditada al momento de realizar la capacitación

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Lamentablemente, el simulador de auscultación solicitado, modelo SAM 3G, ha sido descontinuado debido a la actualización al nuevo modelo SAM 4. Sin embargo, el modelo SAM 4 incluye numerosas mejoras que optimizan su desempeño y funcionalidad, manteniendo el mismo precio que el modelo anterior.

Entendemos que para la universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna puede ser complicado modificar las características técnicas en los procesos de licitación pública ya iniciados. Por ello, solicitamos respetuosamente al comité de selección considerar las siguientes características del modelo SAM 4 como una alternativa viable a las especificaciones técnicas del modelo descontinuado. De no ser posible, pedimos retrotraer el proceso de licitación para actualizar las especificaciones técnicas correspondientes.

Características:

- * Biblioteca de auscultación formada por 37 ruidos cardíacos, 11 combinaciones cardiopulmonares, 26 ruidos pulmonares, 9 ruidos intestinales, 6 soplos
- * Incluye 35 sonidos reales, 12 vídeos de ecocardiogramas y 3 sonidos dinámicos.
- * Ondas de ECG para todos los sonidos cardíacos
- * Auscultación con cualquier estetoscopio clínico
- * Pulso de carótida palpable
- * Control del maniquí mediante smartphone o tableta (no incluido), a través de la aplicación disponible para dispositivos iOS y Android
- * Disponible en 7 idiomas: español y/o inglés,
- * Base giratoria
- * Conexión Bluetooth para altavoces externos

Nuevas Características resaltantes:

- * Control del maniquí mediante smartphone o Tablet: no se necesita ordenador portátil o de sobremesa. La nueva aplicación, disponible para iOS y Android, proporciona un control perfecto sobre el maniquí. Esta interfaz intuitiva dinamiza el proceso de aprendizaje para que resulte más accesible y práctico que nunca.
- * Base giratoria: incluye una base giratoria de 360 grados que optimiza la demostración de los puntos de auscultación y la posición exacta del maniquí. Esta innovadora característica mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje, proporcionando mayor flexibilidad a los docentes.
- * Luces LED en todos los puntos de auscultación: Una de las características destacadas son sus luces LED integradas, estratégicamente situadas en cada punto de auscultación. Estas luces incorporadas iluminan las posiciones correctas para escuchar los sonidos, lo que facilita a los alumnos la identificación y el abordaje de las áreas adecuadas para auscultar. Son elementos concebidos para aumentar la precisión y la confianza durante el proceso de aprendizaje.
- * Sonido Bluetooth: Los alumnos tienen la flexibilidad de escuchar mediante un estetoscopio real para disfrutar de una experiencia tradicional o bien disfrutar de la comodidad moderna con nuestra nueva función de conexión Bluetooth, que favorece la práctica individualizada gracias a la conectividad directa con dispositivos de sonido externos, como los auriculares. Además, brinda la posibilidad de compartir la experiencia formativa con audiencias más numerosas mediante la conexión a una caja de sonido.

Contenido del paquete:

- * Torso de auscultación masculino portátil
- * Manual del usuario

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
Nomenclatura :	AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Acápites de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 3.1	Literal: III	Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

El maniquí de auscultación para formación puede utilizarse para:

- ¿ Aprendizaje individual con un estetoscopio
 - ¿ Lecciones en grupo
 - ¿ Visualización de fonocardiografías
- Contenido y características:
- ¿ Un torso masculino para auscultación portátil
 - ¿ Un ordenador portátil o Tablet con iOS nueva con el software de formación en auscultación instalado (incluido)
 - ¿ Biblioteca de ruidos reales: 24 o más ruidos de pacientes reales
 - ¿ Vídeos de ecocardiografías: 12 vídeos relacionados con varias cardiopatías Se muestra una forma de onda de ECG con varios ruidos cardiacos que ayudan a identificar el R1
 - ¿ Una camiseta y un manual del usuario
 - ¿ Es ligero y portátil
 - ¿ Cuenta con un programa de software novedoso y fácil de utilizar
 - ¿ Ofrece fonocardiografías
 - ¿ Tiene la mayor biblioteca de ruidos (24 o más ruidos) y de vídeos (12 vídeos de ecocardiogramas)
 - ¿ Se puede utilizar con cualquier estetoscopio
 - ¿ Tiene un pulso carotídeo palpable, así como formas de ondas y vídeos de ECG para los ruidos cardiacos
 - ¿ Está disponible en dos versiones, con tonos claros y oscuros de piel.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
El dispositivo de formación puede utilizarse con cualquier estetoscopio que se encuentre disponible y ofrece una amplísima biblioteca de ruidos reales y de vídeos de casos clínicos, ecocardiografías y formas de onda de ECG, para que los estudiantes aprendan a identificar varios ruidos cardíacos, pulmonares e intestinales.

Consulta:
La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. Por lo tanto solicitamos modificar las bases y solicitar lo siguiente:
El dispositivo de formación puede utilizarse con cualquier estetoscopio que se encuentre disponible y ofrece una amplísima biblioteca con algunos ruidos reales, ecocardiografías y formas de onda de ECG, para que los estudiantes aprendan a identificar varios ruidos cardíacos, pulmonares e intestinales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

El dispositivo de formación puede utilizarse con cualquier estetoscopio que se encuentre disponible y ofrece una amplísima biblioteca con algunos ruidos reales, ecocardiografías y formas de onda de ECG, para que los estudiantes aprendan a identificar varios ruidos cardíacos, pulmonares e intestinales.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANIQUE DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Todos los ruidos y los vídeos se han obtenido grabando a pacientes reales, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de una simulación muy realista.

CONSULTA:

La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANIQUEÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Todos los ruidos y los vídeos se han obtenido grabando a pacientes reales, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de una simulación muy realista.

CONSULTA:
La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANIQUE DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
En los vídeos de casos clínicos se recogen interacciones clínicas e interacciones con el paciente basadas en distintas patologías, así como una representación visual de los ruidos, que mejora la enseñanza.

CONSULTA:
La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Los usuarios también pueden crear y guardar vídeos con sus propios casos.

CONSULTA:

La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Cuando se conecta al ordenador portátil (incluido) a través del software preinstalado, se puede acceder a una gran variedad de ruidos, vídeos y lecciones grabados.

CONSULTA:

La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica. Por lo tanto solicitamos modificar las bases y solicitar lo siguiente:
El simulador no necesita ordenador portátil o de sobremesa. La nueva aplicación, disponible para iOS y Android, proporciona un control perfecto inalámbrico sobre el maniquí. Esta interfaz intuitiva dinamiza el proceso de aprendizaje para que resulte más accesible y práctico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Además, es posible conectar el maniquí de auscultación para formación a unos altavoces y utilizarlo en una clase o un aula magna para enseñar a un grupo. De este modo, un mayor número de estudiantes podrá beneficiarse de la experiencia de aprendizaje y poner en común sus ideas al escuchar a la vez y con alta calidad ruidos cardiacos, pulmonares e intestinales.

CONSULTA:
Solicitamos indicar si los parlantes deben o no estar incluidos, ya que el simulador puede conectarse a cualquier parlante bluetooth

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACLARA la consulta y se indica que el proveedor deberá proporcionar los parlantes de la misma marca que el equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Además, es posible conectar el maniquí de auscultación para formación a unos altavoces(altavoces incluidos y de la misma marca que el equipo ofertado) o por Bluetooth

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Las lecciones programables y protegidas mediante contraseña permiten que varios instructores de un mismo centro educativo utilicen el dispositivo de formación. Con el producto viene incluida la guía de lecciones: un completo documento que recoge lecciones para cada ruido de auscultación que ofrece.

CONSULTA:

La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales con equipos modernos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Un ordenador portátil DELL nuevo con el software de formación en auscultación instalado y lecciones programables y protegidas mediante contraseña

CONSULTA:
La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, NO SE ACOGE, se solicita que el equipo incluya Un ordenador portátil o Tablet con iOS nueva con el software de formación en auscultación instalado (incluido). Este accesorio permite un mayor control del docente al explicar el funcionamiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Vídeos de casos clínicos: más de 24 vídeos que contienen interacciones clínicas e interacciones con el paciente basadas en distintas patologías. Los usuarios pueden visualizar un vídeo y escuchar el dispositivo de formación en una simulación realista de la auscultación, así como crear sus propios vídeos de casos

CONSULTA:

La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales con equipos modernos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANIQUE DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Una copia digital de la guía de lecciones: se suministra en formato digital en el ordenador portátil, pero se puede imprimir para su uso durante la enseñanza de la auscultación en cualquier momento

CONSULTA:
La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales con equipos modernos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Cuenta con un programa de software novedoso y fácil de utilizar

CONSULTA:

La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica. Por lo tanto solicitamos modificar las bases y solicitar lo siguiente:

Cuenta con una aplicación, disponible para iOS y Android y fácil de utilizar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACLARA la consulta y se indica que un programa de software también abarca una aplicación de un dispositivo móvil (iOS o Android).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Tiene la mayor biblioteca de ruidos (24 ruidos) y de vídeos (36 vídeos en total)

CONSULTA:

La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica. Por lo tanto solicitamos modificar las bases y solicitar lo siguiente:

Tiene la mayor biblioteca de ruidos (89 ruidos)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTEcon el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases, lo siguiente:

¿ Tiene la mayor biblioteca de ruidos (24 o más ruidos) y de vídeos (12 vídeos de ecocardiogramas)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Cuenta con la completa guía de lecciones

CONSULTA:

La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales con equipos modernos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Los usuarios pueden crear y guardar vídeos con sus propios casos

CONSULTA:

La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales con equipos modernos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANIQUE DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Los usuarios pueden configurar lecciones protegidas por contraseña para evaluar a los estudiantes

CONSULTA:
La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales con equipos modernos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Se puede utilizar Online, un programa de formación que permite a los estudiantes acceder a la biblioteca de ruidos las 24 horas de los siete días de la semana desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Este programa ofrece más de 40 lecciones sobre auscultación con ilustraciones, diagramas, fonocardiografías, preguntas y respuestas. Se incluye la licencia del sitio.

CONSULTA:
La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales con equipos modernos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:

Programa de entrenamiento y de control.

CONSULTA:

La presente característica corresponde al Simulador de Auscultación SAM 3G, que es una versión obsoleta del Simulador de Auscultación SAM 4 Plus fabricado por la empresa Cardionics. La versión actual ya no cuenta con esta característica, que fue reemplazada por otras prestaciones del maniquí SAM 4. Por lo tanto, solicitamos retirar esta característica del requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACLARA la consulta indicando que se solicitará Programa de capacitación del uso y manejo del simulador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Programa de capacitación del uso y manejo del simulador.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20538443833	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	MAAZ TECHNOLOGY E.I.R.L.	Hora de envío :	17:41:21

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En las bases se indica lo siguiente:
Dimensiones: 85 x 17 x 35 cm

CONSULTA:
Solicitamos que las dimensiones sean de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Dimensiones: de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:29

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 50 (CINCUENTA) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requieren importación, y para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 95 DÍAS; para poder así cumplir con el tiempo requerido de manera correcta.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A ,B ,C

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE la observación con el fin de promover la pluralidad de postores potenciales y la entrega del equipo dentro del plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

13. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución no debe ser mayor a noventa y cinco (95) días calendario, la cual se distribuirá de la siguiente forma:

-Plazo de entrega del bien; dentro de los noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

-Plazo de instalación y puesta en funcionamiento; dentro de los cinco (05) días calendario a partir del día siguiente de entregado los bienes.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:29

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

4.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM N° 01 MANIQUI DE AUSCULTACIÓN (TÓRAX) (E46)

Los usuarios también pueden crear y guardar videos con sus propios casos.

CONSULTA

¿Se solicita al honorable Comité considerar opcional la característica "Los usuarios también pueden crear y guardar videos con sus propios casos", ya que también se esta pidiendo acceso a una biblioteca de recursos preexistentes que cumplen con los objetivos de enseñanza y entrenamiento, lo que asegura una experiencia educativa robusta.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE y se retira la característica para permitir una mayor participación de postores potenciales con equipos modernos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:29

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

4.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM N° 01 MANIQUI DE AUSCULTACIÓN (TÓRAX) (E46)

Dimensiones: 85 x 17 x 35 cm

CONSULTA:

¿Se solicita al honorable Comité aceptar las dimensiones según el fabricante que en realidad no varía mucho a medidas estándares reales, ya que el simulador tiene que ser compacto y portátil, cumpliendo con los requisitos de espacio y facilidad de uso.¿

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Dimensiones: de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:29

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

4.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM N° 01 MANIQUI DE AUSCULTACIÓN (TÓRAX) (E46)

Además, es posible conectar el maniquí de auscultación para formación a unos altavoces y utilizarlo en una clase o un aula magna

CONSULTA:
Se solicita al honorable Comité aceptar este tipo de conectividad por Bluetooth teniendo el simulador la capacidad de conectarse sistemas de sonido externos mediante Bluetooth proporciona flexibilidad y permite adaptarse a diferentes entornos de aula.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE parcialmente con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Además, es posible conectar el maniquí de auscultación para formación a unos altavoces(altavoces incluidos y de la misma marca que el equipo ofertado) o por Bluetooth .

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:29

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

4.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM N° 01 MANIQUI DE AUSCULTACIÓN (TÓRAX) (E46)

Las lecciones programables y protegidas mediante contraseña

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité considerar "Las lecciones programables y/o configurables y protegidas mediante contraseña, ya que la gestión de lecciones cumple con los requisitos educativos.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE y se retira la característica para permitir una mayor participación de postores potenciales con equipos modernos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:29

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

4.1 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM N° 01 MANIQUI DE AUSCULTACIÓN (TÓRAX) (E46)

Una copia digital de la guía de lecciones: se suministra en formato digital en el ordenador portátil, pero se puede imprimir para su uso durante la enseñanza de la auscultación en cualquier momento

CONSULTA

Consulta: ¿Se solicita al honorable Comité considerar opcional "Una copia digital de la guía de lecciones: se suministra en formato digital en el ordenador portátil, pero se puede imprimir para su uso durante la enseñanza de la auscultación en cualquier momento" o considerar Control del maniquí de auscultación mediante smartphone o tablet o una aplicación que proporciona un control perfecto, accesible y práctico, así se permitirá la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE y se retira la característica para permitir una mayor participación de postores potenciales con equipos modernos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:13:29

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

8. CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

- Capacitaciones deberá ser dictada por un especialista, técnico o personal capacitado en los bienes a adquirir que deberá acreditar debidamente con documento emitido por el fabricante.

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité considerar la aceptación de capacitación proporcionada por personal que no necesariamente sea del fabricante, pero que esté debidamente calificado y con experiencia en el uso y enseñanza de los bienes a adquirir. La propuesta es permitir que la capacitación pueda ser impartida por especialistas y técnicos certificados en el área, que cuenten con la experiencia y competencias necesarias para asegurar una formación adecuada. La restricción actual podría excluir a potenciales postores que, aunque no sean del fabricante, podrían ofrecer una formación de alta calidad y relevancia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente

Capacitaciones: deberá ser dictada por un especialista, técnico o personal capacitado en los bienes a adquirir que deberá acreditar una experiencia de al menos tres (03) capacitaciones realizadas de simuladores de ciencias de la salud en general. Esta experiencia deberá ser acreditada al momento de realizar la capacitación

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Las características hacen referencia al modelo SAM 3G; sin embargo, ese modelo ha descontinuado por el fabricante según dice su pagina web ¿Presentamos SAM4, el avance más reciente de Cardionics para formación en auscultación. Avalado por el éxito de sus predecesores SAM Basic, SAM II y SAM 3G, SAM4 aporta nuevas funciones exclusivas para sublimar la experiencia de aprendizaje en auscultación:¿. Por lo tanto, solicitamos colocar como OPCIONAL las siguientes características que incluye ¿videos de casos clínicos¿ que ya no están incluidos en el nuevo SAM 4 plus::

¿ El dispositivo de formación puede utilizarse con cualquier estetoscopio que se encuentre disponible y ofrece una amplísima biblioteca de ruidos reales y de videos de casos clínicos (los videos de casos opcional), ecocardiografías y formas de onda de ECG, para que los estudiantes aprendan a identificar varios ruidos cardiacos, pulmonares e intestinales.

¿ Todos los ruidos y los vídeos se han obtenido grabando a pacientes reales, por lo que los estudiantes podrán disfrutar de una simulación muy realista. (los videos de casos opcional)

¿ En los vídeos de casos clínicos se recogen interacciones clínicas e interacciones con el paciente basadas en distintas patologías, así como una representación visual de los ruidos, que mejora la enseñanza. (los videos de casos opcional)

¿ Los usuarios también pueden crear y guardar vídeos con sus propios casos. (los videos de casos opcional)

¿ Vídeos de casos clínicos: más de 24 vídeos como mínimo que contienen interacciones clínicas e interacciones con el paciente basadas en distintas patologías. Los usuarios pueden visualizar un vídeo y escuchar el dispositivo de formación en una simulación realista de la auscultación, así como crear sus propios vídeos de casos. (opcional)

¿ Tiene la mayor biblioteca de ruidos (24 ruidos) y de vídeos (36 vídeos en total) (los videos opcionales)

¿ Los usuarios pueden crear y guardar videos con sus propios casos (opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE y se retiran la característica para permitir una mayor participación de postores potenciales con equipos modernos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Las características hacen referencia al modelo SAM 3G; sin embargo, ese modelo ha descontinuado por el fabricante según dice su página web ¿Presentamos SAM4, el avance más reciente de Cardionics para formación en auscultación. Avalado por el éxito de sus predecesores SAM Basic, SAM II y SAM 3G, SAM4 aporta nuevas funciones exclusivas para sublimar la experiencia de aprendizaje en auscultación:¿. Por lo tanto, solicitamos colocar como OPCIONAL las siguientes características que incluye ¿lecciones protegidas mediante contraseña¿ que ya no están incluidos en el nuevo SAM 4 plus:

- ¿ Las lecciones programables y protegidas mediante contraseña permiten que varios instructores de un mismo centro educativo utilicen el dispositivo de formación. (opcional)
- ¿ Las lecciones programables y protegidas mediante contraseña (opcional)
- ¿ Los usuarios pueden configurar lecciones protegidas por contraseña para evaluar a los estudiantes (opcional)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE y se retira la característica para permitir una mayor participación de postores potenciales con equipos modernos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Las características hacen referencia al modelo SAM 3G; sin embargo, ese modelo ha descontinuado por el fabricante según dice su página web ¿Presentamos SAM4, el avance más reciente de Cardionics para formación en auscultación. Avalado por el éxito de sus predecesores SAM Basic, SAM II y SAM 3G, SAM4 aporta nuevas funciones exclusivas para sublimar la experiencia de aprendizaje en auscultación:¿. Por lo tanto, solicitamos confirmar si es posible aceptar una tableta compatible con Android e iOS, dado que el nuevo modelo SAM 4 Plus ya no incluye ordenador portátil. En ese caso, sería el proveedor quien deberá suministrar la tableta, acompañada de una carta de compromiso para su entrega. Si se acepta esta propuesta, quedaría planteado de la siguiente manera:

- ¿ Cuando se conecta a un ordenador portátil (o tableta compatible con Android e iOS) a través del software preinstalado, se puede acceder a una gran variedad de ruidos, vídeos y lecciones grabados.
- ¿ Un ordenador portátil (o tableta compatible con Android e iOS) nueva con el software de formación en auscultación instalado. El postor deberá acreditar que la tableta seria incluida mediante declaración jurada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE con el fin de promover la mayor participación de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente

- ¿ Un ordenador portátil o Tablet con iOS nueva con el software de formación en auscultación instalado (incluido)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Las características hacen referencia al modelo SAM 3G; sin embargo, ese modelo ha descontinuado por el fabricante según dice su página web ¿Presentamos SAM4, el avance más reciente de Cardionics para formación en auscultación. Avalado por el éxito de sus predecesores SAM Basic, SAM II y SAM 3G, SAM4 aporta nuevas funciones exclusivas para sublimar la experiencia de aprendizaje en auscultación:¿. Por lo tanto, solicitamos colocar como OPCIONAL las siguientes características que incluye ¿guía de lecciones¿ que ya no están incluidos en el nuevo SAM 4 plus:

- ¿ Con el producto viene incluida la guía de lecciones: un completo documento que recoge lecciones para cada ruido de auscultación que ofrece. (opcional)
- ¿ Una copia digital de la guía de lecciones: se suministra en formato digital en el ordenador portátil, pero se puede imprimir para su uso durante la enseñanza de la auscultación en cualquier momento (opcional)
- ¿ Cuenta con la completa guía de lecciones (opcional)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE y se retira la característica para permitir una mayor participación de postores potenciales con equipos modernos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Las características hacen referencia al modelo SAM 3G; sin embargo, ese modelo ha descontinuado por el fabricante según dice su página web ¿Presentamos SAM4, el avance más reciente de Cardionics para formación en auscultación. Avalado por el éxito de sus predecesores SAM Basic, SAM II y SAM 3G, SAM4 aporta nuevas funciones exclusivas para sublimar la experiencia de aprendizaje en auscultación:¿. Por lo tanto, solicitamos colocar como OPCIONAL las siguientes características que incluye ¿SAM ONLINE¿ que ya no están incluidos en el nuevo SAM 4 plus:

¿ Se puede utilizar Online, un programa de formación que permite a los estudiantes acceder a la biblioteca de ruidos las 24 horas de los siete días de la semana desde cualquier ordenador, Tablet o smartphone con conexión a Internet. Este programa ofrece más de 40 lecciones sobre auscultación con ilustraciones, diagramas, fonocardiografías, preguntas y respuestas. Se incluye la licencia del sitio. (opcional)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE y se retira la característica para permitir una mayor participación de postores potenciales con equipos modernos."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

De acuerdo con la siguiente característica ¿Además, es posible conectar el maniquí de auscultación para formación a unos altavoces y utilizarlo en una clase o un aula magna para enseñar a un grupo.¿ Solicitamos confirmar si el ¿sistema de altavoces para enseñanza grupal¿ deberá ser incluido o es opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACLARA la consulta y se indica que se requiere incluir dentro de la oferta los altavoces para enseñanza grupal de la misma marca que el equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Las características hacen referencia al modelo SAM 3G; sin embargo, ese modelo ha descontinuado por el fabricante según dice su página web ¿Presentamos SAM4, el avance más reciente de Cardionics para formación en auscultación. Avalado por el éxito de sus predecesores SAM Basic, SAM II y SAM 3G, SAM4 aporta nuevas funciones exclusivas para sublimar la experiencia de aprendizaje en auscultación:¿. Por lo tanto, solicitamos confirmar si es posible considerar las siguientes nuevas características como mejoras adicionales al simulador solicitado.

¿ Control del maniquí mediante smartphone o Tablet: Con SAM4 no se necesita ordenador portátil o de sobremesa. La nueva aplicación SAM4, disponible para iOS y Android, proporciona un control perfecto sobre el maniquí. Esta interfaz intuitiva dinamiza el proceso de aprendizaje para que resulte más accesible y práctico que nunca.

¿ Base giratoria: SAM4 incluye una base giratoria de 360 grados que optimiza la demostración de los puntos de auscultación y la posición exacta del maniquí. Esta innovadora característica mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje, proporcionando mayor flexibilidad a los docentes.

¿ Luces LED en todos los puntos de auscultación: Una de las características destacadas de SAM4 son sus luces LED integradas, estratégicamente situadas en cada punto de auscultación. Estas luces incorporadas iluminan las posiciones correctas para escuchar los sonidos, lo que facilita a los alumnos la identificación y el abordaje de las áreas adecuadas para auscultar. Son elementos concebidos para aumentar la precisión y la confianza durante el proceso de aprendizaje.

¿ Sonido Bluetooth: Los alumnos tienen la flexibilidad de escuchar mediante un estetoscopio real para disfrutar de una experiencia tradicional o bien disfrutar de la comodidad moderna con nuestra nueva función de conexión Bluetooth, que favorece la práctica individualizada gracias a la conectividad directa con dispositivos de sonido externos, como los auriculares. Además, brinda la posibilidad de compartir la experiencia formativa con audiencias más numerosas mediante la conexión a una caja de sonido. SAM4 le permite elegir, porque le proporciona versatilidad y adaptabilidad según sus necesidades de auscultación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACLARA la consulta y, con respecto a las características mencionadas son mejoras y pueden ser presentadas siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos establecidos en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Para los simuladores (auscultación) solicitados, se requiere que las dimensiones sean aproximadas, ya que esta característica puede variar según el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente:

Dimensiones: de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Para los simuladores (punción arterial) solicitados, se requiere que las dimensiones sean aproximadas, ya que esta característica puede variar según el fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente

Dimensiones: de acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Para los simuladores solicitados (auscultación), se requiere un programa de entrenamiento y control. Dado que se trata de simuladores, este programa debe enfocarse en la capacitación del uso y manejo, por lo que solicitamos que se realice la corrección correspondiente a: Programa de capacitación del uso y manejo del simulador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo del pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente

Programa de capacitación del uso y manejo del simulador.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Para los simuladores solicitados (puncion arterial), se requiere un programa de entrenamiento y control. Dado que se trata de simuladores, este programa debe enfocarse en la capacitación del uso y manejo, por lo que solicitamos que se realice la corrección correspondiente a: Programa de capacitación del uso y manejo del simulador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de promover la mayor cantidad de postores potenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente

Programa de capacitación del uso y manejo del simulador.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Se solicita una "piel de repuesto" para el simulador de punción arterial. Por lo tanto, solicitamos confirmar si se trata de un accesorio correspondiente al kit de piel de reemplazo y/o repuesto, el cual deberá incluirse de manera adicional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACLARA la consulta y se indica que se trata de un accesorio el cual deberá incluirse de manera adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:52:03

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Debido a que las características hacen referencia al modelo SAM 3G; sin embargo, ese modelo ha descontinuado por el fabricante según dice su pagina web ¿Presentamos SAM4, el avance más reciente de Cardionics para formación en auscultación. Avalado por el éxito de sus predecesores SAM Basic, SAM II y SAM 3G, SAM4 aporta nuevas funciones exclusivas para sublimar la experiencia de aprendizaje en auscultación:¿. Por lo tanto, solicitamos que se considere agregar un certificado del fabricante que confirme que el simulador ofertado es actual y fue fabricado en el año 2024, lo que garantiza su vigencia tecnológica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE, con el fin de contar con equipos de actualización tecnológica el equipo deberá ser de fabricación 2024.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente

El bien debe ser nuevo, de primer uso, año de fabricación 2024 o superior, con vigencia tecnológica actual (equipos no descontinuados).

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:58:20

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Se solicita que la visita se realice a los 11 meses de otorgada la conformidad del bien para beneficio de la universidad, ya que los equipos tendran mas uso y estaran aún en garantía comercial

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE con el fin de tener un plazo considerable de uso para el mantenimiento preventivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el requerimiento del área usuaria y en las bases integradas, lo siguiente

La visita se realizará a los 11 meses de otorgaba la conformidad del bien.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA

Nomenclatura : AS-SM-44-2024-OEC-UNJBG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS(MANÍQUÍ DE AUSCULTACIÓN TORAX Y MAQUETA DE PUNCIÓN ARTERIAL)PARA EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPONENTE NRO 02 DEL IOARR"REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, MOBILIARIO Y BIBLIOTECA, EN EL(LA)ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DE LA FACS DE

Ruc/código :	20507371281	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	LAB TOP PERU S.R.L.	Hora de envío :	23:58:20

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA. Dado que los equipos son de importacion y cerca a fechas festivas, se solicita la ampliacion del plazo de ejecucion a 90 dias calendarios. Y considerando plazo de entrega de 85 dias calendarios, y plazo de instalacion y funcionamiento de 5 dias calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al pronunciamiento del area usuaria, SE ACOGE PARCIALMENTE con el fin de promover la pluralidad de postores potenciales y la entrega del equipo dentro del plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

13. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución no debe ser mayor a noventa y cinco (95) días calendario, la cual se distribuirá de la siguiente forma:

- Plazo de entrega del bien; dentro de los noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.
- Plazo de instalación y puesta en funcionamiento; dentro de los cinco (05) días calendario a partir del día siguiente de entregado los bienes.