

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIO SISTEMA FLAT PANEL PARA USARLO EN EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA

Ruc/código : 20509997340

Fecha de envío : 04/09/2024

Nombre o Razón social : INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC

Hora de envío : 18:58:37

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En el Anexo 3 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS en el punto 18 ANEXOS /ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, en las Especificaciones técnicas de la ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN Y VISUALIZACIÓN DIGITAL, se solicita:

Procesador Pentium Core I5 de octava generación o superior.

Dado que Pentium y Core I5 son dos líneas de procesadores de Intel diferentes con características propias, la segunda más moderna que la primera, observamos las bases y solicitamos al Comité considerar:

Procesador Core I5 de octava generación o superior.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 18

Literal: 1

Página: 31

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SU OBSERVACION, EL ENUNCIADO QUEDARA DE LA SIGUENTE MANERA: PROCESADOR CORE i5 DE OCTAVA GENERACION O SUPERIOR.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ROCESADOR CORE i5 DE OCTAVA GENERACION O SUPERIOR.

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-45-2024-ESSALUD/RPS-1  
1  
Bien  
ADQUISICIÓN DE ACCESORIO SISTEMA FLAT PANEL PARA USARLO EN EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	18:58:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la sección de documentos para la admisión de oferta indican:  
e) Fichas Técnicas, catálogos, folletos y/o otros documentos que indiquen los detalles del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los accesorios del sistema Flat Panel.

Solicitamos se aclare si también aceptarán CARTAS DEL FABRICANTE para la verificación de especificaciones que no se encuentren en las fichas técnicas, catálogos, folletos u otros documentos.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 2.2.1.1    Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE PARA LA SUSTENTACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICA DE LOS BIENES SOLICITADOS SERAN CON FICHAS TECNICAS DEL FABRICANTE, BROCHURE, DATA SHEET, CATALOGOS, FOLLETOS, MANUALES Y/O OTROS DOCUMENTOS QUE INDIQUEN EL CUMPLIMIENTO, NO SE ACEPTARAN DECLARACIONES JURADAS Y/O CARTAS DE FABRICANTES O DEL POSTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-45-2024-ESSALUD/RPS-1  
1  
Bien  
ADQUISICIÓN DE ACCESORIO SISTEMA FLAT PANEL PARA USARLO EN EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	20:43:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA:

Detallar si la emisión de la conformidad está condicionada a la operatividad del equipo, en el entendido que, tras la instalación del repuesto, presentara fallas ajenas a la instalación del mismo.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 16    Literal:    Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA SU CONSULTA, EL EQUIPO DE RAYOS X EL CUAL ESTA DESTINADO EL BIEN SOLICITADO SE ENCUENTRA OPERATIVO, SI EN CASO FORTUITO PRESENTARÁ FALLAS, LOS BIENES OFERTADOS SERAN PROBADOS EN OTROS EQUIPOS DE RAYOS X DE LA RED SABOGAL DANDO LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-45-2024-ESSALUD/RPS-1  
1  
Bien  
ADQUISICIÓN DE ACCESORIO SISTEMA FLAT PANEL PARA USARLO EN EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	20:43:47

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA:  
En este apartado se menciona que se realizarán las respectivas pruebas de funcionamiento.  
Para esos efectos, se solicita confirmar que el Equipo en cuestión no se encuentra con limitaciones de cualquier índole y, de advertirse alguna falla adicional, este no afectará la emisión de conformidad de funcionamiento del repuesto proveído (Flat Panel).

Acápite de las bases :  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Especifico  
Numeral: 5  
Literal:  
Página:

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACLARA SU CONSULTA, EL EQUIPO DE RAYOS X EL CUAL ESTA DESTINADO EL BIEN SOLICITADO SE ENCUENTRA OPERATIVO, SI EN CASO FORTUITO PRESENTARÁ FALLAS, LOS BIENES OFERTADOS SERAN PROBADOS EN OTROS EQUIPOS DE RAYOS X DE LA RED SABOGAL DANDO LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-45-2024-ESSALUD/RPS-1  
1  
Bien  
ADQUISICIÓN DE ACCESORIO SISTEMA FLAT PANEL PARA USARLO EN EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	20:43:47

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONSULTA:  
Puesto que el servicio el desmontaje, instalación y puesta en funcionamiento, se solicita ACLARAR cuál será el procedimiento en caso, una vez realizadas estas actividades, el equipo no quede operativo por causas no atribuibles al Contratista; es decir, presentara una falla distinta que no involucre al Flat Panel instalado.

Acápite de las bases :  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Especifico  
Numeral: 5.1.2  
Literal:  
Página:

Análisis respecto de la consulta u observación:  
SE ACLARA SU CONSULTA, EL EQUIPO DE RAYOS X EL CUAL ESTA DESTINADO EL BIEN SOLICITADO SE ENCUENTRA OPERATIVO, SI EN CASO FORTUITO PRESENTARÁ FALLAS, LOS BIENES OFERTADOS SERAN PROBADOS EN OTROS EQUIPOS DE RAYOS X DE LA RED SABOGAL DANDO LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-45-2024-ESSALUD/RPS-1  
1  
Bien  
ADQUISICIÓN DE ACCESORIO SISTEMA FLAT PANEL PARA USARLO EN EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	20:43:47

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSULTA

Siendo que los fabricantes determinan las especificaciones técnicas de sus productos; recurrentemente se evidencia que ciertos requerimientos de características no se encuentran en los catálogos y/o manuales de sus productos, sin embargo, estos sí cumplen con lo solicitado.

En ese sentido, solicitamos considerar un documento emitido por el mismo fabricante donde se haga mención a determinada característica no contemplada dentro del manual y/o catálogo, pero con la que sí se cuenta el producto (Flat Panel).

Por ejemplo, se hace mención a la duración de batería, pero no la capacidad exacta (cantidad de mAh). En ese caso el fabricante podría facilitarnos el dato exacto de la capacidad a través de un documento oficial emitido por ellos.

Acápite de las bases :  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Sección: Especifico  
Numeral:  
Literal:  
Página:

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARO SU CONSULTA, PARA LA SUSTENTACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICA DE LOS BIENES SOLICITADOS NECESARIAMENTE SE DEBE CONTAR CON BROCHURE, DATA SHEET, CATALOGOS, MANUALES Y/O OTROS DOCUMENTOS QUE INDIQUEN EL CUMPLIMIENTO, NO SE ACEPTARAN DECLARACIONES JURADAS Y/O CARTAS DE FABRICANTES O DEL POSTOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :  
Nomenclatura :  
Nro. de convocatoria :  
Objeto de contratación :  
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD  
AS-SM-45-2024-ESSALUD/RPS-1  
1  
Bien  
ADQUISICIÓN DE ACCESORIO SISTEMA FLAT PANEL PARA USARLO EN EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	20:43:47

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

OBSERVACIÓN:

Con el fin de mantener el procedimiento de selección libre para la concurrencia de distintos postores a nivel nacional, ponemos de su conocimiento para los fines que estime pertinentes, que el bien requerido en el presente procedimiento de selección (Flat Panel), no está considerado dentro de los productos que requieran Registro Sanitario, en función a que no interactúa directamente con las personas sino que es, en esencia, el medio por el cual se obtienen las imágenes y/o resultados obtenidos de un equipo emisor de Rayos X (que sí requiere dicho Registro).

Prueba de ello, es que múltiples entidades a nivel nacional, requieren estos repuestos sin ese tipo de requerimientos, por cuanto encarecen la logística derivada del mismo, aunado a la futilidad de dicho registro.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral:    Literal:    Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE SU OBSERVACION. SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL BIEN SOLICITADO SÍ CUENTA CON REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO.  
POR TEMAS DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS BIENES OFERTADOS SE INCLUIRÁ LA PRESENTACION DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO, DICHO DOCUMENTO DEBE ESTAR A NOMBRE DEL POSTOR Y VIGENTE A LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIO SISTEMA FLAT PANEL PARA USARLO EN EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA

Ruc/código :	20606423374	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ELVIMEDIC GROUP SAC	Hora de envío :	21:23:27

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

3.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

En la Pág. 22 indican documentos a presentar para acreditar la experiencia del personal clave, se sobreentiende que en este punto es solo un ingeniero Electrónico o Mecatrónico, pero a la vez en Anexo 3 de la pág. 49, 7.1 Perfil del Personal, indican la presentación de un Ingeniero Electrónico o Mecatrónico y un Técnico en Electrónica o Mecatrónica o Bachiller en Ingeniería Electrónica.

Consultamos al Comité de Selección con el afán de permitir la mayor participación de postores la presentación del personal clave y perfil del personal solo a:  
Un ingeniero Electrónico o Mecatrónico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARO SU CONSULTA, PARA LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL CLAVE SOLO SERA NECESARIO: UN (01) INGENIERO ELECTRÓNICO O MECATRÓNICO, ASIMISMO SE CONSIDERARÁ LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DEL 25% REQUERIDA PARA MYPES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UN (01) INGENIERO ELECTRÓNICO O MECATRÓNICO, ASIMISMO SE CONSIDERARÁ LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DEL 25% REQUERIDA PARA MYPES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-45-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIO SISTEMA FLAT PANEL PARA USARLO EN EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DEL HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA

Ruc/código :	20606423374	Fecha de envío :	04/09/2024
Nombre o Razón social :	ELVIMEDIC GROUP SAC	Hora de envío :	21:23:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan:  
Procesador Pentium Core i5 de octava generación o superior  
Apreciamos que hubo un error de tipeo ya que el procesador solicitado debe ser Intel Core i5 o simplemente la denominación Core i5, por lo cual solicitamos al Comité de Selección corregir el punto indicado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 18 Literal: ANEXO 1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
ACLARO SU CONSULTA, DEBIDO A UN ERROOR DE TIPEO SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA SIGUENTE MANERA: PROCESADOR CORE i5 DE OCTAVA GENERACION O SUPERIOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
PROCESADOR CORE i5 DE OCTAVA GENERACION O SUPERIOR.