

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT LAPAROSCOPIA PARA CAPRINOS, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20516809524  | Fecha de envío : | 04/03/2025 |
| Nombre o Razón social : | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | Hora de envío :  | 22:57:03   |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según lo indicado en las bases, se requiere un Sistema de trocar con punta piramidal, con válvula multifunción y grifo. Tamaño 5 mm. Con el fin de fomentar la diversidad de marcas y postores, solicitamos al comité de selección que considere la opción de un sistema de trocar de hasta 5.5 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que debido a que la variación en el tamaño del trocar puede afectar la compatibilidad con los instrumentos quirúrgicos estándar y la precisión en los procedimientos. La especificación de 5 mm responde a un estándar ampliamente utilizado en la práctica quirúrgica veterinaria, garantizando un adecuado desempeño y seguridad en la manipulación. Además, ampliar el diámetro podría afectar la adaptabilidad con los equipos preexistentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT LAPAROSCOPIA PARA CAPRINOS, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20516809524  | Fecha de envío : | 04/03/2025 |
| Nombre o Razón social : | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION<br>REPRESENTACIONES S.A.C - MASED<br>REPRESENTACIONES S.A.C | Hora de envío :  | 22:57:03   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según lo indicado en las bases, se requiere un Manipulador de órganos, pinza de 5 mm, posibilidad de rotación de punta. Con el fin de fomentar la diversidad de marcas y postores, solicitamos al comité de selección que considere la opción de un Manipulador de órganos o pinza de agarre multidentada de 5 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que debido a que la funcionalidad de un manipulador de órganos con posibilidad de rotación de punta difiere de una pinza de agarre multidentada, ya que el primero permite una mayor precisión en la manipulación de tejidos internos durante la intervención laparoscópica. La especificación actual responde a una necesidad técnica específica, por lo que cambiar el requerimiento podría afectar el desempeño del procedimiento laparoscópica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT LAPAROSCOPIA PARA CAPRINOS, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20516809524  | Fecha de envío : | 04/03/2025 |
| Nombre o Razón social : | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C | Hora de envío :  | 22:57:03   |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según lo indicado en las bases, se requiere un cable de fibra óptica con conector para usar con fuente de luz fría. Con el fin de fomentar la diversidad de marcas y postores, solicitamos al comité de selección que considere la opción de un cable de fibra óptica con conector para usar con fuente de luz LED o fría.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para una mayor concurrencia de postores y marcas, la inclusión de cables compatibles con fuentes de luz LED amplía la compatibilidad con tecnologías más eficientes y de mayor durabilidad. Las fuentes de luz LED presentan ventajas como menor consumo energético, mayor vida útil y menor emisión de calor en comparación con las fuentes de luz fría tradicionales. Permitir ambas opciones garantiza mayor oferta de proveedores sin afectar la funcionalidad del equipo.

Descripción  
KIT LAPAROSCOPIA  
Cable de fibra óptica con conector:  
¿ Fibra óptica de 3.5 mm de diámetro y 300 cm de largo para usar con fuente de luz fría o LED

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Descripción  
KIT LAPAROSCOPIA  
Cable de fibra óptica con conector:  
¿ Fibra óptica de 3.5 mm de diámetro y 300 cm de largo para usar con fuente de luz fría o LED

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT LAPAROSCOPIA PARA CAPRINOS, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20516809524  | Fecha de envío : | 04/03/2025 |
| Nombre o Razón social : | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION<br>REPRESENTACIONES S.A.C - MASED<br>REPRESENTACIONES S.A.C | Hora de envío :  | 22:57:03   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Según lo indicado en las bases, se requiere una Fuente de luz fría LED, lampara halógena de 150W. Con el fin de fomentar la diversidad de marcas y postores, además de considerar las mejoras tecnológicas que se han realizado solicitamos al comité de selección que considere la opción de una Fuente de luz LED de 180W con baja emisión de calor con control manual o automático de la luz o Fuente de Luz halógena de 150W.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: . Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las fuentes de luz LED de 180W ofrecen una mejor eficiencia lumínica con menor generación de calor, lo que favorece la seguridad del procedimiento. La opción de control manual o automático permite una regulación más precisa de la iluminación. Mantener la opción de la lámpara halógena de 150W garantiza la compatibilidad con equipos tradicionales y permite la participación de más postores, por lo que se modificara la condición de la siguiente manera:

KIT LAPAROSCOPIA

Características principales:

Fuente de luz fría LED de 150W o superior con baja emisión de calor y control manual o automático de la luz, o lámpara halógena de 150W.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

KIT LAPAROSCOPIA

Características principales:

Fuente de luz fría LED de 150W o superior con baja emisión de calor y control manual o automático de la luz, o lámpara halógena de 150W.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE KIT LAPAROSCOPIA PARA CAPRINOS, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2506684

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20516809524  | Fecha de envío : | 04/03/2025 |
| Nombre o Razón social : | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION<br>REPRESENTACIONES S.A.C - MASED<br>REPRESENTACIONES S.A.C | Hora de envío :  | 23:18:59   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Según lo indicado en las bases, se consideran equipos similares a: Kit de Inseminación Artificial, Ecógrafo veterinario portátil, Ecógrafo Doppler, centrifuga, incubadora, platina térmica. En pro de demostrar la experiencia adecuada para respaldar la garantía y soporte técnico del bien Kit laparoscopia para caprinos, solicitamos al comité de selección consideren: Kit de Inseminación Artificial, Laparoscopia para ovinos o caprinos, kit de laparoscopia, Ecógrafo veterinario portátil, Ecógrafo Doppler o Ecógrafo para aspiración folicular.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La inclusión de equipos como el laparoscopia para ovinos o caprinos y el kit de laparoscopia permite una mejor alineación con los requerimientos técnicos del procedimiento. Además, la adición del ecógrafo para aspiración folicular amplía la compatibilidad con técnicas avanzadas de reproducción asistida, asegurando una mayor oferta de postores con experiencia en este tipo de tecnología, por lo que incorporara como bienes similares, lo siguiente:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Kit de Inseminación Artificial o Ecógrafo veterinario portátil o Ecógrafo Doppler o centrifuga o incubadora o platina térmica o Ecógrafo para aspiración folicular.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Kit de Inseminación Artificial o Ecógrafo veterinario portátil o Ecógrafo Doppler o centrifuga o incubadora o platina térmica o Ecógrafo para aspiración folicular.