

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:06:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que dentro de los requerimientos técnicos mínimos no se está solicitando algunos requerimientos que son muy necesarios para la adquisición de instrumental quirúrgico como, por ejemplo, El grabado a laser en alto relieve en la superficie del instrumental indicando Marca, código de catálogo, marca de la comunidad europea: CE o similar al país de procedencia, Material con el que está fabricado, garantizando así el cumplimiento con las normas de calidad y la confiabilidad de procedencia de los instrumentales ya que estos otorgan garantía y seguridad para los usuarios finales.

Por lo expuesto líneas arriba, aceptará el comité de selección como cumplimiento obligatorio dentro de las especificaciones técnicas lo siguiente:

IDENTIFICACION

Grabado a Laser Alto Relieve en su superficie desde fabrica lo siguiente: Marca, código de catálogo, marca de la comunidad europea: CE o similar al país de procedencia, Material con el que está fabricado (germany). número de lote grabado en el propio instrumental y en el empaque de fábrica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta. Se aclara que el material solicitado tiene que ser grabado a láser superficial, por lo que no existe grabado a láser en alto relieve como lo menciona el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:06:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PINZA KOCHER OSCHNER RECTA 20 CM

Existen en el mercado diferentes tipos de marcas de instrumental quirurgico que diseñan sus catalogos según critero de cada fabricante, pero que al final tienen la misma funcionalidad.

Por lo expuesto aceptara el comité para una mayor pluralidad de postores lo siguiente:

PINZA ROCHESTER OCHSNER RECTA 20 CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, siendo que en ambas formas cumple la misma funcionalidad. Por lo tanto, se acepta PINZA KOCHER OSCHNER RECTA 20 CM y/o PINZA ROCHESTER OCHSNER RECTA 20 CM .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA		
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA		

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:06:41

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Presentación de una muestra del Set instrumental de parto x 10 piezas , para la evaluación organológica y corroboración de las características solicitadas.
Solicitar muestras del set limita la participación ya que no se cuenta en stock, al hacer un instrumental fabricado en Alemania y con una producción especial.
Para una Libre concurrencia y pluralidad de postores, ¿Aceptara el Comité de selección en coordinación con la parte usuaria solicitar muestras representativas?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. El área usuaria en coordinación con la parte usuaria de los Establecimientos de Salud determinan que es sumamente importante la presentación de muestras del Set instrumental de parto x 10 piezas para su evaluación respectiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:06:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONTROL DE CALIDAD

El instrumental debe cumplir con las siguientes normas internacionales ISO783-13: 1986, ISO 4957-1980, ISO 7153-12, 1991 din 17440-1985, din 17442-1977 y astm e 353-84

Las normas solicitadas no están destinadas al sector de la tecnología médica (instrumental quirúrgico) e incluso restringe la libre competencia.

Para una Libre concurrencia y pluralidad de postores, ¿Aceptara el Comité de selección en coordinación con la parte usuaria solicitar normas de control de calidad según cada fabricante?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, siempre y cuando demuestre fehacientemente el cumplimiento de lo señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA		
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA		

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:06:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de 05 DIAS CALENDARIOS computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y/o notificada de la orden de compra.
El plazo de entrega limita la participación ya que no se cuenta en stock en nuestros almacenes por la cantidad solicitada , además por ser un producto con fabricación en el extranjero.
En ese sentido se solicita considerar mayor tiempo de entrega considerando, la fabricación, demora de llegada a Perú, desaduanaje y envió a sus almacenes. ¿Aceptara el Comité de selección en coordinación con la parte usuaria solicitar 30 días calendarios el plazo de entrega?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria desde el equipo del programa presupuestal materno no acoge la consulta, ya que existe una alta necesidad y urgencia de contar con la adquisición del instrumental.
Cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostró que existe pluralidad de postores que manifestaron cumplir con el plazo de entrega y sus condiciones. Por lo tanto, se mantiene como PLAZO DE ENTREGA DE 05 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	15:06:41

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Podria el comite confirmar si lo solicitado es una PINZA PORTA AGUJA MAYO HEGAR 18 CM curva?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se procede en precisar la consulta y se confirma que se solicita PINZA PORTA AGUJA MAYO HEGAR 18 CM RECTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA		
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA		

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	15:23:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideración bienes similares a los siguientes : VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS
Lo solicitado en la experiencia del postor no guarda relación con el bien solicitado en la presente convocatoria.
Para una Libre concurrencia y pluralidad de postores, ¿Aceptara el Comité de selección en coordinación con la parte usuaria solicitar INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN GENERAL?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta de lo solicitado, acetándose en EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
La consideración de bienes similares a los siguientes : VENTA DE EQUIPOS BIOMEDICOS y/o INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	15:49:34

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS SE CONSIDERE COMO EQUIVALENTE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO 13485:2016 Y EL ISO 5832-1 ¿ AISI 420, DEBIDO A QUE ÉSTAS ENGLOBAN LO QUE RESPECTAN LAS NORMAS ISO MENCIONADAS EN EL NUMERAL 3.4 CONTROL DE CALIDAD DE LAS BASES DEL PROCESO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS INSTRUMENTALES Y LA PLURALIDAD DE LOS POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la observación, siempre y cuando demuestre fehacientemente el cumplimiento de lo señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA

Ruc/código :	20608554476	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	EDAL MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	15:49:34

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS QUE PARA SUSTENTAR DEBIDAMENTE LA CALIDAD DE LA ¿CUBETA SIN ASA CON TAPA, CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL (NACIONAL)¿, sea mediante la NORMA AISI 304-2B, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL MATERIAL Y LA PLURALIDAD DE LOS POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge la observación, siempre y cuando demuestre fehacientemente el cumplimiento de lo señalado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA		
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA		

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:45

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Señores del comité, es preocupante el tiempo exigido para la entrega de estos equipos, siendo cinco (5) días muy cortos para el cumplimiento. Esto claramente es perjudicial y no transparente para los proveedores que no son de Ayacucho-Huamanga, dando a entender que no habrá pluralidad de postores, menos la transparencia y equidad debida hacía todos los postores registrados en la OSCE.

Exigimos evaluar este punto ya que afecta directamente a la ley de contrataciones del estado, direccionando aquel proveedor que cuenta con el stock y que se encuentre cerca de Ayacucho-Huamanga. Esperamos y amplíen el plazo de entrega, considerando también que el área encargada de realizar las bases haya respaldado este pedido con el estudio de mercado, y cumpliendo así con lo exigido en la ley de contratación.

Si bien entendemos que la celeridad de entrega debe ser por la necesidad de la entidad, pero esto no puede ser motivo para no poner reglas y oportunidades iguales para todos los postores.

29.3. AL DEFINIR EL REQUERIMIENTO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, IRRAZONABLES O INNECESARIAS A LA CALIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES POSTORES QUE LIMITEN O IMPIDAN LA CONCURRENCIA DE LOS MISMOS U ORIENTES LA CONTRATACIÓN HACIA UNO DE ELLOS.

29.8. AL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria desde el equipo del programa presupuestal materno no acoge la observación, ya que existe una alta necesidad y urgencia de contar con la adquisición del instrumental.

Cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostró que existe pluralidad de postores que manifestaron cumplir con el plazo de entrega y sus condiciones. Por lo tanto, se mantiene como PLAZO DE ENTREGA DE 05 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:45

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Señores del comité, Indican que el tiempo corre al día siguiente de la suscripción del contrato y/o de la notificación de la Orden de Compra, esto puede generar error en los tiempos.
Entendemos que este tiempo rige desde la notificación de la Orden de compra, ¿es correcta nuestra apreciación? Ya que entre la firma del contrato y la emisión de la orden de compra puede pasar varios días, generando así confusión o inducir al error al proveedor.
Pedimos la aclaración del caso.

29.3. AL DEFINIR EL REQUERIMIENTO NO SE INCLUYEN EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, IRRAZONABLES O INNECESARIAS A LA CALIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES POSTORES QUE LIMITEN O IMPIDAN LA CONCURRENCIA DE LOS MISMOS U ORIENTES LA CONTRATACIÓN HACIA UNO DE

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: ILiteral: 1.9Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el plazo de entrega será de 05 DÍAS CALENDARIOS computados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA		
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA		

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:45

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Señores del comité, solicitan Muestra física de los equipos a ofertar, pero no indican la fecha que debe dejarse las muestras, tampoco indican que pruebas ni método técnico y tecnológico harán para la evaluación, que valores tomarán para dar un veredicto. No queremos creer que la evaluación de las muestras se hará solo sea a la vista y menos sin usar un criterio técnico, por lo que exigimos nos indiquen los criterios de evaluación para los componentes y material, que ensayos pasarán para dicha evaluación.
Esperamos consideren esta petición ya que es en esta evaluación determinará prácticamente al ganador del proceso.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** e **Página:** 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la fecha de presentación de muestras es la misma fecha de la presentación de ofertas.
Las muestras serán evaluadas por el área usuaria, expertos en la materia, se empleará el método organoléptico, principalmente de vista y tacto para verificar el cumplimiento de lo solicitado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA		
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-GRA/REDHGA-CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE SET DE ATENCIÓN DE PARTO DE 10 PIEZAS, PARA LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA		

Ruc/código :	20189254602	Fecha de envío :	26/06/2024
Nombre o Razón social :	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:35:45

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Señores del comité, solicitan TIJERA DE EPISETOMIA BRAUN STADLER 14.5 CM. Solicitamos al comité puedan aceptar como medida en 14 CM, debiendo quedar TIJERA DE EPISETOMIA BRAUN STADLER 14 Ó 14.5 CM, esperemos puedan aceptar esta medida para obtener una pluralidad de postores adecuada y no direccionar a una marca en específico.

29.8. AL ÁREA USUARIA ES RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO, DEBIENDO ASEGURAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REDUCIR NECESIDAD DE SU REFORMULACIÓN POR ERRORES O DEFICIENCIAS TÉCNICAS QUE REPERCUTAN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria desde el equipo del programa presupuestal materno neonatal no acoge la consulta. Se precisa que se mantiene como Tijera de episiotomía Braun Stadler 14.5cm. Cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostró que existe pluralidad de marcas y postores, los mismos que manifestaron el cumplimiento de todas las condiciones generales de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA