

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20602744907

Nombre o Razón social : SEBAOT S.A.C.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 15:32:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la descripción del dispositivo de las Especificaciones Técnicas del Paquete 1 ¿ N°1 se describe lo siguiente:

- Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4 mm con receso en forma de estrella
- Aguja de reducción para placa 1.25mm con rosca
- Aguja kirschner 1.25 mm c/punta trocar L150mm

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se solicita al Comité de Selección tenga a bien ampliar las especificaciones técnicas de:

- Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4 mm con receso en forma de estrella a forma hexagonal.
- Aguja de reducción para placa 1.25mm con rosca a Aguja Guía roscado 1.5mm
- Aguja kirschner 1.25 mm c/punta trocar L150mm a Aguja Guía roscado 1.5mm

Con la finalidad de mejoras tecnológicas y mayor participación para los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** PAQUETE 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN LE ACLARA LO SIGUIENTE: SE ACEPTARA LO SOLICITADO, Y EN LA ETAPA DE INTEGRACION DE BASES SE AMPLIARA LAS MEDIDAS SEGUN DETALLE:

- Tornillo de bloqueo de ángulo variable 2.4 mm con receso en forma de estrella O forma hexagonal.
- Aguja de reducción para placa 1.25mm con rosca a Aguja Guía roscado 1.5mm
- Aguja kirschner 1.25 mm c/punta trocar L150mm a Aguja Guía roscado 1.5mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20602744907

Nombre o Razón social : SEBAOT S.A.C.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 15:32:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la descripción del dispositivo de las Especificaciones Técnicas del Paquete 2 ¿ N°2 se describe lo siguiente:

- Tornillos de cortical 3.5mm a 4.0mm
- Agujas de Kirschner 1.6mm

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se solicita al Comité de Selección tenga a bien ampliar las especificaciones técnicas de:

- Agujas de Kirschner 1.6mm a Aguja Guía roscado 1.5mm
- Tornillos de cortical 3.5mm a 4.0mm si bien no especifica la forma (estrella) se pueda ampliar a la forma hexagonal.

Con la finalidad de mejoras tecnológicas y mayor participación para los postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** PAQUETE 2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN LE ACLARA LO SIGUIENTE: EL BIEN SOLICITADO ES PLACA 1/3 DE CAÑA O TUBO CONVENCIONAL PARA LO CUAL SE NECESITA AGUJAS DE KIRSCHNER DE 1.6mm LISAS NO ROSCADO 1.5 MM, ASIMISMO LOS TORNILLOS DE CORTICAL SON DE 3.5 mm A 4.0 mm de forma estrella o hexagonal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	15:32:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la descripción del dispositivo de las Especificaciones Técnicas del Paquete 2 ¿ N°3 se describe lo siguiente:
- Agujas de Kirschner 1.8mm C/punta trocar

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se solicita al Comité de Selección tenga a bien ampliar las especificaciones técnicas de:
- Agujas de Kirschner 1.8mm C/punta trocar a Aguja Guía roscado 1.5mm

Con la finalidad de mejoras tecnológicas y mayor participación para los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: PAQUETE 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA, LE ACLARA QUE DADO EL TIPO DE SISTEMA DE PLACA SI ACEPTA LO SOLICITADO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
- Agujas de Kirschner 1.8mm C/punta trocar a Aguja Guía roscado 1.5mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20602744907

Nombre o Razón social : SEBAOT S.A.C.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 15:32:49

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la descripción del dispositivo de las Especificaciones Técnicas del Paquete 2 ¿ N°4 se describe lo siguiente:

- Agujas de Kirschner 1.6mm:04,

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se solicita al Comité de Selección tenga a bien ampliar las especificaciones técnicas de:

- Agujas de Kirschner 1.6mm a Aguja Guía roscado 1.5mm

Con la finalidad de mejoras tecnológicas y mayor participación para los postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** PAQUETE 2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN LE ACLARA SU CONSULTA Y LE MANIFIESTA LO SIGUIENTE: DEBIDO AL SISTEMA DE PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL LA AGUJA DEBE SER LISA Y NO ROSCADO; POR LO TANTO SE SOLICITA AGUJA DE KRISCHNER DE 1.6mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20602744907

Nombre o Razón social : SEBAOT S.A.C.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 15:32:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la descripción del dispositivo de las Especificaciones Técnicas del Paquete 2 ¿ N°5 se describe lo siguiente:

- Tornillos de bloqueo de 4.5mm o 4.0mm

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se solicita al Comité de Selección tenga a bien ampliar las especificaciones técnicas de:

- Tornillos de bloqueo de 4.5mm a Tornillos de bloqueo de 5.0mm

Con la finalidad de mejoras tecnológicas y mayor participación para los postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** PAQUETE 2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN LE ACLARA SU CONSULTA Y LE MANIFIESTA QUE EL AREA USUARIA NECESITA TORNILLOS DE BLOQUEO DE 4.5mm O 4.0mm en vista que son utilizados para el SISTEMA DE PLACAS PARA UNA FACTURA DE HUMERO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20602744907

Nombre o Razón social : SEBAOT S.A.C.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 15:32:49

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la descripción del dispositivo de las Especificaciones Técnicas del Paquete 2 ¿ N°6 se describe lo siguiente:

- Tornillos de bloqueo de 3.5mm o 3.3mm o 3.0mm con receso en forma de estrella

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se solicita al Comité de Selección tenga a bien ampliar las especificaciones técnicas de:

- Tornillos de bloqueo de 3.5mm o 3.3mm o 3.0mm con receso en forma de estrella a forma de hexagonal

Con la finalidad de mejoras tecnológicas y mayor participación para los postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** PAQUETE 2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION ACOGE SU CONSULTA Y AMPLIA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSIGNANDO EN LOS TORNILLOS :Tornillos de bloqueo de 3.5mm o 3.3mm o 3.0mm con receso en forma de estrella O forma de hexagonal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 20/06/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 16:21:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Del siguiente punto de las bases :

SISTEMA DE PLACA DE RADIO DISTAL BICOLUMNAR DE 2.4MM ANGULO VARIABLE: 01, AGUJA DE REDUCCION PARA PLACA 1.25MM CON ROSCA: 02,

Solicitamos al comité de selección para una mayor pluralidades postores aceptar también placa en sistema 2.4mm a 2.7 mm ANGULO VARIABLE: 01, AGUJA DE REDUCCION PARA PLACA 1.25MM CON ROSCA: 02,

La presente solicitud la realizamos al amparo del literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principios de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA SU CONSULTA Y LE MANIFIESTA QUE EL AREA USUARIA SI PUEDE UTILIZAR LAS MEDIDAS SOLICITADAS, AMPLIANDO LAS EETT DE LA SIGUIENTE MANERA: SISTEMA DE PLACA DE RADIO DISTAL BICOLUMNAR DE 2.4MM a 2.7 mm ANGULO VARIABLE: 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 20/06/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 16:21:44

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Del siguiente punto de las bases:

AGUJA DE REDUCCION PARA PLACA 1.25MM CON ROSCA: 02,

Solicitamos al comité de selección para un mayor pluralidad de postores aceptar también AGUJA DE REDUCCION PARA PLACA 1.25MM y/o 1.2 MM CON ROSCA:

La presente solicitud la realizamos al amparo del literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principios de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION ACLARA SU CONSULTA Y AMPLIA LAS MEDICAS SOLICITADAS DE LA SIGUIENTE MANERA : AGUJA DE REDUCCION PARA PLACA 1.25MM CON ROSCA A AGUJA GUIA ROSCADO 1.5 MM Y/O AGUJA DE REDUCCION PARA PLACA 1.2MM CON ROSCA:02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 20/06/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 16:21:44

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Del siguiente punto de las bases:

TORNILLO DE BLOQUEO DE ANGULO VARIABLE 2.4MM

Solicitamos al comité de selección para una mayor pluralidad de postores aceptar también, TORNILLO DE BLOQUEO DE ANGULO VARIABLE 2.4MM a 2.7MM.

La presente solicitud la realizamos al amparo del literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION LE ACLARA SU CONSULTA AMPLIANDO EL TAMAÑO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

TORNILLO DE BLOQUEO ANGULO VARIABLE 2.4 MM A 2.7 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 20/06/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 16:21:44

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Del siguiente punto de las bases:

TORNILLO DE CORTICAL 2.4MM CON RECESO EN FORMA DE ESTRELLA:

Solicitamos al comité de selección para una mayor pluralidad de postores Aceptar también TORNILLO DE CORTICAL 2.4MM a 2.7 MM , CON RECESO EN FORMA DE ESTRELLA:

La presente solicitud la realizamos al amparo del literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principios de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION LE ACLARA SU CONSULTA AMPLIANDO LA MEDIDA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:TORNILLO DE CORTICAL 2.4MM A 2.7 MM CON RECESO EN FORMA DE ESTRELLA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 20/06/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 16:21:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Del siguiente punto de las bases:

AGUJA KIRSCHNER 1.25MM C/PUNTA TROCAR L150MM:

Solicitamos al comité de selección aceptar también

AGUJA KIRSCHNER 1.25MM y/o 1.20 MM C/PUNTA TROCAR L150MM:

La presente solicitud la realizamos al amparo del literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principios Libertad de Concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA SU CONSULTA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : AGUJA KIRSCHNER 1.25 MM Y/O 1.20 MM C/PUNTA TROCAR L150 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20603164726

Fecha de envío : 20/06/2023

Nombre o Razón social : GC GLOBAL IMPORT E.I.R.L.

Hora de envío : 16:21:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Del siguiente punto de las bases :

LONGITUD DE LA PLACA: DE 43 A 75 MM

Para una mayor pluralidad de postores aceptar también longitud de la placa de dimensiones de 46.5mm hasta 76.5mm

La presente solicitud la realizamos al amparo del literal a) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Principio de Libertad de Concurrencia

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 5

Literal: 5.1

Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA SU CONSULTA AMPLIANDO LA LONGITUD DE LA PLACA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : | LONGITUD DE LA PLACA: DE 43 A 75 MM O 46.5 MM HASTA 76.5 MM O 55 MM A 75 MM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:37:03

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Considerando que para cada cirugía de los bienes solicitados se hace entrega de un set del producto con todas sus alternativas como por ejemplo longitudes y cantidades de agujeros, lo cual se adecua a la necesidad de cada paciente, solicitamos al Comité de Selección incluir en las bases que al momento de la entrega de los bienes al almacén se acepten las alternativas mencionadas relacionadas a las dimensiones, por los motivos antes expuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA SU CONSULTA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA :EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES AL ALMACÉN ACEPTARA ALTERNATIVAS COMO LONGITUDES Y CANTIDADES DE AGUJEROS ADECUADAS A LAS NECESIDADES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:37:03

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección confirmar que el plazo de entrega es de acuerdo al numeral 1.9 (página 15) de las bases, en tal sentido solicitamos corregir la información detallada en el numeral 6 Lugar y Plazo de Ejecución, la cual difiere del numeral 1.9 (pag15)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ SELECCIÓN ACLARA SU CONSULTA EL PLAZO DE ENTREGA EN EL NUMERAL 1.9 PAG 15 PLAZO DE ENTREGA SE ENTREGARAN EN EL PLAZO 20 DIAS CALENDARIOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADO LA ORDEN LO MISMO SE DETALLARA EN EL NUMERAL 6 PAGINA 25 LOS BIENES SE ENTREGARAN EN UN PLAZO DE 20 DIAS CALENDARIOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADO LA ORDEN DE COMPRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	16:37:03

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Considerando que los bienes solicitados no son para medicina deportiva, solicitamos al Comité de Selección retirar como Requisito del Proveedor la torre astrocópica y lente óptica en calidad de prestamo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN LE ACLARA SU CONSULTA Y LE MANIFIESTA QUE POR UN ERROR DE DIGITACION NO SE ELIMINO DICHO REQUISITO QUE CORRESPONDIA A LA CONVOCATORIA ANTERIOR. POR LO CUAL EN LA INTEGRACION DE LAS BASES SE ELIMINARA EL SIGUIENTE TEXTO:Empresa comercial deberá traer para cada cirugía torre artroscópica y lente óptica en calidad de préstamo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 16:57:11

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N° 1 descripción "PLACA DE RADIO DISTAL BICOLUMNAR DE 2.4MM ANGULO VARIABLE" en las especificaciones solicita TORNILLO DE BLOQUEO DE ANGULO VARIABLE 2.4MM CON RESESO EN FORMA DE ESTRELLA, solicitamos al comité nos permita ofertar nuestros tornillos tiene la cabeza en forma de cruz, Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: ITEM PQT 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA SU CONSULTA AMPLIANDO LA FORMA DEL TORNILLO PARA LA PLACA DE RADIO DISTAL BBICOLUMNAR QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : TORNILLO DE BLOQUEO DE ANGULO VARIABLE 2.4MM O 2.7 MM CON RECESO EN FORMA DE ESTRELLA O EN FORMA HEXAGONAL O EN FORMA DE CRUZ

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 16:57:11

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N° 1 descripción "PLACA DE RADIO DISTAL BICOLUMNAR DE 2.4MM ANGULO VARIABLE" en las especificaciones solicita BROCA DE 1.8MM, solicitamos al comité nos permita ofertar nuestra medida de Broca 1.9 MM, Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: ITEM PQT 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA SU CONSULTA Y AMPLIA LA MEDIDA DE LA BROCA EN LO REFERENTE AL SISTEMA DE PLACA DE RADIO DISTAL BICOLUMNAR QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA : BROCA 1.8 MM O BROCA 1.9 MM: 01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 16:57:11

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N° 1 descripción "PLACA DE RADIO DISTAL BICOLUMNAR DE 2.4MM ANGULO VARIABLE" en las especificaciones solicita Dimensiones solicitan agujeros en el cuerpo: 2,3,4 y 5 agujeros en la cabeza: 5,6 y 7 agujeros, solicitamos al comité nos permita ofertar agujeros en el cuerpo: 4 y 7 agujeros y en la Cabeza 5 y 7. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: ITEM PQT 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA SU CONSULTA RELACIONADA AL SISTEMA DE PLACA DE RADIO BICOLUMNAR AMPLIANDO LAS DIMENSIONES QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA :CERCA DE LA ARTICULACIÓN. AGUJEROS EN EL CUERPO: 2, 3, 4 ,5 Y 7 AGUJEROS | AGUJEROS EN LA CABEZA: 5, 6 Y 7

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-EP/UO 0794-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, QUIRURGICO PARA LOS PACIENTES DE TROPA DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HMC - PP 0135

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 16:57:11

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el cuadro de Especificaciones técnicas del ítem N° 1 descripción "PLACA DE RADIO DISTAL BICOLUMNAR DE 2.4MM ANGULO VARIABLE" en las especificaciones solicita Dimensiones Longitud de la placa de 43 a 75mm, por favor nos permita ofertar longitud 55 y 75mm. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: ITEM PQT 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA SU CONSULTA AMPLIANDO LAS DIMENSIONES SOLICITADAS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA :CERCA DE LA ARTICULACIÓN. AGUJEROS EN EL CUERPO: 2, 3, 4 ,5 Y 7 AGUJEROS | AGUJEROS EN LA CABEZA: 5, 6 Y 7 AGUJEROS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null