

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 11:55:50 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Set de adaptadores para plaquetas on Buffy Coat con gancho cubierta y tapa de metal no plástico u otros.

Los fabricantes de centrífugas refrigeradas para banco de sangre diseñan sus modelos para ofrecer una buena performance para el usuario, en ese sentido indicamos que el modelo que representamos cuenta con adaptadores sin tapa de metal tampoco de plástico u otros, ya que la tapa que tiene es para el rotor, no para los buckets ni para los adaptadores, en ese sentido solicitamos al Comité de Selección se sirvan corregir esta especificación, ya que no corresponde, los fabricantes de centrífugas de bolsas de gran capacidad no diseñan tapas para buckets ni adaptadores. El Comité de Selección suprimirá esta especificación o la considerará como opcional?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que el área usuaria solicita que los cestillos cuenten con los adaptadores u accesorios necesarios para el fraccionamiento de hemocomponentes; ya sea concentrados plaquetarios por Buffy Coat. La tapa de metal y no de plástico u otros es para el rotor. Esta especificación no se suprimirá, por motivos de bioseguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 11:55:50 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Accesorios y Complementos: El Postor ganador deberá entregar a lo largo del contrato de provisión de todos los complementos indispensables para poder realizar los procesos de la presente adquisición. Cabe señalar que la presente convocatoria es por una centrífuga refrigerada para bolsas de sangre y como tal no presenta complementos, la entrega del equipo y sus accesorios: rotor, buckets y adaptadores se hace en una sola entrega, más no tiene complementos, por lo tanto no entendemos a que se refieren con la provisión de todos los complementos indispensables para poder realizar los procesos de la presente adquisición. El Comité de Selección deberá suprimir este punto, por ser incongruente con la naturaleza de la adquisición del equipo. El Comité de Selección suprimirá este punto por ser incongruente y por lo tanto no aplicable con la naturaleza de la adquisición?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria solicita el rotor, cestillos, adaptadores del rotor, accesorios del rotor, enchufes de alimentación y todos los complementos indispensables para realizar el fraccionamiento de sangre total a hemocomponentes. La entrega se hace en una entrega y se programa capacitación al personal del Departamento de Patología Clínica del manejo de la Centrifuga de bolsas y así no hay incongruencia con la naturaleza de la adquisición en este equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 11:55:50 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El Comité de Selección NO solicita: Requerimiento eléctrico para el equipo objeto de la presente convocatoria. Este equipo es un bien crítico y por lo tanto muy importante para el servicio de banco de sangre del hospital. En ese sentido consideramos de suma importancia que se consideren los requerimientos eléctricos para la buena performance del equipo durante su funcionamiento. El modelo que representamos tiene un requerimiento eléctrico de: 208 - 230 V +/-10%, 50/60 Hz monofásico. Con lo cual la institución tendrá un ahorro energético importante a diferencia de los equipos trifásicos. El Comité de Selección aceptará la propuesta de una centrífuga refrigerada para bolsas de sangre con el requerimiento eléctrico sugerido?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que el área usuaria no solicita requerimiento eléctrico ya que el equipo debe ser instalado por la empresa y dejarlo en funcionamiento sin pedir a la Institución la compra de estabilizadores y otros para su buen funcionamiento. No se acepta la propuesta del requerimiento eléctrico sugerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 11:55:50 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Prestaciones accesorias a la prestación principal.

5.12.1 Mantenimiento Preventivo: No corresponde

5.12.2 Soporte Técnico: No corresponde

5.12.3 Capacitación y/o Entrenamiento: No corresponde

En ese sentido señalamos que el objeto de la convocatoria es la adquisición de un bien crítico para el Banco de Sangre y por lo tanto deberá tener todas las consideraciones para salvaguardar el buen uso para la durabilidad del equipo por varios años.

El equipo debe contar con mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía establecida en las bases (página 24) por dos años, a razón de un mantenimiento por cada año.

De otro lado es importante que se considere el soporte técnico a través de personal calificado y capacitado por el fabricante en la atención de soporte para el personal usuario y de mantenimiento de la institución, el personal Bachiller en Ingeniería Biomédica y/o Técnico Electrónico cumple un papel importante en la instalación de equipos.

La capacitación y/o entrenamiento al personal usuario y de mantenimiento, de parte del personal en Bachiller en Ingeniería Biomédica y/o Técnico Electrónico es de suma importancia ya que luego el personal estará en la capacidad de poder trabajar con el equipo de acuerdo a lo que indica el fabricante en sus manuales para tener un adecuado uso del equipo.

Por estas razones consideramos oportuno que el Comité de Selección conjuntamente con el área usuaria y de mantenimiento del HRHD considere oportuno e importante estos tres puntos y consideralos como: CORRESPONDE. El Comité de Selección corregirá este error involuntario y los considerará como: Si Corresponde?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.12 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que el área usuaria solicita: Cronograma de Capacitación al personal indicado del Departamento de Patología Clínica. Garantía del equipo por 2 años, que se especifica debe presentar Cronograma de Mantenimiento Preventivo y realizarlo. La Empresa debe contar con personal calificado y capacitado para la reparación del equipo en un lapso menor de 24 horas. No hay error involuntario y está considerado dentro del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 11:55:50 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: La recepción de bienes estará a cargo del Almacén General del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y la conformidad será otorgada por el área usuaria, Departamento de Farmacia. El bien objeto de la convocatoria es un equipo crítico y que será instalado y operado por el personal profesional del banco de sangre. por lo tanto consideramos que el personal que debiera recepcionar el equipo es el personal del Departamento de Patología Clínica - Banco de Sangre, toda vez que el equipo no está diseñado para trabajar en farmacia. El Comité de Selección corregirá este error involuntario y señalará como área usuaria para dar la conformidad del bien al Departamento de Patología Clínica - Banco de Sangre?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que la recepción etá a cargo del Amacén General del Hospital Regional Honorio Delgado, el lugar de la instalación del equipo no es en el almacén, es en el Departamento de Patología Clínica. La conformidad lo brinda La Oficina, Area que indique la Dirección del Hospital, no existe error involuntario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 11:55:50 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Modalidad de Ejecución: Llave en mano.

Entendemos que de acuerdo a la modalidad indicada el proveedor ganador deberá encargarse de todo para la instalación y posterior funcionamiento.

Deseamos saber si la instalación de la centrífuga refrigerada se hará en el mismo ambiente en donde se encuentra la centrífuga actual.

Deseamos saber si la institución se encargará de desmontar y retirar la centrífuga actual, para proceder con la instalación de la nueva centrífuga.

El Comité de Selección podrá absolver las preguntas formuladas?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.6 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección solicita que el proveedor ganador, se encargue de la instalación y funcionamiento del equipo. El tiempo necesario para lo anterior será coordinado adecuadamente con La Oficina de Mantenimiento del Hospital , ya que el Servicio de Banco de Sangre trabaja todos los días y 24 horas al día, se coloca la nueva centrífuga en el mismo ambiente y al terminar la entrega recién se podrá desmontar la centrífuga sin uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20100162238 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. | Hora de envío : | 11:55:50 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: h) Hoja de presentación del bien ofertado Anexo N° 12. Dicho formato se acreditará mediante folletos, catálogos o similares para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del requerimiento. Las especificaciones técnicas que son solicitadas en los procesos de selección no necesariamente van a encontrarse en folletos, instructivos, catálogos, manuales, etc, si el fabricante cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, pero no lo expresa en los documentos indicados, pueden a través de una Carta de Cumplimiento establecer que si cumple determinada característica, en ese sentido consideramos que el Comité debería permitir la presentación de cartas de cumplimiento emitidas por el funcionario responsable del fabricante, de tal forma de demostrar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

El Comité de Selección aceptará Carta de Cumplimiento de Especificaciones técnicas, para demostrar que el equipo cumple con la totalidad de los solicitado?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 h Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aceptará Carta de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas emitidas por ingeniero responsable y/o personal calificado para demostrar que el equipo cumple con la totalidad de las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta; la entidad ha previsto en el literal e) COPIA SIMPLE DE REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO; es por ello que en aras de que la información que brinde la entidad a los proveedores, sea clara, es decir, de fácil comprensión y que no deje lugar a duda o incertidumbre; SOLICITAMOS al comité de selección que precise que esta exigencia solo corresponde ser presentada al bien objeto de la convocatoria: CENTRIFUGA PARA BOLSAS DE SANGRE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que El Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario es del bien del objeto de la convocatoria: Centrífuga para Bolsas de Sangre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta; la entidad ha previsto en el literal e) COPIA SIMPLE DE REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO, lo cual es concordante con el Capítulo III (requerimiento) página 25; no obstante, ha precisado que en caso el bien no requiera la obtención de Registro Sanitario se podrá presentar una declaración jurada indicando ello, lo cual no es correcto, toda vez, que una declaración jurada no aporta ninguna información adicional al comité de selección que permita generar certeza del cumplimiento de las condiciones requeridas por el área usuaria.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR, el texto relacionado a la declaración jurada donde se indique que el bien no se encuentra sujeto a la obtención de registro sanitario, sugiriendo que se INCORPORÉ el siguiente texto:

¿En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y en caso el producto no requiera Registro Sanitario debe adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento y adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el numeral 1.6 se ha previsto que la presente contratación se encuentra sujeto a la modalidad de ejecución: LLAVE EN MANO, es decir, habiendo analizado la complejidad del bien objeto de la convocatoria, se requiere que el postor también oferte su instalación y puesta en funcionamiento; siendo así, y en aras de que no exista ninguna incoherencia o incertidumbre en la fase selectiva que repercuta negativamente en el abastecimiento oportuno de los bienes; SOLICITAMOS al comité de selección RATIFIQUE que la presente contratación se encuentra sujeta a la modalidad de ejecución, llave en mano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.6 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección ratifica que el postor oferte su instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

La entidad ha previsto en el PLAZO DE ENTREGA, lo siguiente:

¿Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de CINCO (05) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de notificada la Orden de Compra y para el equipo 20 días para su instalación¿

Conforme se desprende la redacción del plazo de entrega, es ambiguo y podría generar confusión en la fase selectiva, considerando que el bien objeto de la convocatoria es: CENTRIFUGA PARA BOLSAS DE SANGRE; a que otros bienes se hace referencia, si se ha previsto que el bien se encuentra sujeto a la modalidad de ejecución llave en mano, es decir, entrega, instalación y puesta en funcionamiento; siendo así, SOLICITAMOS al comité de selección precise un único plazo, para el presente caso sería: 25 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra; ello permitirá que los postores oferten de manera detallada: el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento de manera desagregada en el marco del requerimiento mínimo indicado por el área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección amplía el plazo de entrega a 25 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y los postores de manera detallada deben especificar : el plazo de entrega, la instalación y puesta en funcionamiento al área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta, se solicita, lo siguiente:

¿h) Hoja de presentación del bien ofertado Anexo N° 12. Dicho formato se acreditará mediante folletos, catálogos o similares para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del requerimiento¿

Como es de verse, la entidad no ha detallado las características técnicas o requisitos funcionales que se encontrarán sujetos a su acreditación en la oferta, con la documentación indicada; por lo que corresponde señalar que las Bases estándar objeto de la presente convocatoria disponen que, en caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, debe consignar un literal, donde detalle la documentación adicional que el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares; detallando con claridad las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas que deben ser acreditadas por el postor con la documentación requerida .

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 2034-2018-TCE-S1, emitida por la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, se señaló lo siguiente: ¿Por lo general, no es posible acreditar la totalidad de especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales de fabricante, ello atendiendo a que la información requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad.

En ese sentido, las bases integradas, en su oportunidad, debió quedar establecido cuales eran las especificaciones técnicas que debían acreditarse con documentación adicional al Anexo N° 3, como hojas técnicas, catálogos, brochures, manuales y/o documentos similares del fabricante¿.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección establezca que se acreditarán las siguientes especificaciones técnicas:

- TIPO
- METODOLOGIA
- CARACTERISTICAS
- ANTIGÜEDAD

Las demás especificaciones técnicas se encontrarán acreditadas con el Anexo N°3 ¿ Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 2.2 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aceptará Carta de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas emitidas por ingeniero responsable y/o personal calificado para demostrar que el equipo cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas. No se aceptarán Declaración Juradas de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, si en ningún documento ya sea brochures, catálogos, manuales o documentos similares acrediten la Especificación Técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Sobre la base de la consulta relacionada a la acreditación de ciertas especificaciones técnicas; solicitamos al comité de selección PRECISE claramente en las bases integradas que los documentos que servirán para acreditar las especificaciones técnicas para el bien objeto de la convocatoria serán los siguiente:

¿Con folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o fichas técnicas o brochure o cartas aclaratorias o cartas emitidas por el fabricante, fabricante real o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria¿

Caso contrario, implicaría una vulneración del principio de libertad de concurrencia, en la medida que no todas las especificaciones técnicas previstas en las bases se evidenciarían en la folletería o catálogos, siendo necesaria la emisión de cartas de fabricante o dueño de la marca a efectos de acreditar algunas especificaciones técnicas que la Entidad exige en un caso concreto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aceptará Carta de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas emitidas por ingeniero responsable y/o personal calificado (Fabricante, fabricante real o fabricante legal) para demostrar que el equipo cumple con la totalidad de las especificaciones tecnicas. No se aceptarán Declaracion Juradas de Cuplimiento de Especificaciones Técnicas, si en ningún documento ya sea en folletería, catálogos,insertos, manuales, fichas técnicas, o documentos similares acrediten la Especificacion Tecnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Dentro del requerimiento la entidad ha previsto una ANTIGÜEDAD; no obstante, precisa que esta será acreditada mediante copia del certificado de manufactura o declaración jurada a la entrega del equipo; no obstante, la declaración jurada no es un documento idóneo para corroborar el cumplimiento de las condiciones previstas en el requerimiento en la etapa de ejecución contractual; siendo así; SOLICITAMOS al comité de selección precise claramente en las bases administrativas que la acreditación de la antigüedad será con: Copia simple del certificado de manufactura del equipo ofertado, el cual será presentado a la PRESENTACIÓN DE OFERTA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y solicita se acredite la antigüedad con una Copia simple del certificado de manufactura del equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con relación a la NOTA indicada en la página 24, a través del cual se indica que se debe presentar un CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN; ENTENDEMOS que esta exigencia será presentada al INTERNAMIENTO DEL BIEN.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto; caso contrario precise en qué etapa deberá ser presentado.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que Su entender es correcto, se debe especificar los cronogramas de capacitación, al internamiento del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con relación al ROTULO la entidad ha previsto que en esta se debe contemplar: FECHA DE EXPIRACIÓN Y LOTE, entre otros; lo cual evidentemente es incorrecto, toda vez, que el objeto de la presente contratación es un equipo: CENTRIFUGA PARA BOLSAS DE SANGRE; no correspondiendo exigencia de ROTULO

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva SUPRIMIR el apartado de ROTULO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección suprime el apartado de rótulo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la página 25 y con relación al CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, la entidad ha previsto que esta exigencia así como sus documentos equivalentes deberá tener una antigüedad de emisión no mayor de 3 años; ENTENDEMOS, que esta SOLO corresponde para aquellos documentos que no tiene una fecha de expiración o vencimiento. Es oportuno indicar, que estos certificados SÍ TIENEN una fecha de vigencia, siendo así debería prevalecer la vigencia consignada por el ente emisor; y, solo excepcionalmente, en caso no se consigne, esta no deberá tener una antigüedad de emisión no mayor de 3 años.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección indica que si es correcto que el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura o documento equivalente debe tener una antigüedad de emisión no mayor de 3 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Con respecto a las CARACTERISTICAS del equipo, solicitan lo siguiente:

-Visualización e indicadores: Panel de visualización táctil con visualización de parámetros: RPM, Fuerza G al menos.

Al respecto debemos mencionar que las pantallas varían de acuerdo a la presentación de cada fabricante cumpliendo con el objetivo principal que es la monitorización del proceso, en aras de no limitar la participación de potenciales postores del mercado, solicitamos ampliar dicha característica y se acepte también :

- Pantalla TFT extragrande, que permita visualizar temperatura, tiempo y RPM como mínimo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que el área usuaria solicita panel de visualización táctil con visualización de parámetros RPM, Fuerza G. e indicación electrónica digital de velocidad, temperatura y tiempo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Con respecto a las CARACTERISTICAS del equipo, solicitan lo siguiente:
-Control con diagnostico de funcionamiento.

Entendemos que lo que requiere el área usuaria es evidencias posibles errores que se puedan presentar, en nuestro caso, el equipo tiene un control de sistema que efectua una autovigilancia constante y detecta posibles fallas, solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria aclare que se aceptara también nuestra descripción pues cumple con la finalidad solicitada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que: Si el equipo detecta los posibles errores y fallas, si cumple con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con respecto a las CARACTERISTICAS del equipo, solicitan lo siguiente:

-Aproximación en la medida de la velocidad +/- 20 RPM o menos.

La fuerza centrífuga relativa se calcula a partir de la velocidad expresada en rpm y el diámetro del rotor, muchas veces los ajustes y aproximaciones son expresadas en fuerza centrífuga, es por ello que solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria aceptar también nuestra descripción:

-Capacidad para programar ACR con incrementos de 1 xg.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que que la aproximación en la medida de velocidad se respete como lo especificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20501887286 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | Hora de envío : | 14:44:19 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Con respecto a las CARACTERISTICAS del equipo, solicitan lo siguiente:

- Aproximación en la medida de la temperatura +/-2°C o menor.

Entendemos que lo que se requiere son equipos con ajustes de temperatura lo mas precisos posibles, en nuestro caso el equipo permite realizar ajustes con incrementos de 1°C, Solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria acepte también nuestra descripción, pues cumple con el fin solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acepta que la aproximación en la medida de la temperatura sea de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ o menor, también se acepta $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20554146881 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:36:37 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente al comité que la fecha de entrega del bien se amplie a 20 días e incluya el servicio de instalación

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo I Literal: 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección amplía el plazo de entrega a 25 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y los postores de manera detallada deben especificar : el plazo de entrega, la instalación y puesta en funcionamiento al área usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20554146881 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:36:37 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Estimados señores del comité, solicitamos amablemente la disminución de la velocidad máxima de rotor oscilante a 4000 r/min y el incremento pueda ser en décimas, es decir, 25 a 25.1, etc. para una mayor participación de los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que se ciñan lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20554146881 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:36:37 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente a los señores del comité que se aclare la característica: aproximación en la medida de la velocidad +- 2°C y aproximación en la medida de velocidad+-20RPMo menor, para una mayor comprensión e interpretación del texto

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** 4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que la característica: aproximación en la medida de temperatura es +-2oC y aproximacion en la medida de velocidad +-20 RPM o menor. Eso es lo correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20155695901 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SISTEMAS ANALITICOS SRL | Hora de envío : | 23:07:37 |

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicito como plazo de entrega:

"Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de CINCO (05) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de notificada la Orden de Compra y para el equipo 20 días para su instalación."

Es facultad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos, dicha potestad no es irrestricta, ya que para su determinación se debe verificar que resulten razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública. En ese sentido, es importante recalcar que, para poder ofertar los productos con las características solicitadas, se deben tener en consideración dentro de dicho plazo de entrega, los plazos de importación desaduanaje, nacionalización y traslado de los o productos, por lo que no resulta razonable establecer como plazo de entrega de los bienes de la presente convocatoria en 5 días calendario.

En ese orden de ideas, establecer los plazos de entrega antes señalados, supondría que los postores ya cuenten con los bienes pese a no tener certeza de obtener la Buena Pro, lo que resultaría excesivo y oneroso para la etapa de presentación de ofertas. Además, que puntualmente, se estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia debido a que dicho plazo limita la participación de los postores, debido a que solo aquellos que tengan los equipos en stock podrán ofertar dicho plazo.

Por lo antes expuesto, solicitamos al comité de selección acoja nuestra observación y precise en las bases integradas que el plazo de entrega de los bienes de la presente convocatoria sea de 45 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, debido que al momento de internar los bienes en el Almacén siempre se requiere la orden de compra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección amplía el plazo de entrega a 25 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y los postores de manera detallada deben especificar : el plazo de entrega, la instalación y puesta en funcionamiento al área usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20155695901 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SISTEMAS ANALITICOS SRL | Hora de envío : | 23:07:37 |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita la presentacion del documento:

e) Copia simple de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente.

Consulta:

Solicitamos al comite especial que en el caso que el equipo no necesite de registro sanitario, esto pueda sustentarse con la presentacion del listado emitido por el DIGEMIDde productos que a la fecha no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP II **Literal:** E **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si, en caso el producto no requiera Registro Sanitario debe adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento y adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|---------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20464408623 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | BAIRES S.A.C. | Hora de envío : | 23:23:49 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitan:

Plazo de entrega:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de CINCO (05) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de notificada la Orden de Compra y para el equipo 20 días para su instalación.

CONSULTA

Entendemos que se refiere a que el plazo de entrega es de 05 días calendario contabilizados desde el día siguiente de notificada la Orden de Compra y se tiene 20 días, contados desde el día siguiente de la entrega, para la instalación.

Sin embargo, estos equipos se fabrican a pedido y requiere de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje e internamiento,

Por eso, para que reciban un equipo de reciente fabricación y para una mayor pluralidad de postores, se consulta al comité si aceptara un plazo de entrega de 30 días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de notificada la Orden de Compra y 07 días contados desde el día siguiente de la entrega, para la instalación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección amplía el plazo de entrega a 25 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y los postores de manera detallada deben especificar : el plazo de entrega, la instalación y puesta en funcionamiento al área usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código : 20464408623

Nombre o Razón social : BAIRES S.A.C.

Fecha de envío : 26/10/2023

Hora de envío : 23:23:49

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Solicitan:

En las características técnicas solicitan:

-Parámetros del equipo velocidad de rotor oscilante para bolsa de sangre 200 - 4500 o mayor incremento de velocidad cada 30 RPM o menor.

CONSULTA

¿Podría el comité aclarar, si lo que solicitan es una Velocidad máxima con rotor oscilante para bolsas de sangre no menor a 4500 RPM?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que que la velocidad del rotor oscilante, donde se colocan las bolsas de sangre tenga una velocidad de 200 RPM a 4500 RPM y si la centrifuga tiene estos parámetros o un rango mayor cumple con las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20155695901 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SISTEMAS ANALITICOS SRL | Hora de envío : | 23:32:19 |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita:

"Set de adaptadores para plaquetas con buffy coat con gancho cubierta y tapa de metal no plastico u otros".

Los accesorios (adaptador) para la obtencion de plaquetas a partir del buffy coat varian ligeramente de acuerdo al fabricante de la centrifuga, pero comparten la caracteristica comun de asegurar que la bolsa con buffy coat mantenga una posicion vertical que permita la correcta separacion de las plaquetas al momento de la centrifugacion. Como indicamos, este diseño varia de acuerdo al fabricante por lo que solicitamos respetuosamente al comite especial que amplie la especificacion tecnica, y acepte que el accesorio (adaptador) sea de acuerdo al diseño del fabricante, siempre y cuando este fabricado en metal para asegurar de esa manera la durabilidad del accesorio, y asi fomentar una mayor pluralidad de postores y de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que los cestillos cuentan con los adaptadores u accesorios necesarios para el fraccionamiento de hemocomponentes; ya sea concentrados plaquetarios por Buffy Coat. La tapa de metal y no de plástico y otros es para el rotor. Está especificación no se suprimirá, por motivos de bioseguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20155695901 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SISTEMAS ANALITICOS SRL | Hora de envío : | 23:39:29 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se solicita la característica:

"Control con diagnostico de funcionamiento".

Entendemos que esta característica se refiere a la visualización de los datos de la centrifuga en funcionamiento, los cuales se muestran en el display (pantalla) de la centrifuga, y que son controlados a travez del teclado del equipo.

Consulta:

Solicitamos respetuosamente al comite especial indicar si nuestras interpretacion es la correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el Comité de selección aclara que La interpretación es correcta, se debe visualizar los datos de la centrifuga al estar en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20155695901 | Fecha de envío : | 26/10/2023 |
| Nombre o Razón social : | SISTEMAS ANALITICOS SRL | Hora de envío : | 23:48:23 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Solicitan como característica:

"Visualizacion e indicadores: panel de visualizacion tactil con visualizacion de parametros RPM, fuerxza G al menos.

Existen modelos de centrifugas en los cuales el panel de visualizacion permite ver los parametros como RPM, fuerza G entre otros, pero no es de tipo tactil, sino que el control se realiza a travez de un teclado de membrada que permite la navegacion entre las diversas opciones que se visualizan en la pantalla.

Consulta:

Solicitamos respetuosamente al comite especial que amplie las especificaciones tecnicas, y que el panel de visualizacion tactil sea opcional y asi promover una mayor pluralidad de postores y de marcas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria indica que se deben ceñirse a lo indicado en las especificaciones técnicas puesto que lo solicitado esta en los parámetros mínimos tecnológicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null