

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-43-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES VOLUMÉTRICOS MECÁNICOS

Ruc/código : 20552399081

Fecha de envío : 15/11/2023

Nombre o Razón social : ELECTRONICA MEDIC'S PLC S.A.C.

Hora de envío : 17:18:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En los TDR En el ITEM 3.1.5 Lliteral C recursos a proveer por el contratista se solicita los siguientes equipos: 01 Analizador de seguridad Eléctrica, 01 Analizador de flujo y volúmenes con certificado de calibración Vigente. Solicitamos al comité pueda aclararnos el termino Vigente. se refiere a que el certificado tenga una fecha de emisión no mayor a 12 meses a la fecha de presentación de propuesta o es un periodo mayor y si también este certificado deberá de ser acreditado en la propuesta técnica del presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1.5 **Literal:** c **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE C) Transparencia, las entidades proporcionan información clara y coherente.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el Comité de Selección aclara que el equipamiento estratégico, medios físicos mínimos provistos por el proveedor es parte de los requisitos de calificación, por tanto, se incluirá dentro de los Requisitos de Calificación , que indicará de acuerdos a los Términos de Referencia: Deberá de contar con 1 analizador de seguridad eléctrica y con 01 analizador de flujo y volúmenes como mínimo, con certificado de calibración vigente. Su acreditación se dará mediante copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra de venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico con sus respectivos certificados de calibración vigentes no mayor de 12 meses a la presentación de propuestas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

ACREDITACIÓN:

Deberá de contar con 1 analizador de seguridad eléctrica y con 01 analizador de flujo y volúmenes como mínimo, con certificado de calibración vigente.

ACREDITACIÓN:

Su acreditación se dará mediante copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra de venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico con sus respectivos certificados de calibración vigentes no mayor de 12 meses a la presentación de propuestas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-43-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES VOLUMÉTRICOS MECÁNICOS

Ruc/código : 20601241871

Nombre o Razón social : STORMEDIC S.R.L.

Fecha de envío : 15/11/2023

Hora de envío : 20:42:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las actividades a ejecutarse en los ventiladores de la Marca IMT MEDICAL se verifica que todas son similares salvo una La del ventilador de serie MB105504 donde se Solicita la actividad de Actualización de Software. Motivo por el cual solicitamos al comite o area usuaria si esta actividad es solo para este equipo es es para todos los ventiladores de la marca IMT MEDICAL.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1.5 **Literal:** B **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 LCE C) la entidad debe proporcionar la informacion clara y coherente.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que la actividad de actualización de software es para todos los ventiladores de la marca IMT MEDICAL. Asimismo se aclara que la experiencia requerida es en VENTILADORES EN GENERAL , por tanto se modificará en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara su consulta y efectivamente la actualización del software es para todos los equipos ventiladores de la marca IMT MEDICAL.

Se consideran servicios similares a los siguientes: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VENTILADORES EN GENERAL EN ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DEL SECTOR HOSPITALARIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-43-2023-UEHAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES VOLUMÉTRICOS MECÁNICOS

Ruc/código : 20601241871

Fecha de envío : 15/11/2023

Nombre o Razón social : STORMEDIC S.R.L.

Hora de envío : 20:42:47

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los TDR en el Numeral 3.1.8 requerimiento del contratista y su personal en el punto de EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO dice lo que se indica en los requisitos de calificación. pudimos revisar que en lo requisitos de calificación no solicitan equipamiento estrategico. Razon por la cual solicitamos al comite pueda aclarar si se debe acreditar en los requisitos de calificación el equipamiento estratégico que se solicita en el numeral 3.1.5.1 requerimiento literal C. Medios físicos como mínimo deberá de contar con 01 Analizador de seguridad Eléctrica y con 01 analizador de flujo y volúmenes como mínimo, con certificado de calibración Vigente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.8

Literal: C

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE C) LA ENTIDAD DEBE PROPORCIONAR LA INFORMACION CLARA Y COHERENTE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación y se aclara que el equipamiento estratégico, medios físicos mínimos provistos por el proveedor forma parte de los requisitos de calificación. Por consiguiente se incluirá en las Bases Integradas dentro de los Requisitos de Calificación. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: Deberá de contar con 1 analizador de seguridad eléctrica y con 01 analizador de flujo y volúmenes como mínimo, con certificado de calibración vigente, su acreditación se dará mediante copia de documento que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra de venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico con sus respectivos certificados de calibración vigentes no mayor a 12 meses a la presentación de propuestas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN:

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

REQUISITOS :Deberá de contar con 1 analizador de seguridad eléctrica y con 01 analizador de flujo y volúmenes como mínimo, con certificado de calibración vigente

ACREDITACIÓN: Su acreditación se dará mediante copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra de venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico con sus respectivos certificados de calibración vigentes no mayor de 12 meses a la presentación de propuestas