

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases indica:  
CARACTERISTICAS:  
Volumen de muestra en sangre complete: max. 30 ul.  
Se solicita al comité permitirnos participar con equipo automatizado hematológico con volumen de muestra de sangre completa de 88 uL.  
De esta forma permitira una mayor cantidad y pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N 113-2024-HR-MAMLL-A-D.PCyAP-JSPC, el area usuaria a determinado NO ACOGER, por cuanto EL LABORATORIO CLINICO COMO AREA DE AYUDA AL DIAGNOSTICO NECESITA EQUIPOS BIOMETRICOS PREPARADOS CON ESTA ESPECIFICACION TECNICA (maximo 30 ul), YA QUE LA POBLACION AL SER VARIADA REQUIERE QUE PROCESA MUESTRAS CON BAJO VOLUMEN Y SIN AFECTAR SU CRITERIO CLINICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADA, PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20518745876	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	LABSYSTEMS S.A.C	Hora de envío :	18:01:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según las bases,  
CAPITULO III  
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
EQUIPO EN CESION DE USO-  
AÑO DE FABRICACION:  
Según las bases integradas dice: No mayor de 02 años

CARACTERISTICAS:

-Precisión: WBC: ¿2.5%; RBC: ¿2.0%; PLT: ¿4.0%

A ello decimos que el requerimiento técnico del Analizador Hematológico Diferencial de 5 estirpes establece en la precisión de la determinación de los valores sanguíneos de WBC (glóbulos blancos) ¿2.5%; RBC (glóbulos rojos)¿2.0%; PLT (plaquetas)¿4.0%; especificación que corresponde a analizadores hematológicos de mayor antigüedad de fabricación del analizador, se establece una antigüedad ¿No mayor de 02 años¿ por lo tanto se trata de analizadores hematológicos de ultima generación con MAYOR PRECISION; por el principio de eficiencia y eficacia, se debe establecer un analizador de MAYOR PRECISION con una antigüedad ¿No mayor de 02 años¿.

Por lo tanto, por el principio de Igualdad de Trato bajo el principio de Eficiencia y Eficacia para el cumplimiento del Objeto de la Convocatoria, por el principio de Innovación Tecnológica se debe establecer para un analizador ¿No mayor de 02 años¿ con una PRECISION: WBC: de 0.5% a 1.5%; RBC de 0.5% a 1.5%; PLT de 0.5% a 4.0%; para evitar inexactitud en los resultados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Informe N 113-2024-HR-MAMLL-A-D.PCyAP-JSPC el area usuaria ha determinado NO ACOGER por cuanto LA IMPRECISION SEÑALADA EN LAS BASES SON VALORES DE IMPRECISION ACEPTABLES Y AL REDUCIR DICHOS VALORES ESTARIAMOS GENERANDO UN DIRECCIONAMIENTO HACIA UNA EMPRESA Y SE REQUIERE UNA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null