

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código : 20549590951

Fecha de envío : 07/12/2023

Nombre o Razón social : LABDEALERS MEDICA S.A.C.

Hora de envío : 11:48:27

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

Solicitamos amablemente al comité; que su requerimiento sea separado en dos ítem de paquetes y en una de ellas incluyan los reactivos inmunológicos y en otro ítem los reactivos infecciosas ya que dichas pruebas nos limitan a participar. Y creándose el otro ítem de paquete con las otras pruebas ya podríamos participar, lo cual nos permite tener un trato justo e igualitario y se fomente la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1.2

Página: 14

### **Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

(literal b) del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado DS N° 082-2019-EF

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que en la etapa de estudio de mercado se cumplió con la pluralidad de marcas y postores, además en el mercado nacional existen diferentes proveedores que comercializan las pruebas solicitadas.

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DECIDE NO ACOGER

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20549590951	Fecha de envío :	07/12/2023
Nombre o Razón social :	LABDEALERS MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	11:48:27

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Dentro de las EETT del equipo, solicitan con performance de 100 a más pruebas por hora y de 25 a más reactivos a bordo, Solicitamos amablemente al comité aceptar que el equipo cumpla con 20 a mas reactivos a bordo, para que se fomente la pluralidad de postores y tener un trato justo e igualitario.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** 7      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

(literal b) del artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado DS N° 082-2019-EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que en la etapa de estudio de mercado se cumplió con la pluralidad de marcas y postores, además en el mercado nacional existen diferentes proveedores que comercializan las pruebas solicitadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DECIDE NO ACOGER

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20549590951	Fecha de envío :	07/12/2023
Nombre o Razón social :	LABDEALERS MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	11:48:27

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Se consideran bienes similares a los siguientes: reactivos de inmunoserología  
Solicitamos amablemente al comite aceptar reactivos de inmunologia o de laboratorio en general

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.2      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE SE ACEPTARA UNICAMENTE REACTIVOS E INSUMOS REFERENTES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES DECIR REACTIVOS O INSUMOS DE INMUNOLOGIA Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NSUMOS DE INMUNOLOGIA Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:09:14

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Dentro del listado de pruebas solicitan: Hepatitis B anticuerpo anticore IGM automatizado, solicitamos gentilmente considerar esta prueba como opcional, con la finalidad de permitir la participación de nuestra representada. En virtud al principio de libertad de concurrencia.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.2      Literal: SE      Página: 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, debido que esta prueba es solicitada en el perfil de pruebas infecciosas en nuestra entidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:09:14

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a requerimiento solicitan: Equipo en cesión de uso.

Características: Metodología de 2 pasos de lavado de aguja que garantice arrastre  $\leq 0.1$  partes por millón.

Teniendo en consideración que cada fabricante diseña independientemente los analizadores, siempre asegurando que cuenten con un desempeño optimo, solicitamos considerar lo siguiente:

Características: Metodología de 2 pasos de lavado de aguja que garantice arrastre  $\leq 0.1$  partes por millón O DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta parcialmente y aceptará metodologías con sistema de lavado que garantice arrastre  $\leq 0.1$  partes por millón.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

$\leq 0.1$  partes por millón.

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	17:09:14

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a requerimiento solicitan: Equipo en cesión de uso.

Volumen de muestra máximo < 150 ul

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos aceptar la oferta de un analizador con la siguiente característica:

Volumen de muestra de 10 a 200 ul

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta y aceptara un volumen menor o igual a 200 ul.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Un volumen menor o igual a 200 ul.

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	13:55:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA 1 (Pag 17)  
CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

No se aclara que documentos acreditarán características y/o especificaciones técnicas del equipo en Cesión y Reactivo. Se solicita amablemente al comité que se acepten los siguientes documentos para la acreditación de las Especificaciones técnicas; Folletería y/o Brochure y/o Insertos y/o Manuales y/o Cartas y/o Documentos emitidos por el fabricante, esto con la finalidad de que los postores puedan acreditar características y/o especificaciones técnicas, de la misma forma favorecer la pluralidad de postores.

A su vez debido a que no se aclara que Especificaciones deben sustentarse, solicitamos al comité en coordinación con el área usuario se pueda acreditar las siguientes características y/o Especificaciones técnicas, siendo las adicionales acreditadas por una declaración Jurada.

EQUIPO EN CESION DE USO: Tipo, Metodología, Performance, Características Muestra  
REACTIVO: Presentación, Metodología y muestra biológica.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: II    Literal: 2.2    Página: 17  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que la presentación de Folletería y/o Brochure y/o Insertos y/o manuales es obligatorio, sólo aquellas características que no se encuentren en los documentos mencionados anteriormente podrán adjuntar cartas emitidas por el fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
ACLARATORIO

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	13:55:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONSULTA 2 (Pag 26)  
CAPITULO III REQUERIMIENTO  
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO  
4.0 CARACTERISTICAS

¿Reactivos con Código de barras que tenga la información del lote, fecha de expiración, numero de pruebas, por kit, que se registra automáticamente en el equipo¿

¿Lectores de códigos de barra para los reactivos y para los tubos primarios¿

¿25 o más reactivos a bordo identificado con códigos de barra¿

Se menciona en las EETT que se requiere código de barras para la identificación de los reactivos. Debemos tener en cuenta que las tecnologías actualmente también permiten la identificación del reactivo usando RADIOFRECUENCIA (RFID), y esta tecnología posee también otros beneficios como: Registro de información del Reactivo (Lote, Fabricación, Vencimiento), Registro de Valores de calibración (Curva Master), Registro de valores de control, entre otros, Evitando Así errores de transcripción.

Ante lo mencionado en el párrafo anterior, solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria que se acepte y se agregue a las bases, sobre las EETT del equipo en cesión de uso que la identificación del reactivo pueda ser por código de barras y/o RFID (radiofrecuencia) para favorecer la pluralidad de postores y al acceso a nuevas tecnologías, de aceptarse nuestra solicitud este cambio tendría que reflejarse en las tres primeras líneas mencionadas anteriormente, a fin de evitar imprecisiones en las bases.

Acápíte de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección el coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que en la etapa de estudio de mercado se cumplió con la pluralidad de marcas y postores, además en el mercado nacional existen diferentes proveedores que cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	13:55:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTA 3 (Pag 26)  
CAPITULO III REQUERIMIENTO  
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO  
4.0 CARACTERISTICAS

Se menciona que se requieren reactivos listos para utilizar y/o Liofilizados, es de nuestro entender que se refieren que los reactivos deben tener todo lo necesario para la realización completa de la prueba dentro del Kit entregado al laboratorio, y el reactivo puede tener la presentación propia del fabricante, pudiendo ser esta líquida y/ liofilizado dependiendo de la metodología del fabricante.  
Solicitamos amablemente al comité aclarar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 4      Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara que su entender es el correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
ACLARATORIO

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	13:55:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSULTA 4 (Pag 26)  
CAPITULO III REQUERIMIENTO  
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO  
4.0 CARACTERISTICAS

¿25 o más reactivos a bordo identificado con códigos de barra¿  
La cantidad de SUBITEMS que se requieren en las bases son de 13 Reactivos, entendemos que el área usuaria busca poder atender todas sus necesidades del trabajo diario, sin embargo, la cantidad de reactivos a bordo al mismo tiempo puede ser una limitante para los demás postores.  
En base al párrafo anterior solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria que se admitan equipos con la capacidad de 20 o más reactivos a bordo, siempre y cuando estos sean de carga continua, es decir que no requiere que el analizador culmine o pause sus operaciones para realizar el cambio de reactivos, se podría tomar como referencia a siguiente descripción de las EETT:  
¿ 25 o más reactivos a bordo con códigos de barra y/o RFID (Se acepta capacidad mínimo 20 reactivos a bordo, siempre y cuando el equipo tenga carga continua de reactivos)

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 4    Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección el coordinacion con el àrea usuaria no acoge su consulta, ya que en la etapa de estudio de mercado se cumplió con la pluralidad de marcas y postores, además en el mercado nacional existen diferentes proveedores que cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	13:55:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONSULTA 5 (Pag 26)  
CAPITULO III REQUERIMIENTO  
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO  
5. MUESTRA

¿Volumen máximo ¿ 150 uL¿  
Entendemos que el volumen de Muestra disponible en pacientes es importante en el proceso cotidiano de lo requerido en las bases, debemos tener en cuenta que los tubos convencionales en el mercado peruano para la extracción de de suero nos permiten obtener al menos 5.0 ml de sangre y con ello al menos 2.0 ml de suero, establecer un volumen máximo de reacción podría ser una limitante para varios postores.  
Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria aclare si lo mencionado hace referencia a VOLUMEN MAXIMO DE MUESTRA para las ejecutar la medición del analito individual de interés, sin tener en cuenta el volumen muerto del equipo y que se acepte también VOLUMEN MÁXIMO DE MUESTRA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA PRUEBA INDIVIDUAL ¿ 200 UL.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aceptara un volumen menor o igual a 200 ul.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
ACEPTARA MENOR O IGUAL A 200 UL

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	15:09:58

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección que las características a acreditar sean:

REACTIVO: Presentación, tiempo de expiración, metodología y muestra.

EQUIPO: Tipo, metodología, performance, características y muestra.

Así mismo, se solicita al comité que las demás características podrán ser acreditadas con declaración jurada del postor o el anexo N° 3 de cumplimiento de especificaciones técnicas.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 2.2.1.1.      Literal: II      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA USUARIA ACLARA QUE SE DEBE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIANTE LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ACLARATORIO

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	15:09:58

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección aceptar documentos emitidos por el fabricante (carta) para la acreditación de especificaciones técnicas del equipo/reactivo.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 2.2.1.1.      Literal: II      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA USUARIA PRECISA QUE SE ACEPTARA SIEMPRE Y CUANDO LOS DOCUMENTO EMITIDOS CUMPLAN CON LO CONTEMPLADO EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO/REACTIVO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ACLARATORIO

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	15:09:58

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aceptar como bienes similares para la acreditación de la experiencia del postor a: INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: III Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE SE ACEPTARA UNICAMENTE REACTIVOS E INSUMOS REFERENTES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES DECIR REACTIVOS O INSUMOS DE INMUNOLOGIA Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INSUMOS DE INMUNOLOGIA Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:53:16

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Observación:

En el numeral 1.5 - Sistema de Contratación del Capítulo I - Generalidades de las Bases, se establece que el presente procedimiento de selección se rige por el sistema de precios unitarios.

De acuerdo con el literal b) del artículo 35° del Reglamento, se establece que este sistema de contratación es "aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas." (Opinión N° 115-2019-DTN)

Asimismo, en la Opinión N° 058-2021/DTN se indica lo siguiente: "Como se aprecia, una Entidad ¿luego de analizar las circunstancias particulares de su necesidad, así como la naturaleza y características de la prestación¿ puede contratar la prestación de servicios bajo el sistema de precios unitarios cuando no puede definir con exactitud la cantidad o magnitud de las prestaciones requeridas, por lo que el postor formulará su oferta en función a las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de selección, las cuales se valorizarán de acuerdo a su ejecución real en un plazo determinado."

Sin embargo, en el numeral 3.1 de las especificaciones técnicas del Capítulo III - Requerimiento, se determina con claridad los productos y las cantidades requeridas por cada uno de ellos. De igual manera, en el numeral 9 - Plazo de Entrega del Capítulo III - Requerimiento, la Entidad establece con claridad la periodicidad del suministro (6 entregas).

En ese sentido, observamos las Bases y solicitamos que se modifique el sistema de contratación a SUMA ALZADA por corresponder a un procedimiento de selección en el que las cantidades y magnitudes están claramente definidas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.5.    **Literal:** -    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE EL SISTEMA DE CONTRATACION SIGUE SIENDO PRECIOS UNITARIOS DADO QUE LAS CANTIDADES A UTILIZAR ES A LA NECESIDAD DEL AREA USUARIA, POR LO CUAL NO SE TIENE ESTABLECIDO UNA CANTIDAD FIJA PARA QUE EL SISTEMA DE CONTRATACION SE MODIFIQUE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SISTEMA DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:53:16

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Observación:

De acuerdo con numeral 1.9. -Plazo de entrega, Cap. I - Generalidades, se indica lo siguiente:

"(...) La primera entrega de reactivos se realizara máximo en diez (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de emitida la orden de compra" .

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los reactivos materia de contratación son fabricado en el extranjero y pasan por un proceso de importación, así como procesos internos de acondicionamiento e inyectado, por lo que sería necesario contar con un plazo adicional con la finalidad de que mas postores podamos cumplir con dicha exigencia.

Adicionalmente, considerando que las áreas de almacén de las Entidades exigen la Orden de Compra notificada (o copia de la misma) como condiciones para la recepción e internamiento de los bienes; así como atendiendo la naturaleza de los bienes materia de contrato

En ese sentido, Solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación con el área usuaria, acepte que el plazo de entrega sea de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra, a fin de evitar inconvenientes innecesarios en la etapa de ejecución del Contrato.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 1.9.    Literal: -    Página: 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta y reitera que el plazo de entrega para la primera entrega sera de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra y de la segunda entrega en adelante sera de 5 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO ACOGE SU CONSULTA



Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:53:16

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Observación:

Según el literal B - Experiencia del postor en la especialidad, en el numeral 3.2. - Requisitos de calificación, Cap. III, se indica que:

"(...) se consideran bienes similares a los siguientes: reactivos de inmunoserología".

De lo indicado, se observa que los bienes similares son reactivos muy específicos que no todos los postores tenemos un historial de venta, pero si otros reactivos de laboratorio que podrían hacer las veces de bienes similares, con lo que se permitiría mayor concurrencia de postores

En concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia, previsto en el literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, debería considerarse la acreditación de experiencia en bienes similares, permitiendo estos sean Reactivos de Laboratorio en general. Con la finalidad de aumentar el numero de postores en la presente convocatoria.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que en coordinación con el Área Usuaria, permita la acreditación de la experiencia con montos facturados por la venta de Reactivos de laboratorio en general.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2.    **Literal:** B    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE SE ACEPTARA UNICAMENTE REACTIVOS E INSUMOS REFERENTES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES DECIR REACTIVOS O INSUMOS DE INMUNOLOGIA Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

INSUMOS DE INMUNOLOGIA Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:09

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

CONSULTA 6 (Pág. 31)

CAPITULO III REQUERIMIENTO

8. REQUISITOS DE CALIFICAIÓN

PROTOCOLO Y/O CERTIFICADO DE ANALISIS

Se solicita amablemente al comité que se acepte el protocolo y/o Certificado de análisis en el formato propio del fabricante y con la información que estos declaren.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 8    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aceptara el formato del fabricante siempre cuando tenga la información mínima necesaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ACOGE LA CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:30:09

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

CONSULTA 7 (Pág. 31)  
CAPITULO III REQUERIMIENTO  
8. REQUISITOS DE CALIFICAION  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se menciona que el postor debe acreditar una experiencia de S/.500, 000.00 por la venta de bienes iguales o similares a los de la convocatoria, a su vez las bases consideran bienes similares a los reactivos de inmunoserología, lo cual cae en una imprecisión, debido a que inmunoserología es la aplicación de la identificación de agentes infecciosos en una muestra humana, lo cual no abarca las pruebas de FERRITINA, PROCALCITONINA, VITAMINA B12 Y ACIDO FOLICO solicitadas en las bases, en su lugar más adecuado considerar REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA DE PROCESO IN VITRO DIAGNOSTICO, ya que esto define a proceso de pruebas en una plataforma In Vitro, las cuales se desarrollan en un laboratorio convencional.

En base a lo anterior, solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria que se considere bienes similares REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA DE PROCESO IN VITRO DIAGNOSTICO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 8 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE SE ACEPTARA UNICAMENTE REACTIVOS E INSUMOS REFERENTES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES DECIR REACTIVOS O INSUMOS DE INMUNOLOGIA Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NSUMOS DE INMUNOLOGIA Y REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:49:53

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

A página 23 se detalla las especificaciones para el Hepatitis B anticuerpo anticore IgM:

Respecto al menú requerido, se debe mencionar que, en el mercado de diagnóstica tenemos marcas de analizadores y reactivos inmunológicos con diversas pruebas que integran su portafolio, asimismo en aras de brindarles el menú completo, solicitamos amablemente Comité de selección en coordinación con el área usuaria pueda aceptar un equipo adicional pequeño con dimensiones 45 x 55 x 57.5 cm (largo x ancho x alto), con metodología ELFA (Ensayo fluorescente ligado a enzimas), el cual tenga la capacidad de procesar 12 pruebas simultáneamente e identificar de manera automática y por código de barras el reactivo; teniendo en cuenta por supuesto que este analizador adicional solo sería utilizado para el Hepatitis B Anticore IgM, considerando además que la producción es baja y una presentación de caja por 30 determinaciones permitirá un manejo más eficiente de esta prueba.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección el coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que en la etapa de estudio de mercado se cumplió con la pluralidad de marcas y postores, además en el mercado nacional existen diferentes proveedores que comercializan las pruebas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:49:53

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

A página 23 se detalla las especificaciones para el Hepatitis B anticuerpo anticore IgM. Al respecto cabe mencionar que dicha prueba no es común en el portafolio de todas las marcas. Por tal motivo, con el fin de fomentar pluralidad de marcas y postores solicitamos pueda ampliar las características técnicas para esta prueba:

Presentación: Reactivo para la detección de Hepatitis B anti core IgM en empaque de 60 o más pruebas.

Estabilidad en uso, abierto o vida media a bordo en el analizador no menor de 28 días.

Metodología: Quimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia o ELFA (Ensayo fluorescente ligado a enzimas).

Accesorios: Calibradores líquidos y listos para usar o liofilizados, controles, complementos, accesorios para la realización completa de la prueba.

Muestra: suero o plasma.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección el coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que en la etapa de estudio de mercado se cumplió con la pluralidad de marcas y postores, además en el mercado nacional existen diferentes proveedores que cocmercializan las pruebas solicitadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:49:53

**Consulta: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

Según el requerimiento del reactivo Antígeno anticuerpo VIH Ag/Ab, se solicita sensibilidad analítica del antígeno P24 de HIV menor igual a 19 pg/ml según el panel AFSSAPS o detección de antígeno P24 para el reactivo HIV menor igual a 1 UI/ml.

Sobre ello, debemos resaltar que a nivel internacional se manejan diferentes estándares para evaluar el límite de detección o sensibilidad del Ag p24, entre ellos los estándares de AFSSAIS, Pasteur u OMS. Asimismo, esta sensibilidad solo la presenta una marca, Abbott, por lo cual estaría limitando la participación de postores y marcas.

Amparándonos en el Art. 2. Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones con el Estado se indica: ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias¿.

Por lo cual, observamos este apartado y solicitamos al área usuaria pueda ampliar la presentación del HIV Ag/Ab: sensibilidad analítica del antígeno P24 de HIV menor igual a 19 pg/ml según el panel AFSSAPS o detección de antígeno P24 para el reactivo HIV menor igual a 2 UI/ml. , en virtud de la libertad de concurrencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7    **Literal:** -    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que al ser una prueba de diagnostica se debe considerar una concentración baja para la sensibilidad analitica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:49:53

**Consulta: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

Según el requerimiento del reactivo para Procalcitonina se solicita " calibradores líquidos y listos para usar". Al respecto cabe mencionar que en el mercado de Diagnóstica existen diversas marcas de reactivos, asimismo analitos que por su naturaleza y en aras de mejorar su estabilidad poseen una presentación liofilizada evidenciando un buen desempeño analítico.

En ese sentido, solicitamos al área usuaria, para el reactivo para Hepatitis C ampliar la participación de calibradores líquidos y listos para usar o liofilizado; teniendo en cuenta que se realizará reposición de las pruebas perdidas por preparación de reactivo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7    **Literal:** -    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta debido a que esta mal formulada, sin embargo se aclara que los controles y calibradores deben ser líquidos y listo para usar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código : 20553853355

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:49:53

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

Según las especificaciones del analizador se solicita: ¿Detección de muestra, coágulos, y burbujas¿.  
Sobre ello cabe resaltar que en el mercado de diagnóstica existen diferentes marcas de analizadores con especificaciones que dependen directamente de fabricante. Por lo cual, en virtud de fomentar pluralidad de postores solicitamos pueda considerar para el analizador: ¿Detección de muestra, coágulos, y burbuja opcional¿; dado que no es una característica que influya en el buen funcionamiento del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 7      Literal: -      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección el coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que en la etapa de estudio de mercado se cumplió con la pluralidad de marcas y postores, además en el mercado nacional existen diferentes proveedores que cumplen con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO ACOGE SU CONSULTA



Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:49:53

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

Respecto a la ayuda de código de error en línea.Solicitamos pueda aclarar a qué se refiere.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** -      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el codigo de error en linea hace referencia a códigos o pantallas visualizadas del software propio del analizador que indique el o los errores que presenta el equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ACLARATORIO

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:49:53

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

Respecto a la metodología de 2 pasos de lavado de aguja que garantice arrastre  $\geq$  0.1 partes por millón. Se debe tener en cuenta que las características técnicas dependen de fabricante y éstas pueden variar entre marcas, por lo cual solicitamos amablemente permita participar con analizadores que presenten metodología de 2 pasos de lavado de aguja que garantice arrastre  $\geq$  0.3 partes por millón; y fomentar pluralidad de marcas y postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** -      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que en la etapa de estudio de mercado se cumplió con la pluralidad de marcas y postores, además en el mercado nacional existen diferentes proveedores que cumplen con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código : 20553853355

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Hora de envío : 17:49:53

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones del equipo se solicita una capacidad de 25 o más reactivos a bordo identificado con código de barras. No obstante, dado el requerimiento de Inmunología, notamos se contempla 13 reactivos, por lo que entendemos un analizador con capacidad de 15 o más reactivos a bordo se ajusta al requerimiento.

Por consiguiente, solicitamos pueda considerar un analizador con una capacidad de 15 o más reactivos a bordo identificado con código de barras; y así fomentar la pluralidad de marcas y postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** -      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que en la etapa de estudio de mercado se cumplió con la pluralidad de marcas y postores, además en el mercado nacional existen diferentes proveedores que cumplen con lo solicitado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:49:53

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

Según la característica de muestra del analizador, se solicita volumen de muestra menor igual a 150 ul. Dado que el volumen de muestra varía entre fabricantes y que también depende del ensayo, solicitamos al área usuaria pueda considerar para el analizador un volumen de muestra menor igual a 200 ul.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** -      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aceptara un volumen menor o igual a 200 ul.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

aceptara un volumen menor o igual a 200 ul.

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:49:53

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Respecto a los consumibles se menciona: ¿controles y calibradores líquidos y listos para su uso¿. Al respecto cabe mencionar que tanto los controles y calibradores de las pruebas inmunológicas generalmente vienen listos para usar o liofilizados dependiendo de la naturaleza del analito. Por consiguiente, solicitamos ampliar este punto y considerar controles y calibradores líquidos y listos para su uso y/o liofilizados en virtud de fomentar pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección el coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, ya que en la etapa de estudio de mercado se cumple con la pluralidad de marcas y postores, además en el mercado nacional existen diferentes proveedores que cumplen con lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ACOGE SU CONSULTA



Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE en ESPECIFICACIONES TECNICAS : REACTIVOS PARA INMUNOLOGIA, para todos los reactivos vemos conveniente que los controles sean listos para usar, mejorando los tiempos de procesamientos, evitando errores en reconstitucion y maximizando el tiempo del recurso humano. Solicitamos amablemente al área usuaria considerar e incluir "Calibradores y controles líquidos y listos para su uso."

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 7      Literal: .      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aceptara calibradores y controles líquidos y listo para su uso.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Calibradores y controles líquidos y listo para su uso.

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE en ESPECIFICACIONES TECNICAS : REACTIVOS PARA INMUNOLOGIA, para el reactivo de HIV 1 -2 P24 METODO QUIMIOLUMINISCNCIA "¿. Antígeno p24 del HIV 1 en empaque de 100 a mas pruebas " considerando que la detección del antígeno p24 no depende del tipo de virus del HIV; entendemos que ha sido un error involuntario al poner el HIV 1. Solicitamos amablemente al area usuaria considerar y modificar "¿. Antígeno p24 del HIV en empaque de 100 a mas pruebas " para evitar algun vicio en este proceso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: . Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria modificara " Antígeno p24 del HIV "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Antígeno p24 del HIV "



Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO en CARACTERISTICAS solicitan "Sistema de alarma para reactivos no calibrados, vencidos, ..." considerando que a veces los fabricantes consideran palabras similares para describir alguna característica. Solicitamos amablemente al comité de selección considerar "Sistema de alarma para reactivos no calibrados, vencidos y/o caducados, ..." permitir la mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: . Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aceptara "Sistema de alarma para reactivos no calibrados, vencidos y/o caducados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Sistema de alarma para reactivos no calibrados, vencidos y/o caducados

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO en CARACTERISTICAS solicitan "Auto inventario a bordo de reactivos y consumibles " considerando que los fabricantes declaran características similares a la solicitadas. Solicitamos amablemente al comité de selección considerar e incluir "Auto inventario a bordo de reactivos y consumibles y/o Gestión de inventarios de reactivos y gestión de inventario de consumibles " permitir la mayor pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 7      Literal: .      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aceptará "Auto inventario a bordo de reactivos y consumibles y/o Gestión de inventarios de reactivos y gestión de inventario de consumible"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Auto inventario a bordo de reactivos y consumibles y/o Gestión de inventarios de reactivos y gestión de inventario de consumible"

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO en CARACTERISTICAS solicitan "Registro de mantenimiento a bordo" considerando que los fabricantes declaran características similares a la solicitadas. Solicitamos amablemente al comité de selección considerar e incluir " Registro de mantenimiento a bordo y/o Pantalla del registro de mantenimiento ", así permitir la mayor pluralidad de postores.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** .      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aceptará "Registro de mantenimiento a bordo y/o Pantalla del registro de mantenimiento"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"Registro de mantenimiento a bordo y/o Pantalla del registro de mantenimiento"

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

**Consulta:** Nro. 36

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO en CARACTERISTICAS solicitan "Ayuda de código de error en línea", considerando que el fabricante describe en su manual los código de error pero no indica que está en línea pero se entiende que al encontrarse en el software del analizador es que está en línea. Solicitamos amablemente al comité de selección considerar "Ayuda de código de error en línea y/o código de error", permitir la mayor pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** .      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aceptara "Ayuda de código de error en línea y/o código de error"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ayuda de código de error en línea y/o código de error"

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO en MUESTRA solicitan "Volumen maximo de muestra ¿ 150 ul", considerando que de acuerdo a cada fabricante considera volúmenes distintos, por lo que solicitamos amablemente al comité de selección considerar y ampliar "Volumen maximo de muestra ¿ 160 ul", así permitir la mayor pluralidad de postores.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 7      Literal: .      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aceptará un volumen menor o igual a 200 ul.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

aceptará un volumen menor o igual a 200 ul.

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO en CAPACITACION solicitan "Brindar capacitacion certificada a todos los profesionales del àrea usuaria sobre control de calidad interno y en procesos, realizadas por personal certificado...", considerando que la presente capacitacion sea realizada por el personal de la empresa postora y que los certificados sean emitidos al nombre de la empresa postora. Solicitamos amablemente al area usuaria aclarar si nuestras apreciòn es correcta y si aceptara "Brindar capacitacion certificadaa nombre de la empresa postora a todos los profesionales del àrea usuaria sobre control de calidad interno y en procesos, realizadas por personal certificado de la empresa postora ..."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: . Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta "Brindar capacitación certificada و. realizada por POR UN PERSONAL DE LA EMPRESA POSTORA CERTIFICADO CON EXPERIENCIA NO MENOR A 1 AÑO EN EL RUBRO , CON CARACTER INTERNACIONAL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ACOGE LA CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO en CAPACITACION solicitan "Brindar capacitacion certificada a todos los profesionales del área usuaria sobre control de calidad interno y en procesos, realizadas por personal certificado con experiencia menor a 2 años", considerando que el personal no siempre cuenta con 2 años experiancia. Solicitamos amablemente al area usuaria considerar "Brindar capacitacion certificadaa nombre de la empresa postora a todos los profesionales del área usuaria sobre control de calidad interno y en procesos, realizadas por personal certificado de la empresa postora con experiencia no menor a 1 año".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: . Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta "Brindar capacitación certificada ¿¿.realizada por POR UN PERSONAL DE LA EMPRESA POSTORA CERTIFICADO CON EXPERIENCIA NO MENOR A 1 AÑO EN EL RUBRO , CON CARACTER INTERNACIONAL"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ACOGESU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

**Consulta:** Nro. 40

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO en CAPACITACION solicitan "Brindar capacitacion certificada sobre temas de actualidad referente al manejo, interpretación y/o utilidad clínica de los reactivos de inmunología a todos el personal involucrado mediante talleres y cursos presenaciales o virtuales, realizadas por certificado con experiencia no menor a 2 años en el rubro", considerando que la presente capacitacion sea realizada por el personal de la empresa postora y que los certificados sean emitidos al nombre de la empresa postora. Solicitamos amablemente al area usuaria aclarar si nuestras apreciación es correcta y si aceptara "Brindar capacitacion certificada a nombre de la empresa postora sobre temas de actualidad referente al manejo, interpretación y/o utilidad clínica de los reactivos de inmunología a todos el personal involucrado mediante talleres y cursos presenaciales o virtuales, realizadas por personal certificado de la empresa postora ....."

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7      **Literal:** .      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y aceptara que "la capacitacion este a cargo del personal de la empresa postora con una experiencia no menor a 1 año , con carácter internacional"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ACOGE SU CONSULTA SOBRE LA CAPACITACION



Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO en CAPACITACION solicitan "Brindar capacitacion certificada sobre temas de actualidad referente al manejo, interpretación y/o utilidad clínica de los reactivos de inmunología a todos el personal involucrado mediante talleres y cursos presenaciales o virtuales, realizadas por certificado con experiencia no menor a 2 años en el rubro".

En atención a este requerimiento, es pertinente traer a colación el numeral 29.3 del Art. 29 del Reglamento donde señala lo siguiente: ¿Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos¿.

En ese sentido, observamos las bases en este extremo y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria evaluar la supresión de este requerimiento o en su defecto considerar ampliar la capacitación en el manejo y uso de equipo inmunológicos materia de proceso, con certificación al capacitador por parte del fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: . Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

USUARIA ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION, Y SE ACEPTARA "BRINDAR CAPACITACION¿...REALIZADA POR PERSONAL DE LA EMPRESA POSTORA CON EXPERIENCIA NO MENOR A 1 AÑO EN EL RUBRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ACOGESU OBSERVACION



Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 7. DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL ITEM PAQUETE para las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO en CAPACITACION solicitan "La capacitacion debe ser hecha por personal debidamente capacitado. Esto se acreditara con certificados o constancias de cursos no mayores a 05 años a las cuales el capacitador haya asistido en temas similares", teniendo en consideraciones la solicitudes capacitacion vemos una incongruencias ya que solicitan que el personal tenga una experiencia no menor a 1 año. Solicitamos amablemente al area usuaria ELIMINAR este parrafo para evitar alguna confusion o vicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: . Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el area usuaria NO ACOGE SU CONSULTA, YA QUE LOS CURSOS O CERTIFICADOS DEBEN SER NO MAYORES A 5 AÑOS, Y LA EXPERIENCIA EN EL RUBRO DE CAPACITACION ES MENOR A 1 AÑO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO ACOGE SU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 8. REQUISITOS PARA LA CALIFICACION en REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del Art 55º de la Ley Nª 2744, Ley del procedimiento administrativo general, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, la DIGEMID hace de conocimiento que "La vigencia de los registros sanitarios se entenderà prorrogada hasta el pronunciamiento de la institucion, siempre que las solicitudes de reinscripcion de los productos farmaceuticos, dispositivos medicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plaza de vigencia del registro sanitario a reinscribir". Solicitamos amablemente al comité de selección incluir este párrafo en el presente proceso en literal f) REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO .

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: . Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acepta y agregara de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13 del Art 55º de la Ley Nª 2744, Ley del procedimiento administrativo general, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, la DIGEMID hace de conocimiento que "La vigencia de los registros sanitarios se entenderà prorrogada hasta el pronunciamiento de la institucion, siempre que las solicitudes de reinscripcion de los productos farmaceuticos, dispositivos medicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazao de vigencia del registro sanitario a reinscribir

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ACEPTA LA CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III, numeral 8. REQUISITOS PARA LA CALIFICACION en REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO solicitan "Los equipos en cesion de uso deberan permanecer en la isntitución hospitalaria hasta el consumo total de las bolsas colectoras ..." considerando que el presente proceso solicitan la adquisicion de pruebas de inmunología. Solicitamos amablemente al comité de selección ELIMINAR este párrafo para evitar algun vicio.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 8      **Literal:** .      **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta y eliminara este parrafo a la integracion de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ACOGESU CONSULTA

Entidad convocante : HOSPITAL EMERGENCIA ATE VITARTE

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-HEAV-CS-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS DE INMUNOLOGIA CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	18:12:20

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

En el CAPITULO III, numeral 8. REQUISITOS PARA LA CALIFICACION en PROTOCOLO DE ANALISIS Y/O CERTIFICADO DE ANALISIS considerando que los fabricantes se acogen a metodos nacionales o internacionales o propios y cada fabricante tiene su propio formato. Solicitamos amablemente al comite de seleccion cosndierar el formato propio de cada fabricante.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 8      **Literal:** .      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el area usuaria acoge su consulta y aceptara se considerara el formato propio de cada fabricante

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ACOEGE SU CONSULTA