

ANEXO A
ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS
ASH-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1), (CÓDIGO SAP 020102051) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

| N° de ítem | Descripción del ítem | Cant. | N° Postor | RUC | Nombre o Razón Social | ADmisIÓN DE LA OFERTA Documentación de presentación obligatoria | | | | | | | Resultado (Admitida / No admitida) | |
|------------|---|--------|-----------|-------------|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|----------|
| | | | | | | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | | h) |
| 1 | SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM. (CÓDIGO SAP 020102051) | 24.333 | 1 | 20503662869 | TAGUMEDICA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE | ADMITIDA |
| | | | 2 | 20197705249 | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE | ADMITIDA |

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |

ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA
PRESIDENTE TITULAR

JUAN DE DIOS ELIAS CALDERON
PRIMER MIEMBRO TITULAR

PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUJE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR





ANEXO C
ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS
ASH-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1


CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1), (CÓDIGO SAP 020102051) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES


| N° de ITEM | Descripción del ITEM | Cantidad | RUC | Nombre de Razon Social | 3.2 Requisitos de Calificación | | Etapa de calificación |
|------------|--|----------|-------------|------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | A. CAPACIDAD LEGAL HABILITACION | B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
| 1 | SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM, (CÓDIGO SAP 020102051) | 24,333 | 20503662869 | TAGUMEDICA S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CALIFCA |
| | | | 20197705249 | UNILENE S.A.C. | CUMPLE | CUMPLE | CALIFCA |

OBSERVACIONES


ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA
PRESIDENTE TITULAR


JUAN DE DIOS ELIAS CALDERON
PRIMER MIEMBRO TITULAR


PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUJE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR




ANEXO B


ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

ASH-SM-56-2024-ESSALUD/CEABE-1

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1), (CÓDIGO SAP 020102051) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

| N° de ITEM | Descripción del ITEM | Cant. | RUC | Nombre de Razon Social | Valor Estimado (S/) | Precio Ofertado (S/) | Factores de Evaluación | | Orden de Prelación |
|------------|--|--------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | Precio (Puntaje máx 100 puntos) | Puntaje Final | |
| 1 | SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM, (CÓDIGO SAP 020102051) | 24,333 | 20503862869 | TAGUMEDICA S.A. | 616,427.89 | S/ 437,994.00 | 99.44 | 99.44 | 2° |
| | | | 20197705249 | UNILENE S.A.C. | | S/ 435,560.70 | 100.00 | 100.00 | 1° |


ALEXANDER VILLARRUBIA ZAPATA
PRESIDENTE TITULAR


JUAN DE DIOS ELIAS CALDERON
PRIMER MIEMBRO TITULAR


PEDRO RONALD DE LA CRUZ AQUJE
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

FORMATO DE EVALUACION N° 1

Dispositivo Médico: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1) (CÓDIGO SAP 20102051)

Postor: TAGUMEDICA S.A.

| Documentos técnicos | Cumple | No cumple | Mecanismo para determinar el cumplimiento |
|---|--------|-----------|---|
| Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario. | CUMPLE | | Visual |
| Certificado de análisis o documento equivalente. | CUMPLE | | Visual |
| Rotulado del envase mediate. | CUMPLE | | Visual |
| Rotulado del envase inmediato. | CUMPLE | | Visual |
| Inserto o manual de instrucciones de uso. | CUMPLE | | Visual |
| Resultado Final | CUMPLE | | |



FORMATO DE EVALUACION N° 2

Dispositivo Médico:SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (±1)
(CÓDIGO SAP 20102051)

Postor:TAGUMEDICA S.A.....

| Aspectos a verificar | Cumple | No cumple | Mecanismo para determinar el cumplimiento |
|--|--------|-----------|--|
| Doble envase inmediato individual, sellado, con fácil apertura y exento de rebabas y aristas cortantes. | CUMPLE | | Inspección visual |
| Envase mediato tipo caja | CUMPLE | | Inspección visual |
| Sutura de color negro unida en cada uno de sus 2 extremos a una aguja tipo 3/8 de círculo con punta con bordes laterales cortantes tipo espátula o espatulada. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Hebra o hilo, libre de: nódulos, color no homogéneo, roturas, material extraño, porciones planas y deshilachamientos. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Agujas libres de: rebabas y/o aristas cortantes, puntas romas o deformes. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Resultado final | CUMPLE | | |



FORMATO DE EVALUACION N° 1

Dispositivo Médico: SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (± 1) (CÓDIGO SAP 20102051)

Postor: UNILENE S.A.C.

| Documentos técnicos | Cumple | No cumple | Mecanismo para determinar el cumplimiento |
|---|--------|-----------|---|
| Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario. | CUMPLE | | Visual |
| Certificado de análisis o documento equivalente. | CUMPLE | | Visual |
| Rotulado del envase mediate. | CUMPLE | | Visual |
| Rotulado del envase inmediato. | CUMPLE | | Visual |
| Inserto o manual de instrucciones de uso. | CUMPLE | | Visual |
| Resultado Final | CUMPLE | | |



FORMATO DE EVALUACION N° 2

Dispositivo Médico:SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO N.10/0 C/2A 3/8 CE 6 MM (±1)
(CÓDIGO SAP 20102051)

Postor:UNILENE S.A.C.....

| Aspectos a verificar | Cumple | No cumple | Mecanismo para determinar el cumplimiento |
|--|--------|-----------|--|
| Doble envase inmediato individual, sellado, con fácil apertura y exento de rebabas y aristas cortantes. | CUMPLE | | Inspección visual |
| Envase mediato tipo caja | CUMPLE | | Inspección visual |
| Sutura de color negro unida en cada uno de sus 2 extremos a una aguja tipo 3/8 de círculo con punta con bordes laterales cortantes tipo espátula o espatulada. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Hebra o hilo, libre de: nódulos, color no homogéneo, roturas, material extraño, porciones planas y deshilachamientos. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Agujas libres de: rebabas y/o aristas cortantes, puntas romas o deformes. | CUMPLE | | Inspección visual con lente de aumento 10x |
| Resultado final | CUMPLE | | |

