

CLAVE	SET DE TAMBORES
D-146	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE CONTENEDORES DE ACERO QUIRÚRGICO, IMPRESCINDIBLE EN TÓPICO DE ATENCIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE CURACIÓN. ALMACENAMIENTO ASÉPTICO DE APOSITOS DE ALGODÓN O GASA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 TAMBORES FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE AISI 304-2B o 18/8 SEGÚN NORMA ISO 7153-1 Ó EQUIVALENTE.
- A02 TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 QUE PERMITA SER LAVADO CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.
- A04 ACABADO SANITARIO (SIN FILOS NI REBABAS)
- A05 EL TAMBOR DEBE TENER PERFORACIONES LATERALES Y FUNDA CORREDIZA PARA PASO DEL VAPOR

B SET COMPUESTO POR:

- B01 UN (01) TAMBOR DE 150 MM. Ø x 150 MM. ALTO (MEDIDAS APROX.)
- B02 UN (01) TAMBOR DE 250MM. Ø x 250MM. ALTO (MEDIDAS APROX.)
- B03 UN (01) TAMBOR DE 350MM. Ø x 300MM. ALTO (MEDIDAS APROX.)

C IMAGEN DE REFERENCIA



Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B03