

CLAVE	TENSÍOMETRO ANEROIDE RODABLE PEDIÁTRICO - NEONATAL
D-136	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO TAMBIEN CONOCIDO COMO ESFIGNOMANOMETRO, ES UN INSTRUMENTO MEDICO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL DE FORMA NO INVASIVA EN PACIENTES **PEDIÁTRICOS Y NEONATOS**, PROPORCIONANDO POR LO GENERAL LA MEDICION EN MILIMETROS DE MERCURIO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA METÁLICA, INOXIDABLE, POLIMERO Y/O MATERIAL SIMILAR, CON UNA BASE RODABLE ORIGINAL DEL FABRICANTE.
- A02 CON UN DISPOSITIVO TIPO CANASTILLA PARA ALMACENAR LA PERILLA Y EL BRAZALETE.
- A03 ALTURA APROXIMADA DEL VÁSTAGO DE 80 CM. O MÁS, LA ALTURA DEBERA SER REGULABLE.
- A04 MEDICION DE PRESION ARTERIAL TIPO ANALOGICO O TIPO RELOJ, QUE PERMITA VISUALIZAR LOS VALORES EN mmHg, PROTEGIDO POR VIDRIO O PLASTICO RESISTENTE, CALIBRADO, DEBE SER INDEPENDIENTE DE LA PERILLA DE INSUFLACION
- A05 CON UNA PERILLA DE INSUFLACION DE GOMA SUAVE, RESISTENTE AL USO FRECUENTE CON VALVULA TIPO ROSCA, DE FACIL MANEJO, QUE PERMITA REGULAR ADECUADAMENTE LA PRESION DE AIRE CONTENIDA EN LA BOLSA DE INSUFLACIÓN.
- A06 BRAZALETE DE NYLON, FACILMENTE LAVABLE Y RESISTENTE AL USO FRECUENTE, CON SISTEMA DE FIJACION TIPO VELCRO. UNA BOLSA DE INSUFLACION DE JEBE TAMAÑO PEDIATRICO Y NEONATAL.

PARAMETROS

- A07 RANGO DE MEDICION DE 0 A 300 mmHg
- A08 RESOLUCIÓN: DE 5 mmHg ó MENOS.

B ACCESORIOS ADICIONALES

- B01 DOS (02) BRAZALETES TAMAÑO PEDIÁTRICO Y NEONATAL (01 DE C/U) DE REPUESTO.
- B02 DOS (02) PERILLAS, CON VALVULA.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B02.