

CLAVE	SET DE INSTRUMENTAL DE PARTO
I-21	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE PIEZAS GINECO-OBSTÉTRICOS DE ACERO QUIRÚRGICO PARA ATENCIÓN DE PARTOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE.
- A02 TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 QUE PERMITA SER LAVADO CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.

B COMPONENTES

- B01 DOS (02) PINZAS HEMOSTATICAS ROCHESTER-PEAN RECTA (160 MM. APROX.).
- B02 UNA (01) TIJERA MAYO PUNTAS ROMAS, RECTA (170 MM. APROXIMADAMENTE).
- B03 UNA (01) TIJERA MAYO PUNTAS ROMAS, CURVA (170 MM. APROXIMADAMENTE).
- B04 UNA (01) TIJERA PARA VENDAJES LISTER CON INSERCIÓN DE TUNGSTENO-CARBURO. (180 MM. APROXIMADAMENTE).
- B05 UNA (01) TIJERA PARA CORDON UMBILICAL BUSCH (160 MM. APROXIMAD.)
- B06 UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN BOCA ESTRIADA (160 mm. APROXIMADAMENTE)
- B07 UNA (01) PINZA HEMOSTATICA HALSTED-MOSQUITO CURVA (125 MM. APROX.)
- B08 UN (01) CLAMP UMBILICAL COLLIN (90 MM. APROXIMADAMENTE).
- B09 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B09.