

CLAVE	MALETÍN DE REANIMACIÓN, ADULTO-PEDIATRICO
D-307	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO EQUIPO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA LA REANIMACIÓN DE PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS CON PROBLEMAS CARDIO-RESPIRATORIOS.

CLAVE	MALETÍN DE REANIMACIÓN, ADULTO-PEDIATRICO
D-307	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO EQUIPO PORTÁTIL, UTILIZADO PARA LA REANIMACIÓN DE PACIENTES ADULTOS Y NIÑOS CON PROBLEMAS CARDIO-RESPIRATORIOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS A GENERALES A01 MALETÍN PORTÁTIL RESISTENTE, CON TAPA DURA. DEBERA ESTAR HECHO DE UN MATERIAL PLASTICO RESISTENTE (ABS), RESINA U OTROS POLIMEROS. CON COMPARTIMIENTOS INTERNO. A02 QUE INCLUYA UNIDAD DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (A PEDAL Y/O NEUMÁTICA Y/O ELÉCTRICA). CON CAPACIDAD DE FLUJO NO MENOR DE 60 LITROS POR MINUTO, Y CAPACIDAD DE VACIO DE SUCCION NO MENOR DE 300 mmHg. CON CAPACIDAD DE RECIPIENTE DE 600ML. O MAYOR, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO. B RESUCITADORES ADULTO-PEDIATRICO B01 DOS (02) RESUCITADORES (1 PARA ADULTO Y 1 PARA PEDIATRICOS), DE SILICONA, SIMPLE O DOBLE PARED, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CAPACIDAD MAYOR A 1000ML. (SI ES DE DOBLE PARED, NO INCLUYE VALVULA RELIEF) B02 CUATRO (04) MASCARILLAS (2 PARA ADULTOS, 2 PARA PEDIATRICOS), CON BORDES ACOJINADOS, ANATÓMICOS, TRANSPARENTES, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. B03 VÁLVULA DE PACIENTE UNIDIRECCIONAL, CON VÁLVULA PEEP Y VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBRE PRESIÓN (RELIEF), ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. B04 DOS (2) ACUMULADOR DE O ₂ TIPO CORRUGADO O SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE. C LARINGOSCOPIO C01 DOS (02) MANGO DE LARINGOSCOPIO TIPO "C", LUZ LED, TRANSMISION POR FIBRA OPTICA. C02 DOS (02) HOJAS DE LARINGOSCOPIO PARA USO EN PACIENTES PEDIATRICO TIPO: MILLER, DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON FIBRA OPTICA, HOJAS ACOPLABLES AL MANGO. (Nota: EL POSTOR DEBERÁ INDICAR LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS MILLER PROPUESTAS) C03 TRES (03) HOJAS DE LARINGOSCOPIO PARA USO EN PACIENTES PEDIATRICO TIPO MACKINTOSH, DE DIFERENTES TAMAÑOS, CON FIBRA OPTICA, HOJAS ACOPLABLES AL MANGO. (Nota: EL POSTOR DEBERÁ INDICAR LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS MACKINTOSH PROPUESTAS) D ACCESORIOS (EL POSTOR DEBERA ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL ACCESORIO OFERTADO QUE CORRESPONDA, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS) D01 UNA (01) PINZA MAGILL PARA ADULTO MAYOR O IGUAL A 240mm. APROX. Y UNA (01) PINZA MAGILL PEDIATRICA MAYOR O IGUAL A 170mm. APROX., UN (01) ABREBOCA TIPO JENNINGS Y UN (01) TIRALENGUA TIPO YOUNG D02 UNA (01) BOTELLA DE OXÍGENO DE AL MENOS 1.2 LITROS CON REGULADOR, MANÓMETRO Y FLUJÓMETRO. D03 TRES (03) TUBOS OROFARINGE DE DIFERENTES TAMAÑOS (ADULTO, PEDIATRICO) DESECHABLES. D04 DOS (02) TUBOS NASOFARINGE ó TUBO NASOTRAQUEAL SIN BALÓN, DE DIFERENTES TAMAÑOS (ADULTO, PEDIATRICO) DESECHABLES. D05 TRES (03) TUBOS ENDOTRAQUEALES DE DIFERENTES TAMAÑOS (ADULTO, PEDIATRICO) CON GUIA, REUSABLE Y AUTOCLAVABLE; MÁSCARA LARINGEA CON INCLINACIÓN O TORCEDURA ANATOMICA Nº 3 Y Nº 4, AUTOCLAVABLE. D06 CUATRO (04) MASCARAS LARINGEAS CON INCLINACION O TORCEDURA ANATOMICA (ADULTOS: Nº 3 y 4; PEDIATRICOS: Nº 2 y 2½), TODAS AUTOCLAVABLES <i>Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta D06</i>
--

