

<b>CLAVE</b>	<b>SET INSTRUMENTAL PARA DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO</b>
<b>I-27</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

#### **DEFINICIÓN DEL EQUIPO**

CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL DE ACERO RESISTENTE Y ESTERILIZABLES PARA REVISIÓN ODONTOLÓGICA.

#### **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

##### **A GENERALES**

- A01 INSTRUMENTAL ELABORADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE.
- A02 EL INSTRUMENTAL TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 DEBEN PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.
- A04 CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE SEGÚN NORMA ISO 7153-1 O EQUIVALENTE.

##### **B COMPONENTES**

EL SET CONFORMADO POR:

- 1) UN (01) BAJA LENGUA MODELO BUCHWALD DE 180 mm APROXIMADAMENTE.
- 2) DOS (02) JUEGO DE EXPLORADORES SIMPLES, SURTIDOS (JUEGO DE 3 PIEZAS).
- 3) DOCE (12) MANGOS PARA ESPEJOS BUCALES STANDARD.
- 4) DOS (02) ESPEJOS BUCALES PLANOS ROSCADO SENCILLO, DE 22 mm Ø APROXIMADAMENTE.
- 5) DOS (02) ESPEJOS BUCALES PLANOS ROSCADO SENCILLO, DE 24 mm Ø APROXIMADAMENTE.
- 6) DOS (02) ESPEJOS BUCALES CÓNCAVO ROSCADO SENCILLO, DE 22 mm Ø APROXIMADAMENTE.
- 7) DOS (02) ESPEJOS BUCALES CÓNCAVO ROSCADO SENCILLO, DE 24 mm Ø APROXIMADAMENTE.
- 8) DOS (02) ESPEJOS BUCALES CON AUMENTO, 22 MM. Ø
- 9) DOS (02) ESPEJOS BUCALES CON AUMENTO, 24 MM. Ø
- 10) UN (01) JUEGO DE LIMPIADOR DE TÁRTARO, CENTRAL, DERECHO E IZQUIERDO (JUEGO DE 3 PIEZAS).
- 11) DOS (02) PINZA PORTA ALGODÓN CURVA Y/O ANGULADA MERIAM (170 MM. APROXIMADAMENTE).
- 12) UN (01) CONTENEDOR CON FILTROS TEXTILES CAMBIABLES Y TAPA CON ARTICULACION DE CHARNELA CON CIERRE DE PALANCA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B (O FABRICADO EN ALUMINIO ANONIZADO), CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B(12)