

<b>CLAVE</b>	<b>LAVADOR ULTRASONIDO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO</b>
<b>D-219</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

**DEFINICIÓN DEL EQUIPO**

EQUIPO DE SOBREMESA PARA LIMPIEZA COMPLETA DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO, PERMITIENDO ELIMINAR LAS PARTICULAS DE SUCIEDAD QUE SE ALOJAN EN EL INSTRUMENTAL; COMO SANGRE, PROTEINAS Y OTROS.

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

**A GENERALES**

- A01 TIPO SOBREMESA
- A02 TANQUE DE ACERO INOXIDABLE
- A03 CALENTADOR CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENPERATURA
- A04 DESGASIFICADOR DE AGUA
- A05 SALIDA DE DRENAJE CON VÁLVULA O LLAVE DE DESCARGA. DEBERÁ INCLUIR MANGUERA.

**BÁSICAS**

- A06 VOLUMEN DE TANQUE: MAYOR O IGUAL A 24 LITROS.
- A07 PROGRAMACION DEL TIEMPO Y TEMPERATURA
- A08 CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR
- A09 INDICADOR DIGITAL DE LA TEMPRATURA

**B ACCESORIOS**

- B01 DOS (02) CANASTILLAS PARA INSTRUMENTOS
- B02 UNA (01) CUBETA (NO PERFORADA) ADAPTABLE A LA CANASTILLA
- B03 MANGUERA PARA DRENAJE
- B04 TAPA DEL TANQUE

**C ENERGÍA ELÉCTRICA**

- C01 VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DE 220V AC/ 60 HZ, SIN TRANSFORMADOR EXTERNO
- C02 POTENCIA APROX 2KW.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C02.