

<b>CLAVE</b>	<b>ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE</b>
<b>D-88</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

<b>DEFINICIÓN DEL EQUIPO</b> PARA SUCCIÓN DE SECRECIONES EN PACIENTES NIÑOS Y ADULTOS.
---

<b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</b>	
<b>A</b>	<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>
A01	RODABLE PARA TRANSPORTE CON SISTEMA DE FRENOS.
A02	CON MANOMETRO INDICADOR DE PRESION NEGATIVA.
	<b>PRESION NEGATIVA</b>
A03	RANGO DE PRESION: 0 A 600 mmhg O MÁS.
A04	PRESION DE ASPIRACION REGULABLE.
	<b>BOMBA DE VACIO</b>
A05	NIVEL DE RUIDO 60 (+/-5DB) dB O MENOR A 01 METRO DE DISTANCIA
A06	CAPACIDAD DE SUCCION NO MENOR A 45 Lts/min.
	<b>FRASCO RECOLECTOR</b>
A07	SISTEMA DE DOS FRASCOS, CON CAPACIDAD TOTAL DE 5 LITROS O MÁS.
A08	DE POLICARBONATO O POLISULFONA CON ESCALA DE MEDIDA (EN ALTO O BAJO RELIEVE, O IMPRESO IMBORRABLE).
A09	ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE
A10	TAPAS HERMETICAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO
<b>B</b>	<b>REQUERIMIENTO DE ENERGIA</b>
B01	FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA 220VAC / 60 Hz
<b>C</b>	<b>ACCESORIOS</b>
	(EL POSTOR DEBERA ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL ACCESORIO OFERTADO QUE CORRESPONDA, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)
C01	UN (01) FRASCO DE REPUESTO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL FRASCO RECOLECTOR
C02	CINCO (05) CANULAS DE SUCCION ADULTO ESTERILIZABLE ó CINCUENTA (50) CANULAS DE SUCCION ADULTO DESCARTABLES.
C03	CINCO (05) CANULAS DE SUCCION PEDIATRICAS ESTERILIZABLE ó CINCUENTA (50) CANULAS DE SUCCION PEDIATRICAS DESCARTABLES
C04	VEINTE (20) FILTROS BACTERICIDA
<i><b>Nota:</b> Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C04</i>	