

CLAVE	SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR
I-56	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTES A ANTICORROSIVOS Y ESTERILIZABLES. PARA USO EN TÓPICOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE SEGÚN NORMA ISO 7153-1 Ó EQUIVALENTE.
- A02 TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 QUE PERMITA SER LAVADO CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.

B COMPONENTES

- B01 COPA GRADUADA DE VIDRIO: 30CC.
- B02 JERINGA DE VIDRIO CON PICO DE ACERO METALICO TIPO LEER-LOOK: 5CC DE 10CC Y DE 20CC.
- B03 MANÓMETRO ESPINAL PARA PUNCIÓN LUMBAR.
- B04 PINZA ROCHESTER-PEAN RECTA: 15CM (6").
- B05 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta (B05).