

CLAVE	DESTARTARIZADOR ULTRASONICO
D-39	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO ULTRASÓNICO PARA PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE LA PLACA DENTAL (SARRO), DESTARTARIZACION EN LA ZONA GINGIVAL. CON PUNTAS DE TRATAMIENTO, CON SISTEMA DE CONTROL DE FRECUENCIA E INTENSIDAD.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 EQUIPO PORTATIL DE SOBREMESA.
- A02 ESTRUCTURA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LOS GOLPES.
- A03 PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE Y REUSABLE.
- A04 CONTROL DE NIVEL DE INTENSIDAD O POTENCIA.
- A05 FRECUENCIA DE TRABAJO ENTRE 25,000 A 35,000 VIBRACIONES POR SEGUNDO.
- A06 CON CONTROL DE FLUJO O SALIDA DE AGUA.
- A07 CON PUNTAS REEMPLAZABLES Y ESTERILIZABLES

B ACCESORIOS

- B01 CUATRO (04) PUNTAS DE DESCASCARADO DE DIFERENTE FORMA ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE.

C REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN

- C01 FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA DE 220 VAC / 60 Hz.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C01