

CLAVE	SET INSTRUMENTAL PARA SUTURA
I-2	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTES Y ESTERILIZABLES.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE SEGÚN NORMA ISO 7153-1 Ó EQUIVALENTE.
- A02 TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 QUE PERMITA SER LAVADO CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.

B COMPONENTES

EL SET CONFORMADO POR:

- 1) UN (01) MANGO DE BISTURI N° 3, DE 120 MM. APROX
- 2) UNA (01) PINZA DE DISECCION SIN DIENTE, DE 120 MM. APROX
- 3) UNA (01) PINZA DE DISECCION CON DIENTE, DE 120 MM. APROX.
- 4) UNA (01) PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA, DE 140 MM. APROX
- 5) UNA (01) PINZA HEMOSTATICA HALSTEAD-MOSQUITO CURVA, DE 120 MM. APROX.
- 6) UNA (01) PORTA AGUJA MAYO-HEGAR CON INSERCIÓN DE T/C (TUNGSTENO-CARBURO), DE 140 MM. APROX.
- 7) UNA (01) TIJERA DE MAYO RECTA, DE 170 MM. APROX
- 8) UNA (01) TIJERA PARA CORTAR PUNTOS O LIGADURAS LITTAUER, DE 130 MM. APROX.
- 9) UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B (O FABRICADO EN ALUMINIO ANONIZADO QUE CUMPLA LA NORMA EN 868-8 O SIMILAR) CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B(9)