

<b>CLAVE</b>	<b>BALANZA DE PLATAFORMA FUERZA 50 KG</b>
<b>E-205</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

<p align="center"><b>DEFINICIÓN DEL EQUIPO</b></p> <p>DISPOSITIVO QUE SIRVE PARA REALIZAR PRUEBAS SEROLÓGICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INCUBACIÓN, AGLUTINACIÓN, INACTIVACIÓN, ENTRE OTROS.</p>
--

<p><b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</b></p> <p><b>A      GENERALES</b></p> <p>A01    BALANZA ELECTRÓNICA</p> <p>A02    DISEÑO CON PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE</p> <p>A03    PATAS CON REGULACIÓN HORIZONTAL PARA NIVELACIÓN</p> <p>A04    CON TORRE O POSTE PARA LECTURA DE PESO</p> <p>A05    CAPACIDAD DE 50 KG, COMO MÍNIMO</p> <p>A06    RESOLUCIÓN: 20 G O MENOR</p> <p><b>B      REQUERIMIENTO DE ENERGÍA</b></p> <p>B01    ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220 VAC - 60 HZ Y/O CON ADAPTADOR</p> <p>B02    CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE</p> <p><i><u>Nota:</u> Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B02</i></p>
---