

CLAVE	LÁMPARA DE EXÁMEN CLÍNICO
D-28	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL BIEN UTILIZADO EN CONSULTA EXTERNA PARA LA EXAMINACION DEL PACIENTE AMBULATORIO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
A	GENERALES
A01	MODELO DE PIE.
A02	COMPUESTO POR: CÚPULA, COLUMNA FLEXIBLE, BASE RODABLE, CABLE CON ENCHUFE E INTERRUPTOR.
	CUPULA
A03	SISTEMA DE ILUMINACIÓN TIPO LED DE 10 W (O MAYOR) A 15°
A04	TEMPERATURA DE COLOR IGUAL O MAYOR A 3000°K.
A05	INTENSIDAD: 20,000 LUX O MAS
	COLUMNA FLEXIBLE
A06	FABRICADO EN MATERIAL SINTÉTICO TIPO POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, CORRUGADO FLEXIBLE O FABRICACION EQUIVALENTE, QUE UNE LA CÚPULA CON LA BASE RODABLE.
A07	DIMENSIÓN: DIÁMETRO: ¾", LONGITUD APROXIMADA DE 120 CM.
A08	UNIDA AL VÁSTAGO METÁLICO FLEXIBLE.
	BASE RODABLE
A09	FABRICADA CON MATERIAL SINTÉTICO TIPO POLÍMERO DE ALTO IMPACTO O FABRICACION EQUIVALENTE
A10	MONTADA SOBRE CINCO (05) RUEDAS, DISTRIBUIDAS RADIALMENTE, LAS RUEDAS ESTARÁN RECUBIERTAS EN MATERIAL SINTÉTICO, ALTAMENTE RESISTENTE A LA FRICCIÓN Y USO FRECUENTE.
A11	DIMENSIONES APROXIMADAS DE LA BASE RODABLE: DIÁMETRO 35 CM., ALTURA: 10 CM (O SEGÚN ALTURA DE LAS RUEDAS)
	CABLE
A12	CONECTADA A LA ENTRADA DE LA COLUMNA FLEXIBLE.
A13	CON PROTECCIÓN MECÁNICA DEL CABLE (PROTECTOR SINTÉTICO, AISLANTE Y/O FLEXIBLE).
A14	CORDÓN DE 3M DE LARGO APROX. 2 X 14 AWG CON ENCHUFE.
B	REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
B01	220 VAC/60 HZ.
C	ACCESORIOS:
C01	OPCIONAL: UNA (01) LAMPARA DE REPUESTO TIPO LED.
D	IMAGEN DE REFERENCIA:



CLAVE	LÁMPARA DE EXÁMEN CLÍNICO
D-28	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL BIEN UTILIZADO EN CONSULTA EXTERNA PARA LA EXAMINACION DEL PACIENTE AMBULATORIO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C01.

