

CLAVE	COLCHONETA 200 X 80 CMS, PARA EJERCICIOS DE GESTANTES
D-159	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

COLCHON DE ESPUMA PARA EL REPOSO Y EJERCICIOS DE LA PACIENTES GESTANTE.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


A GENERALES

- A01 FABRICADA CON GOMA ESPUMA DE 25 KG/M³ APROXIMADO, PARA OFRECER MAXIMA PROTECCION AL REALIZAR LOS EJERCICIOS.
- A02 TAPIZADO EN VINYL Y/O LONA PLASTIFICADA DE ALTA DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCION Y AL DESGASTE, CON 04 OJALILLOS PARA RESPIRACION (02 EN CADA LARGO DE LA COLCHONETA)
- A03 SUPERFICIE CON TEXTURA ANTIDESLIZANTE, CALIDA Y CONFORTABLE
- A04 HIGIENICAS Y DE FACIL LIMPIEZA.
- A05 REPELENTES AL AGUA Y SUDOR.
- A06 ANTIDEFORMABLES

B DIMENSIONES APROXIMADAS

- B01 LARGO: 2000 MM,
- B02 ANCHO: 800 MM,
- B03 ALTURA: 100 MM

C IMAGEN DE REFERENCIA



Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B03.