

CLAVE	SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS
I-9	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTES Y ESTERILIZABLES.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
A GENERALES

- A01 CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE SEGÚN NORMA ISO 7153-1 Ó EQUIVALENTE.
A02 TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
A03 QUE PERMITA SER LAVADO CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.

B COMPONENTES

- B01 UN (01) MANGO DE BISTURÍ N° 3 (125 MM. APROXIMADAMENTE).
B02 UN (01) MANGO DE BISTURÍ N° 4 (120 MM. APROXIMADAMENTE).
B03 DOS (02) PINZAS ALLIS 4 x 5 DIENTES (150 MM. APROXIMADAMENTE.)
B04 CUATRO (04) PINZAS DE CAMPO BACKHAUS (130 MM. APROXIMADAMENTE)
B05 UNA (01) PINZA DISECCION 1X2 DIENTES (160MM. APROXIMADAMENTE).
B06 UNA (01) PINZA DISECCION SIN DIENTE (160MM. APROXIMADAMENTE).
B07 CUATRO (04) PINZAS HEMOSTATICAS KELLY CURVAS (140MM. APROX.)
B08 SEIS (06) PINZAS HEMOSTATICAS KELLY RECTAS (140 MM. APROX.)
B09 DOS (02) PINZAS HEMOSTATICAS HALSTED-MOSQUITO CURVA (125 MM. APROXIMADAMENTE)
B10 DOS (02) PINZAS HEMOSTATICAS HALSTED-MOSQUITO RECTA (125 MM. APROXIMADAMENTE)
B11 DOS (02) PINZAS HEMOSTATICAS ROCHESTER PEAN RECTA (160 MM. APROX.)
B12 DOS (02) PORTA AGUJA DE MAYO-HEGAR, CON INSERCIÓN DE TUGSTENO-CARBURO (DE 160MM. APROXIMADAMENTE)
B13 DOS (02) PINZA FOERSTER ANILLO ESTRIADO CURVA Y RECTA (240 MM. APROXIMADAMENTE)
B14 DOS (02) SEPARADORES DE FARABEUF (120 MM. APROXIMADAMENTE)
B15 UNA (01) TIJERA MAYO RECTA PUNTAS ROMAS (170 MM. APROXIMADAMENTE)
B16 UNA (01) TIJERA MAYO CURVA PUNTAS ROMAS (170 MM. APROXIMADAMENTE)
B17 UNA (01) TIJERA DE METZENBAUM CURVA (180 MM. APROXIMADAMENTE)
B18 UNA (01) Sonda ACANALADA DE NELATON (145 MM. APROXIMADAMENTE).
B19 UNA (01) PINZA PARA GINECOLÓGICA NOTO (270 MM. APROXIMADAMENTE)
B20 UN (01) SEPARADOR DE AVER, ANCHO DE VALVA DE 38 MM. (300 MM. APROX.)
B21 UN (01) SEPARADOR ABDOMINAL BALFOUR CON VALVA CENTRAL 45X80 MM., CON APERTURA HASTA 155MM O 180 MM. APROXIMADAMENTE.
B22 TRES (03) CURETAS UTERINAS GREENE ROMA ESTRIADA, VASTAGO MALEABLE, DE 10, 12 y 14 MM. (280 MM. APROXIMADAMENTE).
B23 CURETA DE ASPIRACION PARA BIOPSIA ENDOUTERINA NOVAK DE 4 MM. (230 MM. APROXIMADAMENTE).
B24 DOS (02) PINZAS PARA COGER EL CUELLO UTERINO SCHROEDER (250 MM. APROXIMADAMENTE).
B25 UNA (01) VALVA VAGINAL DOYEN, DE 60X30 MM. (230 MM. APROXIMADAMENTE.)
B26 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B26.