

CLAVE	GLUCÓMETRO PORTÁTIL
D-259	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO UTILIZADO EN LA DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES DE GLUCOSA EN SANGRE, DE FORMA INSTANTÁNEA, POR MEDIO DE TIRAS O CINTAS REACTIVAS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 PORTATIL, DE USO HOSPITALARIO.
- A02 MÉTODO DE MEDICIÓN POR ELECTROQUÍMICO O POR ESPECTROFOTOMETRÍA.
- A03 RANGO DE MEDICIÓN DE 40 A 400 mg/dl.
- A04 TIPO DE MUESTRA DE SANGRE TOTAL
- A05 TAMAÑO DE LA MUESTRA MENOR A 10 µL
- A06 TIEMPO DE ANÁLISIS MENOR O IGUAL A 60 SEGUNDOS.
- A07 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN PANTALLA DIGITAL
- A08 SISTEMA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA
- A09 MEMORIA DE TEST REALIZADOS MÍNIMO 20
- A10 INDICADOR DE BATERÍA BAJA.

B ACCESORIOS

- B01 JUEGO DE BATERÍAS PARA UTILIZAR CON EL EQUIPO.
- B02 INSUMOS O CONSUMIBLES PARA REALIZAR 100 PRUEBAS COMO MÍNIMO.

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 FUNCIONAMIENTO A BATERÍAS O CON ADAPTADOR A 220VAC/60 HZ.
- C02 BATERIAS CON AUTONOMIA PARA 100 PRUEBAS COMO MINIMO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C02