

CLAVE	SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE
O-27	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

RODILLOS DE GOMA ESPUMA DE FÁCIL LIMPIEZA, PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS O TERAPIAS DE LA PACIENTE GESTANTE.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 FABRICADO CON GOMA O ESPUMA DE ALTA DENSIDAD
- A02 TAPIZADO EN LINO PLASTIFICADO O SKAY DE POLIESTER U OTRO TIPO DE MATERIAL
- A03 RESISTENTE A LA FRICCIONES Y FACIL DE LIMPIAR
- A04 SUPERFICIE CON TEXTURA ANTIDESLIZANTE
- A05 ANTIDERFORMABLES
- A06 APLICACION DE TERAPIAS A LAS MADRES GESTANTES.

B CANTIDAD DE SUMISTRO Y DIMENSIONES APROXIMADAS

- B01 DOS (02) DE 55 CM. LARGO X 15 CM. Ø Y DE 70 CM. LARGO X 15 CM. Ø (01 DE CADA MEDIDA)
- B02 DOS (02) DE 55 CM. LARGO X 20 CM. Ø Y DE 70 CM. LARGO X 20 CM. Ø (01 DE CADA MEDIDA)
- B03 DOS (02) DE 55 CM. LARGO X 25 CM. Ø Y DE 70 CM. LARGO X 25 CM. Ø (01 DE CADA MEDIDA)
- B04 DOS (02) DE 55 CM. LARGO X 30 CM. Ø Y DE 70 CM. LARGO X 30 CM. Ø (01 DE CADA MEDIDA)
- B05 DOS (02) DE 55 CM. LARGO X 30 CM. Ø Y DE 70 CM. LARGO X 30 CM. Ø (01 DE CADA MEDIDA)
- B06 DOS (02) DE 100 CM. LARGO X 15 CM. Ø Y DE 100 CM. LARGO X 25 CM. Ø (01 DE CADA MEDIDA)

C IMAGEN DE REFERENCIA



Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B06.