

CLAVE	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA DENTAL
I-25	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA REALIZAR EXODONCIAS SIMPLES EN EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 INSTRUMENTAL ELABORADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE.
- A02 EL INSTRUMENTAL TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 DEBEN PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.
- A04 CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE SEGÚN NORMA ISO 7153-1 O EQUIVALENTE.

B COMPONENTES

EL SET CONFORMADO POR:

- 1) UN (01) ABREBOCA DOYEN COLLIN (120 mm APROXIMADAMENTE).
- 2) UN (01) BRUÑIDOR REDONDO MEDIANO
- 3) UN (01) BRUÑIDOR REDONDO PEQUEÑO.
- 4) UN (01) SET PARA OBTURACIÓN PLÁSTICA.
- 5) UN (01) SET DE ESPÁTULAS PARA CEMENTO (SET DE 3 PIEZAS).
- 6) UN (01) EXCAVADOR DE DOBLE EXTREMO (JUEGO DE 12 PIEZAS).
- 7) UN (01) SET DE EXPLORADORES SIMPLES, SURTIDOS (JUEGO DE 18 PIEZAS).
- 8) UN (01) CONTRANGULO PARA PROFILAXIS DENTAL
- 9) UN (01) EXTRACTOR DE CORONA MORELL.
- 10) UN (01) SET DE ESPEJOS BUCALES CON MANGO, DE 8 PIEZAS:
 - 4 CON AUMENTO
 - 4 SIN AUMENTO
- 11) UN (01) PORTA FRESAS MAGNÉTICO.
- 12) UN (01) SET DE INSTRUMENTOS WOODSON PARA PLÁSTICA (JUEGO DE 3 PIEZAS).
- 13) UN (01) LIMPIADOR DE TÁRTARO, TIPO MORSE (JUEGO DE 10 PUNTAS Y 2 MANGOS).
- 14) UN (01) LIMPIADOR DE TÁRTARO, CENTRAL DERECHO / IZQUIERDO (JUEGO DE 3 PIEZAS).
- 15) UN (01) PORTA MATRIZ HORIZONTAL.
- 16) UN (01) SET PROTECTOR DE LABIO Y MEJILLA (JUEGO DE 3 PIEZAS).
- 17) UN (01) CONDENSADOR PARA AMALGAMA, TIPO BERNET PUNTA FINA
- 18) UN (01) PORTA AMALGAMA, PUNTAS ANGULADAS Y RECTA (JUEGO DE 3 PIEZAS).
- 19) UN (01) SET DE TALLADORES PARA AMALGAMA (JUEGO DE 2 PIEZAS)
- 20) UNA (01) PINZA PARA ALGODÓN EXTREMO DENTADA.
- 21) CIEN (100) BOQUILLAS DESCARTABLES PARA EYECTOR DE SALIVA
- 22) UNA (01) PORTA ALGODÓN, PUNTA ESPIRALADA
- 23) UN (01) PORTA SERVILETA
- 24) UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B (O FABRICADO EN ALUMINIO ANONIZADO QUE CUMPLA LA NORMA EN 868-8 O SIMILAR) CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B(24).