

CLAVE	SET DE COLLARIN PARA POLITRAUMATIZADO
D-196	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

DISPOSITIVO QUE PERMITE PROTEGER LA COLUMNA CERVICAL DE COMPRESIÓN, YA QUE LA CARGA INEVITABLE QUE SE PRODUCE ENTRE LA CABEZA Y EL TRONCO SE TRANSFIERE AL COLLARÍN Y NO AL CUELLO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 MATERIAL DE ESTRUCTURA FABRICADO EN POLIETILENO
- A02 DISEÑO ERGONOMICO
- A03 DISPOSITIVO PARA ESTABILIZAR FRACTURAS CERVICALES.
- A04 AJUSTABLE A VARIAS POSICIONES DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL CUELLO.
- A05 TRANSPARENTE A LOS RAYOS X
- A06 REUSABLE.

B TAMAÑOS A SUMINISTRAR

- B01 OCHO (08) TAMAÑO ADULTO
- B02 CUATRO (04) TAMAÑO PEDIATRICO
- B03 DOS (02) TAMAÑO NEONATAL.

C IMAGEN DE REFERENCIA



Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B03.