

CLAVE: D-262

DENOMINACION DEL EQUIPO : ROTADOR SEROLOGICO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : ANATOMIA PATOLOGICA

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS**A GENERALES**

- A01 ROTADOR SEROLOGICO PARA LA MEZCLA, HOMOGENIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS PRINCIPALMENTE SEROLÓGICAS.
- A02 VELOCIDAD Y TIEMPO REGULABLE PARA PRUEBAS DE RPR (100 R.P.M. POR 8 MIN.) Y VDRL (180 R.P.M. POR 4 MIN.).
- A03 VELOCIDAD REGULABLE DE 50 R.P.M A 250 R.P.M. O MAYOR
- A04 TIEMPO REGULABLE DE 30 MIN. O MAS
- A05 MOVIMIENTO ORBITAL DE 20 MM. O MAS
- A06 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DE TRES POSICIONES O MAS: USO CONTINUO/APAGADO/USO CON TEMPORIZADOR. TACÓMETRO DIGITAL PARA LECTURA DE VELOCIDAD.
- A07 CON PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE DESMONTABLE RESORTE PARA SUJETAR FRASCOS. PLATAFORMA CON CAPACIDAD PARA UN FRASCO DE 1000 ML, DOS DE 500ML Y CUATRO DE 250 MI
- A08 PESO NO MAYOR DE 4 KG.

B REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- B01 220 VOLTIOS 60HZ
- B02 CABLE Y ENCHUFE (TIPO SCHUKO 220VAC, 16A) DEBEN DEBE CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA R.M. N° 175-2008-MEM.