

<b>CLAVE</b>	<b>SET INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS</b>
<b>I-1</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

**DEFINICIÓN DEL EQUIPO**

CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTES Y ESTERILIZABLES.

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

**A GENERALES**

- A01 CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE SEGÚN NORMA ISO 7153-1 Ó EQUIVALENTE.
- A02 TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 QUE PERMITA SER LAVADO CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.

**B COMPONENTES**

EL SET CONFORMADO POR:

- 1) UN (01) MANGO DE BISTURI N° 4
- 2) UNA (01) CAJA DE HOJAS DE BISTURI N° 20 (CAJA X 100 UNIDADES)
- 3) UNA (01) PINZA DE DISECCION CON DIENTE. (140 MM. APROXIMADAMENTE).
- 4) UNA (01) PINZA DE DISECCION SIN DIENTE. (140 MM. APROXIMADAMENTE)
- 5) DOS (02) PINZA HEMOSTATICA KELLY CURVA. (140 MM. APROXIMADAMENTE).
- 6) UNA (01) TIJERA PARA LIGADURA LITTAUER. (135 MM. APROXIMADAMENTE).
- 7) UNA (01) RIÑONERA MEDIANA DE ACERO INOXIDABLE:
  - DIMENSIONES APROXIMADAS: 170 MM. (OPCIONAL: 35 MM. ALTO)
- 8) UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B (O FABRICADO EN ALUMINIO ANONIZADO QUE CUMPLA LA NORMA EN 868-8 O SIMILAR) CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

*Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B(8)*