

CLAVE	TERMOMETRO PARA PORTA VACUNAS
E-191	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL BIEN

PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA DURANTE EL PROCESO DE TRASLADO DEL PORTAVACUNAS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 RANGO DE -40 A +40 °C.
- A02 PORTATIL
- A03 CON PANTALLA DIGITAL PARA VISUALIZAR LA MEDICIÓN.
- A04 FUNCIONAMIENTO A BATERÍAS.
- A05 POSIBILIDAD DE MEDICIÓN EN DOS ZONAS: INTERIOR Y EXTERIOR.
- A06 REGISTRO DE MEDICIONES DURANTE EL TIEMPO.
- A07 SONDA(S) CON CABLE(S) CONECTADO(S) AL EQUIPO.

B ACCESORIOS E INSUMOS

- B01 UN ESTUCHE PARA GUARDADO.
- B02 UN JUEGO DE BATERIAS.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B02.

