

<b>CLAVE</b>	<b>MECHERO DE BUNSEN</b>
<b>D-155</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

**DEFINICIÓN DEL EQUIPO**

DISPOSITIVO DE APOYO O INSTRUMENTO UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS PARA CALENTAR O ESTERILIZAR MUESTRAS O REACTIVOS QUÍMICOS.

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

**A GENERALES**

- A01 PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO CLÍNICO
- A02 FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
- A03 CON REGULADOR VARIABLE DE SALIDA DE GAS
- A04 CON SISTEMA DE VENTURI DE APERTURA VARIABLE PARA INGRESO DE AIRE
- A05 APTO PARA TRABAJO CON GAS PROPANO
- A06 QUEMADOR DE TUBO RECTO CON LLAMA.

**B ACCESORIOS**

- B01 SOPORTE TRÍPO DE METÁLICO CON ARO PLANO EN LA PARTE SUPERIOR, DE 100 MM. DE DIÁMETRO X 210 MM. DE ALTO APROXIMADAMENTE.
- B02 UNA (01) MANGUERA DE GAS DE DOBLE REVESTIMIENTO DE 3 METROS COMO MÍNIMO.

*Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B02.*