

CLAVE	EQUIPO DE SONIDO
T-6	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL BIEN

SISTEMA DE SONIDO ESTEREO QUE PERMITE LA REPRODUCCION DE SONIDOS PARA EL ENTRETENIMIENTO, TRATAMIENTO Y/O EVALUACION DEL PACIENTE.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 POTENCIA DE AMPLIFICADOR DE SALIDA DE AUDIO DE 120 Watts RMS ESTEREO (60+60Watts)
- A02 BANDEJA PARA 3 O MAS DISCOS (CD) Y BUS DE ENTRADA SERIE UNIVERSAL (USB)
- A03 CAPACIDAD DE REPRODUCCION DVD, CD Y MP3.
- A04 UNA (01) ENTRADA PARA MICROFONO.
- A05 FUNCION PARA AMPLIFICACION DE VOZ, USO DE CONFERENCIAS, PERIFONEO, ETC.
- A06 SINTONIZADOR AM/FM CON SINTONIA DE EMISORAS PROGRAMABLES (MEMORIAS)
- A07 ECUALIZADOR DE SEÑALES, PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES (DSP) Y CONTROL REMOTO.
- A08 DOS (02) CAJAS DE PARLANTES, UN (01) MICROFONO CON SOPORTE O TRIPODE.
- A09 ENERGIA ELECTRICA: 220-230 Vac, 60 Hz.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta A09.