

CLAVE	PANTOSCOPIO
D-131	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO MÉDICO UTILIZADO COMO APOYO AL DIAGNÓSTICO, PARA EL EXAMEN OJOS, OÍDOS Y FARINGE/LARINGE, USO EN PACIENTES **ADULTOS**

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
A GENERALES

A01 COMPUESTO POR: OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO, MANGO UNIVERSAL, CARGADOR DE PILAS Y/O BATERIAS, ESTUCHE Y ACCESORIOS.

OFTALMOSCOPIO

A02 COMPUESTO POR: RUEDA DE DIAFRAGMA CON DIAFRAGMA LINEAL VERTICAL, DIAFRAGMA CIRCULAR PEQUEÑO Y GRAN DIAFRAGMA CIRCULAR.

A03 CON FILTRO PARA ILUMINACIÓN LIBRE DE ROJO (FILTRRO VERDE).

A04 SISTEMA DE ILUMINACIÓN: LED.

A05 CON ÓPTICAS DE OBSERVACIÓN: CON LENTES DE -20 A +40 DIOPTRÍAS, COMO MÍNIMO.

OTOSCOPIO

A06 OTOSCOPIO COMPUESTO POR: UNA (01) LUPA DE VIDRIO INCORPORADA, UN (01) JUEGO CON TRES (03) ESPÉCULOS AURICULARES (DE POLIPROPILENO REUSABLES Y ESTERILIZABLE DE DIFERENTES MEDIDAS ENTRE 2.0 MM. A 5.0 MM), CON CAPACIDAD PARA OTOSCOPIA NEUMÁTICA. INCLUYE BALON DE INSUFLACION.

A07 ILUMINACIÓN: LED.

A08 ESPECULO NASAL AJUSTABLE ADOSABLE AL OTOSCOPIO

LARINGOSCOPIO

A09 CON CUATRO (04) HOJAS TIPO MILLER, DE DISTINTAS MEDIDAS, PARA USO EN PACIENTES ADULTOS.

A10 CUATRO (04) HOJAS TIPO MACINTOSH, DE DISTINTAS MEDIDAS, PARA USO EN PACIENTES ADULTOS.

A11 MANGO DE TAMAÑO MEDIANO, DE MATERIAL METALICO INOXIDABLE O RESISTENTE A LA CORROSION, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE; CON CONECTOR DE CABEZAL METALICO, ENERGIZADO CON BATERIAS RECARGABLES. USO CON CARGADOR EXTERNO DE BATERIA 220V ó 230V, 60 Hz. PROPIO DE LA MARCA DEL EQUIPO.

MANGO

A12 MANGO PARA USO COMPARTIDO ENTRE OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO CON REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA.

A13 CONSTRUIDO EN MATERIAL METÁLICO INOXIDABLE O RESISTENTE A LA CORROSION, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.

A14 CON ENCAJE PRÁCTICO Y RÁPIDO PARA INTERCAMBIO DE CABEZALES.

A15 FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS RECARGABLES.

A16 USO CON CARGADOR EXTERNO DE BATERÍA 220V ó 230V, 60 Hz. PROPIO DE LA MARCA DEL EQUIPO

B ACCESORIOS

(EL POSTOR DEBERA ADJUNTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL ACCESORIO OFERTADO QUE CORRESPONDA, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)

B01 UN (01) JUEGO DE ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZABLES DIFERENTES MEDIDAS.

B02 UN (01) CARGADOR EXTERNO DE BATERÍAS 220V ó 230V, 60Hz. PARA LOS MANGOS SOLICITADOS DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO.

B03 ESTUCHE DE MATERIAL SINTÉTICO, SEMI RÍGIDO, ALTAMENTE RESISTENTE A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (PARA CONSERVAR Y GUARDAR ADECUADAMENTE AL EQUIPO Y QUE LO PROTEJA CONTRA GOLPES)

CLAVE	PANTOSCOPIO
D-131	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO EQUIPO MÉDICO UTILIZADO COMO APOYO AL DIAGNÓSTICO, PARA EL EXAMEN OJOS, OÍDOS Y FARINGE/LARINGE, USO EN PACIENTES ADULTOS
--

<p><i><u>Nota:</u> Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B03</i></p>
