

| | |
|--------------|---|
| CLAVE | SET DE TOMA DE MUESTRAS GINECO OBSTETRICOS |
| I-15 | |

| |
|----------------------------------|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|----------------------------------|

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO DE ACERO INOXIDABLE.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO.
- A02 DEBE PERMITIR ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE.

B COMPONENTES

- B01 (03) ESPECULO VAGINAL GRAVES, DIFERENTES MEDIDAS.
- B02 (03) ESPECULO VAGINAL PEDERSON DIFERENTES MEDIDAS.
- B03 (01) EMMETT UTERINO CURVA, PEQUEÑO.
- B04 (02) ESPECULO ENDOCERVICAL DE KOGAN LARGO.
- B05 (01) CURETA DE BIOPSIA ENDOCERVICAL KEVORKIAN
- B06 (01) SACABOCADOS DE BIOPSIA CERVICAL TISCHLER
- B07 (01) SACABOCADOS DE BIOPSIA GINECOLOGICO

C CONTENEDOR

- C01 (01) CONTENEDOR DE ALUMINIO CON PERFORACIONES EN LA TAPA Y FILTRO REUSABLE QUE ALBERGUE LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C01.