

CLAVE	LAVADORA AUTOMATICA DE CHATAS
D-220	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CHATAS, URINARIOS Y PAPAGAYOS. SU USO ES MUY IMPORTANTE PARA EVITAR LA INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 EQUIPO NO EMPOTRABLE
- A02 CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE
- A03 DIMENSIONES EXTERNAS ANCHO: NO MAYOR A 75 cm. PROFUNDIDAD: NO MAYOR A 0.65m.
- A04 PUERTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA ABRIRLA DURANTE LA OPERACIÓN.
- A05 CAPACIDAD PARA 3 CHATAS + 2 PAPAGAYOS (DESINFECCIÓN) COMO MÍNIMO.

CONTROL

- A06 EQUIPO AUTOMATICO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR
- A07 DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO
- A08 CICLO: DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS AL DESAGUE, PRELAVADO, LAVADO Y DESINFECCION COMO MINIMO.
- A09 CON PROGRAMAS PREDETERMINADOS CON OPCION A REPROGRAMACION POR PARTE DEL USUARIO.

INDICADORES

- A10 DE LAS FASES DEL CICLO
- A11 DE TEMPERATURA DE LA CAMARA

B COMPONENTES

- B01 CON BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA
- B02 CON GENERADOR ELECTRICO DE AGUA CALIENTE INTEGRADO
- B03 DESAGÜE CON CONEXIÓN A PISO O PARED

C ACCESORIOS E INSUMOS

- C01 PARA LAVADO DE CHATAS
- C02 PARA LAVADO DE URINARIOS
- C03 PARA LAVADO DE BALDES Y/O BOTELLAS

D REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- D01 380 VAC / 3F/ 60Hz
- D02 CONSUMO APROXIMADO 7 KW.
- D03 SUMINISTRO SANITARIO: AGUA BLANDA D 3/4", AGUA CALIENTE D 3/4", DESAGUE D 4" Cu.
- D04 INCLUYE MONTAJE, INSTALACION Y PRUEBA DEL EQUIPO EN LA OBRA.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta D04.