

CLAVE	BALANZA DIGITAL NEONATAL
D-187	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

INSTRUMENTO DE MEDICION PARA EL PESAJE DE NEONATOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

A01 BALANZA ELECTRÓNICA CON PANTALLA DIGITAL PARA LECTURA DEL PESO DE RECIEN NACIDOS.

B COMPONENTES

B01 BASE DEL EQUIPO SÓLIDA Y ESTABLE CON AJUSTE DE NIVEL.

B02 SUPERFICIE DE PESAJE FABRICADA EN MATERIAL SINTETICO, SUAVE Y RESISTENTE, DE FÁCIL LAVADO Y DESINFECCION.

B03 CON BORDES CONTORNEADOS PARA EVITAR EL VUELCO DEL PACIENTE

B04 LECTURA DEL PESO DEL RECIEN NACIDO EXPRESADA EN KILOS Y EN GRAMOS

B05 CON RANGO DE PESAJE DE 0 A 10 KG Ó MÁS

B06 RESOLUCION DE 5 GRAMOS COMO MÍNIMO Y EXACTITUD HASTA DE 5 GRAMOS

B07 DISEÑADO PARA AJUSTE Y CALIBRACION AUTOMATICA.

C REQUERIMIENTO DE CARGA

C01 DISEÑADO PARA OPERAR CON SUMINISTRO ELÉCTRICO MONOFÁSICO 220 VAC, 60 Hz Y/O CON BATERIAS Y/O PILAS.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C01