

CLAVE	CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS
D-153	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO INSTRUMENTO METÁLICO PARA LA COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
A	GENERALES
A01	GRADILLA DESMONTABLE PARA 24 TUBOS, COMO MÍNIMO, DE HASTA 30 mm
A02	DE MATERIAL: POLIPROPILENO O ACERO INOXIDABLE. AUTOCLAVABLE
A03	FÁCIL DE MONTAR Y APILABLES ENTRE SIMILARES
A04	CON REFERENCIA NUMÉRICA PARA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS
A05	LA GRADILLA SE SUMINISTRA DESMONTADA Y PLEGADA
A06	COLOR BLANCO O ACERO O APROPIADO PARA LABORATORIO
<i><u>Nota:</u> Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta A06.</i>	