

CLAVE	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL
M-57	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL BIEN

MOBILIARIO CLINICO PARA GUARDAR INSTRUMENTAL DENTAL Y DISPONES DE ELLOS DE MANERA PRACTICA Y ORDENADA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS



A GENERALES

- A01 CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.8MM. DE ESPESOR, A EXCEPCIÓN DE LO QUE SE INDIQUE.
- A02 COMPUESTO POR TABLERO SUPERIOR, CAJONES Y BASE.
- A03 TABLERO SUPERIOR FABRICADO CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.8 MM.
- A04 GABINETE COMPUESTO DE DOCE (12) CAJONES DISPUESTOS EN FILA DE SEIS (06) CAJONES DE 350 MM DE ANCHO X 380 MM DE PROFUNDIDAD X 100 MM DE ALTO; ADEMÁS CONTARA CON DOS (02) CAJONES DE 750 MM. ANCHO X 380 MM. PROFUNDIDAD X 150 MM. ALTO
- A05 PARTE INFERIOR DEL GABINETE CONTARA CON DOS (02) CAJONES DE 750 MM DE ANCHO X 380 MM DE PROFUNDIDAD X 150 MM DE ALTO.
- A06 EL MUEBLE ESTARÁ PROVISTO DE DOS (02) CERRADURAS CON LLAVE LA MISMA QUE ACCIONA UNA TRAMPA PARA EL CIERRE TOTAL DE CADA HILERA DE CAJONES, POR CADA CERRADURA DEBE INCLUIRSE DOS (02) LLAVES.
- A07 TODAS LAS UNIONES DEL MOBILIARIO DEBEN DE ESTAR ELÉCTRICAMENTE SOLDADAS POR SOLDADURA POR ELECTRODOS, O TECNOLOGÍA EQUIVALENTE, QUE GARANTICE LA UNIÓN PERFECTA DE LAS PARTES, CON ACABADO UNIFORME SIN AGLOMERACIONES.
- A08 LOS COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA AISI 304.


B DIMENSIONES APROXIMADAS:

- B01 LARGO : 800 MM
- B02 ANCHO : 400 MM
- B03 ALTURA TOTAL : 1160 MM

C IMAGEN DE REFERENCIA:



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B03.

