

CLAVE	CALENTADOR PARA SANGRE/SOLUCIONES
D-91	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO MÉDICO UTILIZADO PARA CALENTAMIENTO DE LA SANGRE U OTROS FLUIDOS, ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA PARA PREVENIR LA HIPOTERMIA Y ACELERAR EL TIEMPO DE RECUPERACION.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 EQUIPO DISEÑADO PARA CALENTAR EN FORMA SEGURA Y EFICIENTE LA SANGRE Y SOLUCIONES
- A02 EQUIPO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADO
- A03 CON SERVOMECANISMO QUE ADECUA LOS FLUIDOS A LA TEMPERATURA PROGRAMADA.
- A04 DISPLAY DIGITAL CON INDICADOR DE TEMPERATURA DE TRABAJO.
- A05 CON PROGRAMACION TEMPERATURA PREFIJADOS POR FABRICA Y/O PROGRAMABLE.
- A06 CON SISTEMA ABIERTO QUE PERMITA EL USO DE LINEAS ENDOVENOSAS DE DIFERENTES MARCAS
- A07 CON ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA
- A08 CON SISTEMA DE DESCONEXION A TEMPERATURAS MAYORES A 43°C
- A09 CON 13 O MAS SURCOS CALENTADORES, PARA HASTA DOS FLUIDOS AL MISMO TIEMPO.
- A10 CON PROGRAMAS DE TEMPORIZACION Y TEMPERATURA.
- A11 DISEÑADO CON SOPORTE PARA COLUMNA

B REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- B01 220VAC/60 HZ.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B01