

CLAVE	CAMARA INTRAORAL
D-414	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CAMARA INTRAORAL O CAMARA DENTAL PARA AYUDAR A VISUALIZAR CON FACILIDAD LA GRAVEDAD REAL DEL ESTADO DE SALUD Y ENFERMEDAD DE LA BOCA, DISEÑADA PARA USO EN ODONTOESTOMATOLOGIA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CAMARA INTRAORAL DISEÑADA PARA USO EN ODONTOLOGIA.
- A02 SENSOR TIPO CCD.
- A03 RESOLUCION MINIMA DE 600 X 480
- A04 SISTEMA DE ILUMINACION CON LAMPARA LED.
- A05 PIEZA DE MANO LIGERA, ERGONOMICA CON CONTROLES FACILMENTE IDENTIFICABLES.
- A06 MEMORIA INTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE IMAGENES
- A07 CON FUNCION DE ZOOM Y CONGELAMIENTO DE IMAGEN.
- A08 PUERTO USB..

B ACCESORIOS

- B01 VAINAS DESCARTABLES PARA CONTROL DE INFECCIÓN (20 UNIDADES)
- B02 CABLES DE INTERFASE CON SOFTWARE

C REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- C01 FUNCIONAMIENTO A 220 VAC / 60 HZ. CON ENCHUFE CON TOMA A TIERRA.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta C01