

CLAVE	SELLADOR DE BOLSAS
E-2	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO PORTÁTIL PARA SELLADO DE BOLSAS DE PLÁSTICO UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA ESTERILIZACIÓN O FARMACOTECNIA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 ÁREA DE CALENTAMIENTO (LONGITUD DE SELLADO) ENTRE 20 A 40 CM DE LARGO APROXIMADAMENTE
- A02 CON IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE FECHA DE PREPARACIÓN Y CADUCIDAD
- A03 CON CAPACIDAD DE PROGRAMAR LA FECHA DE CADUCIDAD
- A04 CON PANTALLA LCD Y TECLADO DE FUNCIONES
- A05 PERMITE UN SELLADO DE LÍNEAS MÚLTIPLES DE ENTRE 15 Y 20 mm DE ANCHO
- A06 VELOCIDAD DE SELLADO: 10m/min O MENOR
- A07 TRABAJO EN BOLSAS MÉDICAS, POLIPROPILENO, POLIPROPILENO - PAPEL, PAPEL - PAPEL, TYVEK Y OTROS MATERIALES LAMINADOS DE SELLADO CALIENTE
- A08 AJUSTABLE INDEPENDIENTEMENTE

B REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- B01 FUNCIONAMIENTO A 220 VAC / 1F / 60 HZ. POTENCIA APROX.: 1 KW

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B01.