

CLAVE	PLICOMETRO ESTANDARIZADO
I-59	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

DISPOSITIVO MEDICO O INSTRUMENTO CUYA FUNCION ES MEDIR EL ESPESOR DE UN PLIEGUE CUTANEO CON SU SUSTRATO DE GRASA EN EL CUERPO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 EQUIPO PARA MEDIR EL GROSOR DEL PLIEGUE DE LA SOBRE EL AREA SUBESCALUPAR DEL CUERPO; UTIL PARA MEDIR LA GRASA CORPORAL
- A02 RANGO DE MEDICION: ENTRE 0 A 80 MM o MÁS.
- A03 PRECISION: 0.1 MM
- A04 GRADUACION: 0.2 o 1.0 MM.
- A05 BRAZOS DE MEDICION CON PUNTAS ACOJINADAS

B ACCESORIOS

- B01 UN (01) ESTUCHE PARA ALMACENAR EL INSTRUMENTO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B01