

<b>CLAVE</b>	<b>BOLSA PERFUSORA</b>
<b>D-193</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

<b>DEFINICIÓN DEL EQUIPO</b> BOLSA DE PERFUSION O INFUSION VENOSA A PRESION, PARA SOLUCIONES Y DERIVADOS SANGUINEOS
--

<b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</b>  <b>A GENERALES</b> A01 BOLSA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE, CON BOMBILLA DE INSUFLACION CON MANOMETRO, VALVULA DE REGULACION DE PRESION Y VALVULA DE SEGURIDAD (ALIVIO) DE 330mmHg. A02 CAPACIDAD APROXIMADA: 1000 CC. A03 BRAZALETE DE ALGODÓN U OTRO MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON ADITAMENTO PARA COLGAR EN EL SOPORTE DE INFUSION. A04 REUSABLE Y LAVABLE HASTA UNA TEMPERATURA DE 60° C A05 VISUALIZACION DEL NIVEL DE LIQUIDO (LADO TRANSPARENTE) A06 MANOMETRO, CON ESCALA HASTA 300 mmHg A07 BOLSA LIBRE DE LATEX A08 PERA DE BOMBEO SIN LATEX  <i>Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta A08</i>
--