

CLAVE	TENSÍOMETRO ANEROIDE ADULTO
D-133	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL, DE FORMA NO INVASIVA EN PACIENTES ADULTOS.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 TENSÍOMETRO TIPO RELOJ CON MANÓMETRO, PERILLA DE INSUFLACIÓN Y BRAZALETE DE DOS VÍAS, ARMABLES E INDEPENDIENTES UNA DE OTRA.
- A02 MANÓMETRO CON CARCASA METÁLICA PROTEGIDO CONTRA LA CORROSIÓN Y PANTALLA DE VISUALIZACIÓN TRANSPARENTE.
- A03 DIÁMETRO DE PANTALLA CON ESCALA DE LECTURA LEGIBLE NO MENOR A 48mm.
- A04 MEMBRANA DE MANÓMETRO RESISTENTE A SOBREPRESIONES
- A05 PERILLA DE GOMA ó LÁTEX DE INSUFLADO SUAVE, RESISTENTE AL USO FRECUENTE, CON VÁLVULA TIPO ROSCA CROMADA, DE FÁCIL MANEJO, QUE PERMITA REGULAR ADECUADAMENTE LA PRESIÓN CONTENIDA EN LA BOLSA DE INSUFLACIÓN.
- A06 BRAZALETE DE TELA CON SISTEMA DE FIJACIÓN TIPO VELCRO, FÁCILMENTE LAVABLES Y RESISTENTES AL USO FRECUENTE.

PARÁMETROS

- A07 RANGO DE MEDIDA DE 0 A 300 mmHg O MAS
- A08 RESOLUCIÓN: DE 5 mmHg O MENOS

B ACCESORIOS

- B01 UN (01) BRAZALETE DE DOS VÍAS TAMAÑO ADULTO DE REPUESTO.
- B02 OPCIONAL: UNA (01) PERILLA CON VÁLVULA.
- B03 UN (01) ESTUCHE DE MATERIAL SINTÉTICO, SEMI RÍGIDO, ALTAMENTE RESISTENTE A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, Y QUE PROTEJA AL EQUIPO CONTRA GOLPES.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B03.