

CLAVE	SET INSTRUMENTAL DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DIU
I-18	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO DE ACERO INOXIDABLE, USADO PARA COLOCAR EL DISPOSITIVO ESPECIAL QUE SE COLOCA EN EL ÚTERO, PARA USO EN CONSULTORIOS DE GINECOLOGÍA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE.
- A02 TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 QUE PERMITA SER LAVADO CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.

B COMPONENTES

- B01 UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO GRANDE DE 100X35 MM.
- B02 UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE CON TORNILLO LATERAL, TAMAÑO MEDIANO DE 85X35 MM.
- B03 UN (01) ESPECULO VAGINAL GRAVE, TAMAÑO CHICO DE 75X20 MM. (APROX.)
- B04 UN (01) HISTEROMETRO SIMS MALLEABLE CON GRADUACIONES (320MM. APROX.)
- B05 UNA (01) PINZA PORTA ESPONJA FOERSTER, RECTA ANILLO ESTRIADO (250 MM. APROXIMADAMENTE)
- B06 UNA (01) PINZA PORTA ESPONJA FOERSTER, CURVA ANILLO ESTRIADO (250 MM. APROXIMADAMENTE)
- B07 UNA (01) PINZA PARA UTERINA BRAUN (250 MM. APROXIMADAMENTE)
- B08 UNA (01) TIJERA DE CIRUGÍA MAYO RECTA (190 MM. APROXIMADAMENTE).
- B09 UN (01) JUEGO DE DILATADORES DOBLES HEGAR, DE 3.0/4.0 AL 17.0/18.0 MM., EN BOLSA DE TELA ESTERILIZABLE (JUEGO DE 8 PIEZAS)
- B10 UN (01) CONTENEDOR CON TAPA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B, CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B10.