

CLAVE	ESTIMULADOR FETAL
D-322	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO PARA ESTIMULACION FETAL USANDO LA VIBRACION.
--

<p>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</p> <p>A GENERALES</p> <p>A01 FRECUENCIA DE VIBRACION: 30 A 80 Hz.</p> <p>A02 INTENSIDAD DE VIBRACIÓN: 100 GAL O MÁS.</p> <p>A03 CICLO INTERMITENTE: 0.3 A 1.0 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE.</p> <p>A04 PESO LIGERO.</p> <p>B ACCESORIOS</p> <p>B01 UN (01) CABLE DE AUDIO.</p> <p>B02 DOS (02) JUEGOS DE BATERÍA.</p> <p><i><u>Nota:</u> Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B02.</i></p>
