

CLAVE	FRONTOLUZ
D-126	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO MÉDICO UTILIZADO COMO AYUDA DIAGNÓSTICA Y RECONOCIMIENTO GENERALES DE ILUMINACIÓN, DISEÑADO PARA EL EXAMEN DEL PACIENTE ADULTO Y PEDIÁTRICO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 CINTA CRANEAL AJUSTABLE Y COMODA DE FACIL LIMPIEZA.
- A02 DEBERA SER DE MATERIAL DESINFECTABLE.
- A03 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO.
- A04 SISTEMA DE ILUMINACION LED, DE ALTA INTENSIDAD QUE GARANTICE UNA VISUALIZACION UNIFORME.
- A05 TEMPERATURA DE COLOR: 4,500°K A 5,500 °K o MAS
- A06 INTENSIDAD LUMINOSA: 50,000 LUX o MÁS.
- A07 TIEMPO DE VIDA DEL LED APROXIMADO: 50,000 HORAS O MAYOR.
- A08 FUNCIONAMIENTO A PILAS Ó BATERIAS.
- A09 CON REGULACION DEL CAMPO LUMINOSO Y DE LA INTENSIDAD DE LUZ
- A10 ILUMINACION CON BORDES HOMOGENEOS Y DEFINIDOS.

B ACCESORIOS

- B01 TRES (03) JUEGO DE PILAS O BATERIAS.
- B02 UN (01) CARGADOR EXTERNO APTO PARA FUNCIONAMIENTO A CORRIENTE DE 220V/60 HZ.

C IMAGEN DE FERERENCIA



Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B02.