

CLAVE	SET INSTRUMENTAL PARA EXODONCIA
I-29	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL EQUIPO

CONJUNTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA REALIZAR EXODONCIAS SIMPLES EN EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 INSTRUMENTAL ELABORADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE.
- A02 EL INSTRUMENTAL TENDRÁ UN ACABADO SATINADO O MATE.
- A03 DEBEN PERMITIR SER LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICOS CON PH NEUTRO BACTERIOSTÁTICOS.
- A04 CONJUNTO DE PIEZAS DE INSTRUMENTAL FABRICADO EN ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE SEGÚN NORMA ISO 7153-1 O EQUIVALENTE.

B COMPONENTES

EL SET CONFORMADO POR:

- 1) UN (01) BAJA LENGUA ANGULADA MODELO TOBOLD (150 MM. APROXIM.)
- 2) UN (01) JUEGO DE BOTADORES DE RAIZ HYLIN (JUEGO X 3 PIEZAS)
- 3) UN (01) JUEGO DE BOTADORES RECTO ACANALADO (DELGADO, GRUESO Y MEDIANO, 1 DE C/U.)
- 4) UN (01) BOTADOR DE RAICES TIPO LANZA, MODELO HEIDBRINK.
- 5) UN (01) FORCEP PICO DE MILANO PARA ADULTO.
- 6) UN (01) FORCEP PICO DE LORO.
- 7) UN (01) FORCEP RECTO ANTERIOR SUPERIOR, PARA ADULTO.
- 8) UN (01) FORCEP PARA MOLARES, MODELO UNIVERSAL.
- 9) UN (01) FORCEP PARA PRE MOLAR SUPERIOR.
- 10) UN (01) FORCEP TIPO BAYONETA.
- 11) UNA (01) LIMA PARA HUESO TIPO MILLER COLBURN.
- 12) UN (01) ALVEOLOTOMO
- 13) UN (01) JUEGO DE EXPLORADORES SIMPLES, SURTIDOS (JUEGO DE 3 PIEZAS).
- 14) DOS (02) MANGOS PARA ESPEJOS BUCALES STANDARD.
- 15) DOS (02) ESPEJOS BUCALES PLANOS ROSCADO SENCILLO, DE 24 mm Ø APROXIMADAMENTE.
- 16) MANGO DE BISTURI N° 4, INCLUYE HOJA DE BISTURI N° 20 (CAJA X 100 UNID.)
- 17) UNA (01) PINZA DE DISECCION SIN DIENTE (145 MM. APROXIMADAMENTE)
- 18) UNA (01) PINZA DE DISECCION CON DIENTE (145 MM. APROXIMADAMENTE)
- 19) DOS (02) CONOS DE PAPEL CHARPYS N° 45/80, UN (01) CONO DE PAPEL N° 1/6, UN (01) CONO DE GUTTA PERCHA, DIEZ (10) FRESA DE CARBURO FG/CA, DIEZ (10) FRESAS DE DIAMANTE BR-41.
- 20) UN (01) CONTENEDOR CON FILTROS TEXTILES CAMBIABLES Y TAPA CON ARTICULACION DE CHARNELA CON CIERRE DE PALANCA Y ASAS DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE, CALIDAD 304 2B (O FABRICADO EN ALUMINIO ANONIZADO), CON CAPACIDAD PARA LA TOTALIDAD DEL INSTRUMENTAL SOLICITADO.

Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta (B20)